



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

**Załącznik nr 1.6 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 6)
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.43.2018**

Pakiet nr 6

Zewnętrzne stymulatory jednojamowe – 3 szt

I.p.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Rok produkcji 2018	

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1	Zewnętrzny stymulator jednojamowy	
2	Zewnętrzny stymulator jednojamowy do stymulacji w przypadku: - zaburzeń rytmu serca i przewodzenia - bradykardii po zabiegu kardiochirurgicznym - zabiegów wszczepienia lub wymiany stymulatora	
3	Stymulator z trybami: AOO, AAI, VOO, VVI	
4	Ustawianie parametrów przy użyciu pokręteł	
5	Chronione tuleje dla bolców o średnicy 0,9-2,0 mm	
6	Złącza stymulatora: w osłonach o średnicy od min. 0,9 mm do maksymalnie 2,0 mm kompatybilne z systemem Confix - fiksacja elektrod niasierdżowych	
7	Czas pracy baterii min 1000 godzin	
8	Częstość stymulacji: regulowana w zakresie od 30, 60, 120 ppm do 180,360, 720 pm, Stymulacja z wysoką częstością w celu przerywania częstoskurczu przedsionkowego: częstość x2, x4 z sygnałami	



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

	akustycznymi	
9	Sygnały akustyczne z możliwością ich wyłączenia	
10	Czułość na załamki P-/R: regulowana w zakresie min. Od 1 mV do 20 mV, ∞	
11	Impuls wyjściowy: - polarność: katodowa, sprzężona pojemnościowo - kształt: dwufazowy, asymetryczny - czas trwania: 0,75 ms ± 0,05 ms	
12	Amplituda impulsu wyjściowego: zmienna w zakresie min.: 0,3 V - 12 V. Wizualizacja impulsu wyjściowego	
13	Stymulator posiada dodatkowe zabezpieczenie w przypadku dostarczania stymulacji o zbyt wysokiej częstotliwości - ograniczenie emisji impulsów do maks. Poziomu 200 ppm.	
14	Monitorowanie napięcia baterii.	
15	Klasa odporności min IP41	
16	Waga max. 150 g	
17	Akcesoria: - pasek do mocowania - zapasowa bateria - osłona antykontaminacyjna - zewnętrzny kabel łączący stymulator z elektrodą nasierdziową lub elektrodą czasową przezżylną, kompatybilną ze wszystkimi stymulatorami i elektrodami - 5 szt,	
18	Urządzenie fabrycznie nowe - 2018 r.	

Zamawiający informuję, że w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów, producentów itp., Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.”



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia parametru wymaganego w rubryce „PARAMETR OFEROWANY” wraz z opisem. Nie spełnienie któregośkolwiek z tych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów, poza materiałami eksploatacyjnymi.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT
			netto	brutto	netto	brutto	
1.	Zewnętrzne stymulatory jednojamowe	3 szt					
RAZEM							

..... dnia

/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela /