



ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Białystok, dn. 09.08.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.43.2.2018

Samodzielny Publiczny ZOZ
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY
im. J. Śniadeckiego
DZIAŁ ADMINISTRACJI
Zamówienia Publiczne
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
tel. 85 74-88-531, fax 85 74-88-593

Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi oraz wyposażenia do Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.43.2018.

Korekta odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 11 do Pakietu nr 1, która została udzielona pismem numer DA.ZP.242.41.1.2018 z dnia 07.08.2018r..

Odpowiedź udzielona poniżej jest obowiązująca.

Treść pytania:

Dotyczy załącznika Załącznik nr 1.1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.43.2018 PAKIET NR I -Dostawa systemu do angiografii cyfrowej wraz z pracami dostosowawczymi System do angiografii cyfrowej wraz wyposażeniem - szt.1 – pkt 63.

Zamawiający wymaga:

63	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20x20 cm i max 30x30 cm)	Tak, podać	≥ (20 x 20 cm) < (25 x 25 cm) – 10 pkt. 30 x 30 cm – 50 pkt	
----	---	------------	--	--

Powyższy zapis jest nie jednoznaczny i pozwala na dowolność interpretacji.

- Czy Zamawiający wyjaśni oczywistą pomyłkę pisarską i zmieni zapis na:?

63	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20x20 cm i max 30x30 cm)	Tak, podać	≥ (20 x 20 cm) i < (25 x 25 cm) – 0 pkt. ≥ (25 x 25 cm) < (30 x 30 cm) – 10 pkt 30 x 30 cm – 50 pkt	
----	---	------------	---	--

ZAMÓWIENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
„Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”
numer projektu: WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer umowy dofinansowania: UDA-RPPD.08.04.01-20-0051/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Powyższa zmiana, pozwoli Zamawiającemu zakup nowoczesnego urządzenia dopasowanego do potrzeb jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu pkt. 63 Załącznika nr 1.1 do SIWZ Formularz szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1).

Punkt 63 otrzymuje brzmienie:

63	Płaski detektor cyfrowy o wymiarach pola widzenia (FOV) min. 20x20 cm i max 30x30 cm)	Tak, podać	$\geq (20 \times 20 \text{ cm})$ i	
			$< (25 \times 25 \text{ cm})$ – 0 pkt	
			$\geq (25 \times 25 \text{ cm})$ i	
$< (30 \times 30 \text{ cm})$ – 10 pkt				
			30 x 30 cm – 50 pkt	

W Załączeniu do pisma Załącznik nr 1.1 do SIWZ po korekcie wprowadzonej niniejszym pismem.

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

dr n. med. Agnieszka Janke