



**Pakiet nr 11:**

**A. Opis Przedmiotu zamówienia:**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametr	Minimalne wymagania	Parametr ofertowany
1.	<b>Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów</b>		Panel sterujący dotykowy	
			Wyświetlacz tekstowy w języku polskim informujący o bieżących etapach procesu mycia oraz o ewentualnych błędach	
			Możliwość dopasowania programów myjących do indywidualnych potrzeb użytkownika	
			Kontrola wytwarzania ciepła podczas dezynfekcji oraz sterowanie napętniane wodą przyczyniające się do skrócenia czasu procesu i niższego zużycia energii elektrycznej	
			Urządzenie zgodne z normą PN-EN 15883-1-3 oraz dyrektywą 93/42/EEC.	
		Wymiary zewnętrzne:	Maks. 1150x450x555 mm	
		Pojemność:	Min. 1 basen z pokrywką lub 2 kaczki, przeznaczony również do dezynfekcji i mycia wiader i misek	
			Drzwi automatyczne otwierane z przycisku łokciowego lub nożnego	
			Min. 5 programów mycia	



		Czas mycia:	Maks. 8 minut	
		Zużycie prądu:	Maks. 0.85kWh	
		Pobór mocy:	Do 10 kW	
		Zasilanie:	230V	
			Min. 1 pompa dozująca	

### B. FORMULARZ CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis oferowanego wyposażenia (typ, model/ symbol/ nr katalogowy)	Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT (%)	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Myjka dezynfektor do kaczek i basenów			2 szt					
<b>RAZEM:</b>					X	X		X	

Wartość netto pakietu: ..... Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/