

## PAKIET NR 1 - Załącznik nr 1.1 do SIWZ: Formularz Szczegółowy Oferty

**Przedmiot zamówienia:** Dostawa jednorazowych zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu.

Tabela część 1

Lp.	Opis wyrobu		Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość zestawów	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	JAŁOWY, ZBIORCZO ZAPAKOWANY JEDNORAZOWY ZESTAW WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH (OPAKOWANYCH) MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI  W skład zestawu wchodzi:				4 500 zestawów					
	Lp.	Skład:	Ilość szt w zestawie:							
	1.	kaniula 25G do przedniej komory (zagięta)	1 szt.							
	2.	kaniula do hydrodyssekcji	1 szt.							
	3.	kaniula do hydrodyssekcji 27G	1 szt.							
4.	obłożenie na stolik 140x140 cm	1 szt.								

5.	obłożenie pacjenta 140x160 cm z 2 workami odpływowymi	1 szt.		
6.	osłonka silikonowa na tip 0,9 mm	1 szt.		
7.	nóż typu Slit 2,8 mm	1 szt.		
8.	nóż do portów bocznych 1,0 mm	1 szt.		
9.	kaseta do fakoemulsyfikacji	1 szt.		
10.	plastikowa osłonka na oko	1 szt.		
11.	tip do fakoemulsyfikacji 30 st zagięty	1 szt.		
12.	podłokietniki 61x72 cm	2 szt.		
13.	kubek plastikowy 30 ml	1 szt.		
14.	sączki 20 cm	1 szt.		
15.	fartuch L z ręcznikiem	2 szt.		
16.	fartuch XL	1 szt.		
17.	igła 19G/25	2 szt.		
18.	opatrunek na oko	1 szt.		
19.	prześcieradło 112x152 cm	1 szt.		
20.	mikrogąbki	1 szt.		
21.	gaziki 8x8 cm	10 szt.		
22.	przylepiec 2,5x13 cm	1 szt.		
23.	strzykawka 10 ml	1 szt.		

--	--

--	--

24.	strzykawka 3 ml LL	1 szt.						
25.	strzykawka 5 ml z gwitem	1 szt.						
26.	ręcznik papierowy	2 szt.						
27.	taca plastikowa 25x13x5 cm	1 szt.						

**Tabela 2**

**DZIERŻAWA APARATU**

Czynsz dzierżawy musi uwzględniać: koszt napraw i serwisu, a także wszystkich innych usług związanych z dzierżawą zestawu np. koszt przeglądów serwisowych (przeprowadzanych nie rzadziej niż wg harmonogramu wynikającego z zaleceń producenta urządzenia, wartość kosztów robocizny i dojazdów pracowników serwisu.

L.p.	Nazwa handlowa przedmiotu dzierżawy*)	Typ	Producent	Cena jednostkowa brutto dzierżawionego urządzenia	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 36 m-cy	Stawka VAT (%)	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 36 m-cy
1.									

**SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO APARATU**

Wykonawca sporządzi dokument wg poniższego wzoru:

- nazwa aparatu:.....
- typ: .....
- producent: .....
- rok produkcji: .....
- wartość analizatora: .....

Oświadczam, że wyżej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

**Parametry graniczne – wymagania dotyczące aparatu:**

<b>L.p.</b>	<b>Parametry wymagane</b>	<b>Szczegółowy opis oferowanych parametrów (należy szczegółowo opisać )</b>
1.	Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznym	
2.	Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych z możliwością całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych.	
3.	Tryb fako pulsacyjnego do minimum 100 pulsów/sek	
4.	Podciśnienie przy I/A do min. 600 mmHg	
5.	Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst	
6.	W trybie burst możliwość jednoczesnej kontroli: mocy, ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej	
7.	Diatermia zintegrowana z aparatem	
8.	Refluks	
9.	Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji programowanych z konsoli	
10.	Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki	
11.	Zintegrowana taca o regulowanej wysokości	

12.	Zintegrowany statyw kroplówki z podstawą jezdnią	
13.	Typy do fakoemulsyfikacji o średnicy 0,9 mm lub mniejszej - tzw. mikrotypy	
14.	Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min. 600 mmHg	
15.	Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty)	
16.	Komunikacja aparatu z użytkownikiem (w tym werbalna i komunikaty na ekranie) w języku polskim	
17.	Zasilanie 230-240V/ 50-60 Hz	
18.	Pneumatyczny napęd noża do witrektomii	
19.	Możliwość pracy pneumatycznego noża do witrektomii z prędkością min. 800 cięć/min	
20.	Aparat nie starszy niż 2008 rok	
<b><i>Konfiguracja aparatu do fakulsyfikacji zaćmy:</i></b>		
1	Konsola Aparatu – 1 szt	
2.	Przełącznik nożny 1 szt	
3.	Instrukcja obsługi – 1 szt	
4.	Pilot zdalnego sterowania – 1 szt	
5.	Pokrowiec – 1 szt	
6.	Karta Pamięci – 1 szt	
7.	Głowica do fakoemulsyfikacji – 3 szt	

8.	Pęseta diatermiczna – zagięta – 2 szt	
9.	Przewód do diatermii wielokrotnego użycia – 2 szt	
10.	Głowica koaksjalna do Irygacji/Aspiracji – 3 szt	
11.	Wielorazowy tip do Irygacji/aspiracji – 3 szt	
12.	Kluczyk do odkręcania Tipów – 2 szt	

*Uwaga: Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny.*

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany aparat do fakoemulsyfikacji jest kompatybilny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

**Tabela 3**

**Wartość do oceny całego pakietu:**

<b>Nr tabeli</b>	<b>Wartość:</b>	<b>Słownie:</b>
Tabela 1	<b>netto:</b>	
	<b>brutto</b>	
Tabela 2	<b>netto:</b>	
	<b>brutto</b>	
<b>Razem</b>		

..... dnia .....

.....

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/