

Białystok, dnia 16.11.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.85.3.2018

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę toru wizyjnego laryngologicznego z monitorem, wózka jeźdźnego, źródła światła, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.85.2018.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w ramach pozycji "Pompa płucząca do czyszczenia czoła optyki" Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesną pompę rolkową przeznaczoną do przemywania obiektywu optyki podczas operacji endoskopowych zatok przynosowych pracującą w trybie oscylacyjnym usuwając krople płynu z obiektywu optyki? Pompa wyposażona jest w kolorowy ekran dotykowy, na którym wyświetlane są ustawienia pompy. Aktywacja pompy odbywa się poprzez przełącznik nożny, po zwolnieniu którego pełny cykl oscylacji zostaje doprowadzony do końca, a pozostałości płynu zostają zassane do płaszczka. Prędkość przepływu płynu może być regulowana w zakresie 50 - 130 ml/min. Każdorazowo po włączeniu pompa przeprowadza autotest, w zestawie jednorazowe dreny płuczące 30 szt. oraz przełącznik nożny -1 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Słoma