

Białystok, dnia 19.11.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.86.2.2018

Wszyscy zainteresowani

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i aparatury medycznej, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.86.2018.**

Korekta odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 27 do Pakietu nr 5 , która została udzielona pismem numer DA.ZP.242.86.1.1.2018 z dnia 16.11.2018r..

Odpowiedź udzielona poniżej jest obowiązująca.

Treść pytania:

1. Dot. pkt 51 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stojaka do mocowania pomp z możliwością dołączenia listwy zasilającej na 3 lub 5 gniazd?

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Słoma