

PAKIET NR 1:

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy – 4 szt

(Dostawa: **Oddział Neurologii**)

1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe	TAK/Podać	

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
1.	Materace przeciwoodleżynowe (dla pacjentów z odleżynami 4 stopnia) zmiennociśnieniowe dostosowane rozmiarami do standardowych rozmiarów łóżek szpitalnych	
2.	Materac pokryty pokrowcem odpinanym zamkiem , przepuszczającym parę wodną i powietrze ,a zatrzymującym ciecze , możliwość mycia i dezynfekcji	
3.	System napełniania komór powietrznych na przemian co trzecia / system 1:3 / , modułowy system komór	
4.	Możliwość pozostawiania w trybie napełnionych komór / tryb transportowy/ do 24 godz	

5.	Możliwe obciążenie nie mniejsze niż 200 kg	
6.	Materac połączony szykołączką z zasilającą pompą centralną - zawierającą wskaźniki sygnalizujące tryb pracy / statyczny, dynamiczny, symulacyjny /, pozycję siedzącą, naładowania akumulatora	
7.	przycisk bezpieczeństwa - świadomego wyboru funkcji, wskaźnik CPR, przycisk aktywowania i anulowania akustycznych alarmów materaca/ braku dopływu prądu, funkcji transportowej, funkcji CPR/	
8.	Mechaniczna funkcja CRP - ręcznego spuszczenia powietrza	
9.	System przewodów elektrycznych osłonięty .schowany wewnątrz systemu	
10.	Instrukcja obsługi w języku polskim	

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

B. FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa, producent, nr katalogowy /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/	Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT (%)	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto

1	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy - o parametrach technicznych określonych w części A			4 szt						
RAZEM:										

Wartość netto pakietu:

Słownie:

Wartość brutto pakietu:

Słownie:

.....

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/