

Białystok, dnia 06.02.2019r.

Numer pisma: DA.ZP.242.9.2.2019

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów do endoskopii oraz taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.9.2019.**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści SIWZ:**

---

**Pytania do Pakietu nr 2**

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnic o długości 300 cm, bez znaczników.  
**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytania do Pakietu nr 3**

1. Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igłę wykonaną ze stali niklowo chromowej, możliwość regulacji igły w zakresie min. 0-8,5cm; w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8mm (dla igły o śr. 25G i 22G) i 2.1mm (dla igły o śr. 19G); igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock (*mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki*): blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki oraz blokadę stopnia wysunięcia osłonki; narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); igła kompatybilna z gastroskopem typu EUS / firmy Pentax?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 4**

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 zaoferowanie igły aspiracyjnej jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, 22G oraz 25G do wyboru Zamawiającego, z otworem bocznym lub bez, końcówka igły wykonana nitynołu, lub stali nierdzewnej w zależności od średnicy. Ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynołu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; maksymalna średnica części wprowadzanej: 2,6mm. Kompatybilna z kanałem roboczym endoskopu ultrasonograficznego o średnicy co najmniej 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający?

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z kanałem roboczym Pentax.**

2. **Pakietu nr 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły biopsyjnej do badań EUS, sterylnej, wykonanej ze stali kobaltowo-chromowej, na całej długości pokrytej echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonki igły o średnicach zależnych od średnicy igły odpowiednio: 19 G - 1,83 mm, 22G- 1,65 mm, 25G - 1,52mm, zaokrąglone końcówki osłonki, mandryn wykonany z nitynołu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość robocza mieszcząca się w przedziale 137-142 cm , regulowana długość wysunięcia igły 0-8cm, średnica 25 lub 22 lub 19 G, do igły dołączona strzykawka podciśnieniowa i kranik ?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

#### **Pytania do Pakietu nr 6**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 6 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm i 10 mm, długość robocza 2500 mm.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 6 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm, długość robocza 2300 mm.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

3. Dotyczy Pakiet 6 – poz. 1: Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować zestaw szczotek w skład których wchodzi: szczotka krótka do gniazd zaworów o średnicach szczotek 5mm i 12mm oraz długą do czyszczenia kanału endoskopu o średnicach szczotek 7mm na obu końcach, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (25 sztuk w opakowaniu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. Dotyczy Pakiet 6 – poz. 2: Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm; o średnicy włosia 6mm na obu końcach; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; (25 sztuk w opakowaniu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. **Pakiet nr 6 Pozycja 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej szczoteczki dwustronnej do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 5 mm , długość włosia 13 mm ;oraz średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 10mm , długość włosia 40 mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2400mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu)?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

6. **Pakiet nr 6 Pozycja nr 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych szczoteczek dwustronnych do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2400mm; długość włosia 13 mm; średnica włosia 5 mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu ?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

7. Pakiet nr 6: Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści:

**Poz 1**

Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 5mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2300mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu)

**Odpowiedź: Nie.**

**Poz 2**

Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm; długość włosia 8mm; średnica włosia 5mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm; 50 sztuk w opakowaniu

**Odpowiedź: Nie.**



8. **Pakiet nr 6, poz. 1** Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 150szt. szczoteczek, czy 150 opakowań x 50szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 150 opakowań po 50 szt. .**


**W związku w powyższym zmianie ulega jednostka miary wskazana w Formularzu Szczegółowym Oferty w Pakiecie nr 6 pozycja 1 z sztuk na opakowanie.**

**Formularz Szczegółowy Oferty Pakietu nr 6 z wprowadzoną zmianą w załączeniu do niniejszego pisma.**

9. **Pakiet nr 6, poz. 1** : Prosimy o dopuszczenie szczotki o średnicy włosa 6mm; średnica włosa do czyszczenia gniazd 10mm, z plastikową końcówką , długość całkowita 2300mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie.**

10. **Pakiet nr 6, poz. 1**: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga szczotki do zaworków z uchwytem ułatwiający trzymanie szczotki, czy bez uchwytu?



**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

11. **Pakiet nr 6, poz. 1**: Prosimy o dopuszczenie szczotki o długości 2300mm z uchwytem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Nie.**

12. **Pakiet nr 6, poz. 2**: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 50szt. szczoteczek, czy 50 opakowań x 50szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50 opakowań po 50 szt. .**

**W związku w powyższym zmianie ulega jednostka miary wskazana w Formularzu Szczegółowym Oferty w Pakiecie nr 6 pozycja 2 z sztuk na opakowanie.**

**Formularz Szczegółowy Oferty Pakietu nr 6 z wprowadzoną zmianą w załączeniu do niniejszego pisma.**

13. **Pakiet nr 6, poz. 2** Prosimy o dopuszczenie szczotki jednorazowej do czyszczenia kanałów endoskopów o długości włosia 20mm i średnicy 6mm, długość całkowita 2300mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 7**

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 3 Pakietu 7.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

2. Zapytanie do zadania nr 7, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści taśmy o następujących parametrach:

Taśma podcewkowa TOT- -System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet .

Parametry:

1. System jednorazowy
  2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m<sup>2</sup>
  3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
  4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
  5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
  5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięne, out-in oraz in -out .
- Prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 7.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

3. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, poz. nr 1:** 60 szt. taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłaniałnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870  $\mu\text{m}$ , porowatość 84%, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, poz. nr 2:**

- 40 szt., siatek do operacyjnego leczenia statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodne, niewchłaniałne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1870  $\mu\text{m}$ , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość od 68 do 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. W razie wyrażenia zgody na powyższe pytania, prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 z Pakietu nr 7 i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

6. Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek do Pakietu nr 7, poz.1-2, lub o możliwość zaoferowania próbek niesterylnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do SIWZ**

1. Prosimy o ujednoczenie zapisów w Rozdziałach 22 i 23 odnośnie terminów składania i otwarcia ofert.

**Odpowiedź:**

Termin składania ofert uległ zmianie i został wyznaczony na dzień 11.02.2019r. na godz. 11:00 .

Termin otwarcia ofert uległa zmianie i został wyznaczony na dzień 11.02.2018r. na godz. 11:10.

#### **Pytania do projektu umowy (Załącznik nr 5A):**

1. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10 ppkt. 2) – **Załącznik nr 5A**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozpatrzenie reklamacji jakościowej w ciągu 5 dni roboczych, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin w dniu roboczym, dostarczenia towaru wolnego od wad, w przypadku uznania reklamacji za zasadną?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

2. Dotyczy warunków umowy § 4 – **Załącznik nr 5A**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

3. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 ppkt. 1), 3), 4)– **Załącznik nr 5A**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,1% na 0,05% z 1% na 0,5% oraz z 10% na 5%?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**



4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedź: Nie.**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

**W Załączeniu do pisma:**

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Ofert Pakietu nr 6

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Załęba-Słoma