

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Wężyk pompy typu XD 8003 Wyposażony w 3 igły przebijające opakowanie z kontrastem. Może pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny. Po zdemontowaniu ze strzykawki wężyk można utylizować. Zawiera filtr cząsteczkowy oraz czujnik ciśnienia umożliwiający kontrolę natężenia przepływu i objętości. Wężyk pompy, kompatybilny ze strzykawką automatyczną firmy Ulrich CT Motion XD 8000</p>			szt.	400					
2.	<p>Wężyk pacjenta typu XD 2035, dł. 150 cm. Wężyk pacjenta ma łączyć wężyk pompy (wyszczególniony w pozycji 1) z pacjentem. Należy je wymieniać po każdym pacjencie. Wężyk posiada dwa wbudowane zawory zwrotne. Wężyk pacjenta kompatybilny ze strzykawką automatyczną firmy Ulrich CT Motion XD 8000</p>			szt.	7 200					

Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami.

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

Miejscowość data

.....

/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/