

PAKIET NR 1**Oksygenatory i kaniule naczyniowe do prowadzenia terapii ECMO****- Wstawiony w depozyt bank:**

Skład Banku o w pełnym zakresie wymaganych wymiarów asortymenty wyszczególnionego w niniejszym załączniku, umożliwiającą bezpieczne przeprowadzenie procedury w ilości ustalonych po podpisaniu umowy.

- Napęd udostępniony nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy.Wymagania dotyczące napędu:

- Konsola główna zasilana 230V/50Hz z wyposażeniem jak poniżej posiadająca potwierdzoną certyfikatem możliwość wykorzystywania w transporcie medycznym. Urządzenie sprawne z aktualnym paszportem technicznym.
- Jednostka napędu ręcznego
- mieszacz gazów, kompletny przyłączeniami w systemie DIN
- podgrzewacz kompatybilny z oksgenatorem wraz z kompletem drenów wielorazowych do podgrzewacza 3 m
- wózek na konsolę z masztem do infuzji
- uchwyt na butle z tlenem
- użyczenie napędu dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

Lp.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kaniula tętnicza ECMO w rozmiarach: 15,17,19, 21, 23 Fr (długość 15 cm lub 23 cm), konektor 3/8 LL, powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE			18 szt					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.16.2019

2	Kaniuła udowa żylna ECMO w rozmiarach: 19, 21, 23, 25 fr (długość 38 lub 55 cm), konektor 3/8, powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE			18 szt					
3.	Akcesoria do wprowadzania kaniuli tętniczej skład: Igła rozmiar 18G, 4 dylatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, prowadnik: 0,038 z końcówką J 100 cm, skalpel			18 szt					
4.	Akcesoria do wprowadzania kaniuli żylny skład: igła rozmiar 18G, 4 dylatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, prowadnik: 0,038 z końcówką J 150, skalpel			18 szt					
5	Oksygenator zewnątrzustrojowy z drenami powlekany powłoką heparynową -albuminową, kompletny			18 szt					
	Parametry oksygenatorów:								
	Wartość wymagana:					Wartość Oferowana:			

	Powierzchnia wymiany gazowej minimum 1,6 m2	
	Powierzchnia wymiennika ciepła 0,4 m2	
	Przepływ krwi osiągalny w oksygenatorze w zakresie co najmniej: 0,8 -7 l/min.	
	Wypełnienie całego zestawu nie większe niż 600 ml	
	Całość zapakowana jałowo kompletna z niezbędnymi drenami, łącznikami i narzędziami	

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/