

Numer pisma: DA.ZP.242.23.21.2019

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów do aparatury medycznej neonatologicznej**, znak postępowania: **DA.ZP.242.23.2019**.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) **informuje o wyniku postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę akcesoriów do aparatury medycznej neonatologicznej**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.23.2019 – w Pakiecie nr 16**.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Pakiet nr 16: KROBAN Anna Korczyńska, ul. Piotrkowska 182/451, 90-368 Łódź

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena – 60 %, termin dostawy – 40 %.

2. Streszczenie i porównanie złożonych ofert w Pakiecie nr 16:

Do Pakietu nr 16 wpłynęło trzy oferty. Ocena złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	<u>Cena oferty</u> wartość brutto	<u>Termin dostawy</u>	<u>W kryterium „Cena”:</u>	<u>W kryterium „Termin dostawy”:</u>	<u>Łączna ilość punktów:</u>
3	KROBAN Anna Korczyńska ul. Piotrkowska 182/451 90-368 Łódź	14 688,00 zł	3 dni robocze	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.
4	Dutchmed PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	16 113,60 zł	3 dni robocze	54,69 pkt.	40 pkt.	94,69 pkt.
6	NZ TECHNO Sp. z .o.o. ul. Berneńska 5A 03-976 Warszawa	13 824,00 zł	3 dni robocze	Oferta odrzucona		

3. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania:

- **Odrzucenie oferty w Pakiecie nr 16**

Oferta Wykonawcy NZ TECHNO Sp. z .o.o. (ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa) zostaje odrzucona w Pakiecie nr 16 na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta Wykonawcy NZ TECHNO Sp. z .o.o. (ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa) złożona do Pakietu nr 16 nie odpowiada treści SIWZ w zakresie spełniania przez oferowany wyrób wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Szczegółowy Oferty).

Zamawiający wezwał Wykonawcę z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia materiałów informacyjnych dot. oferowanego przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 16. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przedłożył materiały informacyjne, które nie zawierały informacji potwierdzających spełnienie przez oferowany wyrób wymagań określonych w SIWZ. W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 20.05.2019 r. na podstawie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia materiałów informacyjnych w zakresie Pakietu nr 16 pozycja nr 1 tabeli Formularza Szczegółowego Oferty. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca zawarł w piśmie informację, że oferowany produkt w Pakiecie nr 16 poz. 1 to komora ręcznie napelniana oraz przedłożył materiały informacyjne, które ponownie nie potwierdziły wymagań SIWZ. Zamawiający wymagał w komplecie zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90 cm, zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym, zaś złożone materiały nie zawierają informacji w tym zakresie. Ponadto Zamawiający wymagał komorę samonapelniającą się, a Wykonawca zaoferował wyrób bez tej funkcji. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w Pakiecie nr 16 nie spełnia wymogów określonych w SIWZ i tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

5. Przewidywany termin podpisania umowy w zakresie Pakietu nr 16:

25.06.2019 r.

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
A. Janke
dr n. med. Agnieszka Janke