

Białystok, dn. 08.08.2019r.

Numer pisma: DA.ZP.242.50.1.2019

Wszyscy  
zainteresowani Wykonawcy

**Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego, bielizny szpitalnej oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.50.2019.**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści SIWZ:**  
-----

**Pytania do Pakietu nr 1**

1. **dotyczy Pakietu nr 1** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 niżej opisanego zestawu **nieznacznie** różniącego się od opisanego w SIWZ?

**Obłożenie** sterylne, jednorazowe, wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> **z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>**

Pakiet zawiera co najmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z min. informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.

W skład zestawu wchodzi:

- 1) serweta o wymiarach co najmniej 220 x **300** cm z otworem o średnicy 7 cm, **z dodatkowym padem chłonnym 75x80cm i organizatorami przewodów**
- 2) jedna osłona na kończynę 36x65 cm,
- 3) **2x** taśma przylepna,
- 4) serweta o wymiarach 150 cm x 190 cm,
- 5) serweta na stolik Mayo **79cm** x 145 cm,
- 6) **4** ręczniki.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

2. **Dotyczy:** Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz.1 Obłożenie do artroskopii kolana, sterylne, jednorazowe, wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału 56 g/m<sup>2</sup>. Zestaw zawiera 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy.

W skład zestawu wchodzi minimum: 1) 1x serweta o wymiarach co najmniej 220 x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm, 2) 1 x elastyczna osłona na kończynę "stockinette" 22 cm x od 75 cm, 3)1x taśma przylepna, 4) 1x serweta o wymiarach co najmniej 150 cm x 200 cm, 5) 1x wzmocniona po całości serweta na stolik Mayo 75cm x 150 cm, 6) 4x ręczniki chłonne 7) 1x wzmocniona serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 3. Pakiet nr 1 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji na kończynie, wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Skład : 1 serweta główna wzmocniona w kształcie "T" o minimalnych wymiarach 270x320cm z samouszczelniającym się otworem i uchwytem na dreny i przewody, 1 serweta o wymiarach min. 100x150cm; 1 samoprzylepna taśma mocująca ("rzep") 2,5x25cm. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 4. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do obłożenia artroskopii zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 80cm;

- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

- 1 serweta 100 x 150cm;

- 1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;

- 1 serweta główna 200x 300cm z otworem o średnicy 7 cm, otoczonym łąką chłonną w rozmiarze 50 x 50cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szytwnik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### 5. Pakiet nr 1 Obłożenie do artroskopii:

1. Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale posiadającego w swoim składzie serwetę o wymiarach 150cm x 175cm zamiast min. 150cm x 180cm lub zestawu o następującym składzie :

Zestaw do artroskopii II	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy Protect	100 x 150
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do operacji kończyny z samouszczelniającym otworem (Ø 7 cm)	300 x 200
1 osłona na kończynę	35 x 55
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50
1 osłona na kamerę	13 x 250

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### 6. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej zestawu do artroskopii kolana z serwetą o wymiarach 200x300cm z otworem o średnicy 5cm oraz serwetą na stół Mayo 80x142cm. Reszta wymogów SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7. **Pakiet 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do artroskopii parametry zgodne z SIWZ w składzie :
1. serweta o wymiarach co najmniej 200 x 320 cm z otworem o wymiarach 6x8cm,
  2. jedna osłona na kończynę 30 cm x 60 cm z możliwością rozciągnięcia do 40cm w szerokości,
  3. trzy taśmy przyklepne,
  4. serweta o wymiarach 150 cm x 190 cm ,
  5. serweta na stół Mayo 80cm x 140 cm
  6. dwa ręczniki.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

8. **Pakiet 1** Czy Zamawiający dopuści obłożenie do artroskopii kolana w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów .....	230x315	1
2. serweta na stół .....	150x190	1
3. osłona na kończynę .....	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytania do Pakietu nr 2

1. **dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 1 niżej opisanego zestawu **nieznacznie** różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw obłożenia do biodra składający z:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,
- 1 serweta na stół Mayo **79cm** x 145 cm,
- 2 taśmy samoprzylepne,
- 1 serweta operacyjna, 2-warstwowa **100x150** cm,
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 36m x 120 cm,
- 1 serweta samoprzylepna 230x260cm wzmocniona z wycięciem "U"i **organizatorami przewodów**
- 1 **przyklepna** serweta górna 150x300cm wzmocniona, **z organizatorami przewodów**.

Wszystkie serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. **Dodatkowe wzmocnienia o gramaturze 80g/m2 (całkowita gramatura w części wzmocnionej 140h/m2).** Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu **4** etykiety samoprzylepne zawierające min: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę identyfikującą producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

#### 2. **Pakiet 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do zabiegów na kończynie o składzie:

- a) 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- b) 2 ręczniki 30 cm x 40 cm
- c) 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm
- d) 1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**



### 3. Pakiet nr 2 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do chirurgii biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>, zestaw zawiera dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

### 4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do obłożenia biodra zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62 g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### **Skład**

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta 75 x 90cm;

- 1 serweta 150 x 200cm;

- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm;

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm;

- 2 OP Taśmy 10 x 50cm;

- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm;

- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### 5. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji na kończynie zgodnie z poniższym opisem:

- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, pełnobarierowy, nieprzemakalny, niepylący, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### **Skład**

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm

- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm; (warstwa chłonna 76cm x 85cm)

- 2 OP taśmy 10 x 50cm,

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 90cm

- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm

- 1 serweta główna 230cm x 320cm z samouszczelniającym otworem ( ø 7cm ), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 50cm (część krytyczna pola operacyjnego ), dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów”

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**



**6. Pakiet nr 2 Obłożenie do biodra:**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i posiadającego w swoim składzie serwetę samoprzylepną z wycięciem „U” wzmocnioną w rozmiarze 245 x280cm oraz serwetę górną samoprzylepną, która nie posiada dodatkowego wzmocnienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**7. Pakiet nr 2 Obłożenie do biodra:**

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie składającego się z serwety na stolik narzędziowy wzmocnionej 140cm x 190cm, serwety do operacji kończyny z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5 x 7 cm) w rozmiarze 320cm x 225cm oraz zaoferowania dodatkowo, pakowanej niezależnie od zestawu, serwety na stolik Mayo?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**8. Pakiet 2 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do biodra z serwetą operacyjną w rozmiarze 190x190cm, osłoną ortopedyczną na kończynę w rozmiarze 30x120cm oraz serwetą samoprzylepną z wycięciem „U” wzmocnioną w rozmiarze 230x305cm z 4 chłonnymi i sterylnymi ręcznikami celulozowymi do osuszania rąk, pakowanymi osobno. Reszta wymogów SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**9. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie zawierające w swym składzie 2 sztuki ręczniczków zamiast 4 sztuk? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**10. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie zawierające w swym składzie serwetę w rozmiarze 150 x 90 cm zamiast 150 cm x 150-200 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**11. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie w opakowaniu zawierającym na etykietach samoprzylepnych zamiast nazwy producenta jego oznaczenie, pozwalające na jednoznaczną identyfikację?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

**12. Pakiet 2, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do biodra, gdzie serweta na stolik Mayo ma wymiary 80x140cm, serweta operacyjna ma wymiary 160x180cm, inne parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Tak**

**13. Pakiet 2, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji na kończynie, gdzie serweta z otworem i elementami elastycznymi ma wymiary 230x300cm, serweta na stół o wymiarach 150x190 stanowi owinięcie zestawu, serweta na stolik Mayo jest dołączona do zestawu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

14. **Pakiet 2, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści obłożenie do biodra w składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów .....	300x175	1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej .....	200x260	1
3. serweta chirurgiczna .....	75x90	1
4. serweta na stolik .....	150x190	1
5. osłona na kończynę .....	32x120	1
6. taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
7. ręczniki chłonne .....	18x25	4
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo .....	79x145	1
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Serwety wykonane z materiału min. 2 warstwowego.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

15. **Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji na kończynie w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów .....	230x315	1
2. wzmocniona osłona na stolik MAYO .....	79x145	1
3. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

### Pytania do Pakietu nr 3

1. **dotyczy Pakietu nr 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 niżej opisanego zestawu **nieznacznie** różniącego się od opisanego w SIWZ?

Dwuwarstwowe, jednorazowe, sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, wykonane z paroprzepuszczalnego, oddychającego **laminatu dwuwarstwowego (PE+PP)**. Zestaw zapakowany w torbę typu papier -folia. Zawierać 4 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami min.: indeks wyrobu, nr lot, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający:

1. Serwetę o wymiarach co najmniej 330x230 cm z otworem o wymiarach **36x36cm** wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem na płyny o wymiarach **72x72cm** z usztywnionym brzegiem, z **organizatorami przewodów i 2 portami do ssaka**
2. Serwetę dla noworodka o wymiarach **75x120xcm**, miękka, wykonana z włókniny o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, kolor biały, wolną od formaldehydu
3. Serwetę 150cm x 190cm, wzmocnioną wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup>
4. Serwetę na stolik Mayo **79cm** x 145cm
5. Ręczniki **celulozowe**
6. Taśmę lepną **9x50** cm

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

2. **Pakiet 3:** Czy zamawiający dopuści zestaw do obłożenia do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery "T" 230/200 cm x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej) o łącznej gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej.

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy rozmiar serwety dla noworodka , pozostałe parametry serwety zgodnie z SIWZ**

3. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 83g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

**Skład**

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

- 1 serweta do owinięcia noworodka 80 x 80cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm;

- 1 serweta główna 180 x 320cm z otworem 30 x 25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.”?

**Odpowiedź: Dopuszczamy parametry serwety do owinięcia noworodka, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

4. **Pakiet nr 3 Obłożenia do cięcia cesarskiego :**

2. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwuwarstwowego, jednorazowego, sterylnego zestawu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, wykonanego z materiału polietylen/polipropylen, zapakowanego w torbę typu papier – folia, zawierającego przynajmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami: indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy, o następującym składzie:

✓ serweta o wymiarach 315 x 250 cm z oknem o wymiarach 19 x 28 cm, z workiem na płyny 360°,

✓ serweta dla noworodka o wymiarach 90cmx100cm, miękka, wykonana z nietkanej włókniny o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, kolor biały, wolna od formaldehydu

✓ serweta 140cm x 190cm, wzmocniona, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup>

✓ serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm

✓ 4 ręczniki włókninowe

✓ taśma samoprzylepna 10x50 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



5. **Pakiet 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego składający się minimum z:

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270<sup>0</sup> min. 65x110 cm z kształtką do formowania
- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
- 2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią 20x30 cm

Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze 66g/m<sup>2</sup>), posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6. **Pakiet 3:** Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do cięcia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestetycznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion operacyjnego.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

7. **Pakiet 3:** Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki)?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.**

#### 8. **Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z laminatu polipropylenowo- polietylenowego o składzie:

- serweta w rozmiarze 325 x 250 cm z folia chirurgiczną , otworem i workiem na płyny w rozmiarze 35 x 32 cm, bez kranika
- serweta dla noworodka w rozmiarze 60 x 80 cm wykonana z włókniny kompresowej o gram. 40 g/m<sup>2</sup>
- serweta 150 x 190 cm wzmocniona, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram. min. 59g/m<sup>2</sup>
- serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
- ręczniki włókninowe
- taśma lepna w rozmiarze 9 x 50 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

9. **Pakiet 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cięcia cesarskiego, gdzie serweta główna ma wymiary 200x320cm z otworem o wymiarach 25x30, z workiem na płyny o wymiarach 75x85cm z portami do podłączenia drenów, serweta na stół Mayo o wymiarach 80x140cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

10. **Pakiet 3** Czy Zamawiający dopuści obłożenie do cięcia cesarskiego w składzie:

- |   |             |   |
|---|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający duży worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywne, podłączenie ssaka i organizatory przewodów ..... | 175/250x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka .....  | 90x120      | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną .....   | 50x50       | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....  | 9x49        | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....   | 18x25       | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO .....  | 79x145      | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....  | 150x190     | 1 |

Serwety wykonane z laminatu min. 2 warstwowego.

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-folia.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy parametry serwety do owinięcia noworodka, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 4

**1. Pakiet 4 poz. 1:** Prosimy o dopuszczenie zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup>. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna .Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąaty chłonnej 109,5 g/m<sup>2</sup>. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

### 2. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do kraniotomii zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m<sup>2</sup>

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### **Skład**

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm);

- 4 ręczniki 30 x 40cm;

- 1 serweta główna 200 x 260cm z otworem 20 x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór otoczony łąatą chłonną o wymiarze 70 x 100cm z dwoma organizatorami przewodów w formie rzepów, zintegrowany zbiornik do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta wyposażony w kształtkę (szytwnik) oraz 1 zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 3. Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### **Skład**

- 1 serweta o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (szytwnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę lepłą (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### 4. **Pakiet nr 4 Obłożenie do kraniotomii:**

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, jednorazowego zestawu obłożeń wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, o następującym składzie:

		Nazwa produktu	Rozmiar cm
		<b>Zestaw neurochirurgiczny I wzmacniony</b>	
		<b>Skład zestawu:</b>	
1 serweta na stół narzędziowy wzmacniona			140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmacniona			80 x 145
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów			320 x 245
4 samoprzylepne serwety operacyjne			50 x 50
1 taśma samoprzylepna			10 x 50
2 uchwyty Velcro			2 x 23
2 ręczniki celulozowe			30 x 33

?

Na opakowaniu znajdują się dwie etykiety samoprzylepne, zawierające numer katalogowy, LOT lub serię, datę ważności oraz dane producenta. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### 5. **Pakiet nr 4 Obłożenie do kraniotomii:**

Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującej serwety:

	<b>Serweta - podkład z workiem do gromadzenia płynów</b>	
	<b>100 x 140 cm</b>	
Serweta podpośladowa z pojedynczym workiem na płyny		100 x 120 + 20 cm mankiet

?

Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

#### 6. **Pakiet 4 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę sterylnego zestawu do kraniotomii składający się minimum z:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE
- 1 x serweta do kraniotomii 264x254cm wykonana w części okrywającej pacjenta z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo- celulozowej o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, 30x47cm, z otworem 28x20cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem wyjściowym do ssaka, oraz czterema uchwytami na przewody typu rzep.
- 2x przylepna serweta 45x50cm z bilaminatu (polipropylen, polietylen) (pakowane osobno)
- 3x chłonne i nieprzepuszczalne serwety wykonane z bilaminatu o gramaturze min 58 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 45x50cm, sterylne, pakowane osobno.

Zestaw, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



### 7. Pakiet 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej sterylnej serwety w rozmiarze 96,5x118cm wykonanej ze sztucznego jedwabiu (poliester + wiskoza) ze skalowaną torbą na płyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### 8. Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści obłożenie do kraniotomii w składzie:

1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu ..... 230x300 1
2. serwety chirurgiczne samoprzylepne ..... 50x50 4
3. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
4. ręczniki chłonne ..... 18x25 2
5. osłona na stół MAYO ..... 79x145 1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

Serwety wykonane z materiału min. 2 warstwowego.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

### Pytania do pakietu nr 5

1. **Pakiet 5, pozycja 1,2** – Czy Zamawiający dopuści serwety U z dodatkową serwetą na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm, stanowiącą owinięcie zestawu?

**Odpowiedź: Tak**

2. **Pakiet 5, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną pojedynczo?


**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. **Pakiet 5, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90?

**Odpowiedź: Tak**

### Pytania do Pakietu nr 6

1. **Pakiet nr 6 Obłożenie do litotomii:** Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującej serwety:



Serweta epiduralna  
transparentna PE, perforowana

Skład zestawu:

Serweta do znieczulenia  
przezroczysta, PE, perforowana, przy-  
lepna, otwór typu romb 9 x 12 cm 90 x 120

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

2. **Pakiet nr 6 Obłożenie do litotomii:** Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zapięcia na rzepy, jałowego w rozmiarze 2cm x 23cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

3. **Pakiet nr 6 Obłożenie do litotomii:** Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o parametrach technicznych zgodnych z opisanymi, ale o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> i

następującym składzie:

	Nazwa produktu	Rozmiar cm
	<b>Zestaw ginekologiczny II wzmocniony</b>	
	<b>Skład zestawu:</b>	
	1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
	1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
	1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm)	290 x 250
	1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladek	75 x 90
	1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu	50 x 50
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50
	4 ręczniki celulozowe	30 x 33

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### Pytania do Pakietu nr 7

1. **Pakiet nr 7, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowej włókniny o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 150cm x 100cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. **Pakiet nr 7, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści serwetki z włókniny kompresowej o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. **Pakiet nr 7, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny 90cm x 60cm o chłonności 1177ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. **Pakiet nr 7, poz. 1** Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny 60cm x 60cm o chłonności 789ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. **Pakiet nr 7, poz. 2** Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytania do Pakietu nr 9

1. **Pakiet 9:** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona

1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



## 2. **Pakiet nr 9 Obłożenie do tarczycy:**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu o następującym składzie, parametry techniczne zgodne z siwz:

			<b>Zestaw do operacji głowy i szyi wzmocniony</b>
			<b>Skład zestawu:</b>
			1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190
			1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym, typu "U" (6,5 x 55 cm) 200 x 300
			1 samoprzylepna serweta operacyjna 100 x 130
			2 taśmy samoprzylepne 10 x 50
			Opakowanie dodatkowe - papier krepowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## 3. **Pakiet 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy sterylnego zestawu do operacji tarczycy w skład, którego wchodzi:

- 1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej 75x190cm +/- 1cm.
- Obłożenie stolika Mayo w rozmiarze 80x142cm, sterylne, pakowane osobno

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

## 4. **Pakiet 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie zawierające w swym składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe zgodne z SIWZ**

## 5. **Pakiet 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie nie zawierające w swym składzie taśm samoprzylepnych?

**Odpowiedź: Nie**

6. **Pakiet 9, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1. serweta na stolik narzędziowy o wymiarze 150x190cm
2. serweta na stolik Mayo 80x140cm, wzmocniona, czerwona
3. serweta operacyjna 200x320cm wzmocniona z otworem przylepnym o średnicy 15cm
4. taśma chirurgiczna 10x50cm włókninowa, przylepna

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

7. **Pakiet 9** Czy Zamawiający dopuści obłożenie do tarczycy w składzie:

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/280x350 cm z otworem samoprzylepnym o wymiarach 11x11 cm .....	200/280x350	1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP .....	2,5x30	1
3. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
4. ręczniki chłonne .....	18x25	4
5. osłona na stolik MAYO .....	79x145	1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**



## Pytania do Pakietu nr 10

### 1. Pakiet nr 10 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych TUR, w którym serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiada : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec, dren o długości 150cm i średnicy min.1,5cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 2. Pakiet nr 10 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do PCNL serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

Skład : 1 serweta do PCNL 200x300cm z otworem samoprzylepnym 20x23 cm i workiem do zbierania płynów 60x120cm, serweta na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

### 3. **Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia TUR zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m<sup>2</sup> Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 4 ręczniki 30 x 40cm

- 1 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów „

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### 4. **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia PCNL zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał trzywarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Gramatura 83 g/m<sup>2</sup>

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta o wymiarach 180cm x 300cm, z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.”

**Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ**

#### **5. Pakiet 10 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych w skład, którego wchodzi:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z teksturowanej folii PE ze wzmocnieniem w części krytycznej

-1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

-2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrościągą

-1x serweta do zabiegów TUR175/290 x 242 cm , ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepnym otworem brzuszny  $\emptyset$  8 cm, z otworem na prącie  $\emptyset$  5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm do regulacji worka ( możliwość mocowania z fartuchem operatora).

Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu , o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>. spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **6. Pakiet 10 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do PCNL w skład, którego wchodzi: serweta w rozmiarze 300x183cm z otworem o wymiarach 30x20cm z workiem do zbiórki płynów oraz serweta na stolik instrumentalny w rozmiarze 140x190cm, sterylna, pakowana osobno.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **7. Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie zawierające w swym składzie serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 150 x 190 cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe zgodne z SIWZ**

#### **8. Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie zawierające w swym składzie serwetę do zabiegów urologicznych w rozmiarze 215 x 180 cm z zintegrowanymi nogawicami, osłona na palec, oknem, torba do zbierania płynów bez sita z drenem pakowanym oddzielnie i nieprzymocowanym do serwety?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **9. Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie w opakowaniu zawierającym na etykietach samoprzylepnych zamiast nazwy producenta jego oznaczenie, pozwalające na jednoznaczną identyfikację?

**Odpowiedź: Tak**

#### **10. Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie w opakowaniu zawierającym na etykietach samoprzylepnych zamiast nazwy producenta jego oznaczenie, pozwalające na jednoznaczną identyfikację?

**Odpowiedź: Tak**

#### **11. Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie zawierające w swym składzie serwetę o wymiarach 180x300 cm z otworem o wymiarach 15 x 22 cm oraz serwetę na stolik instrumentalny w rozmiarze 150x190 cm?

**Odpowiedź: Tak**

## 12. Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do zabiegów urologicznych w składzie:

1. serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na prącie (Ø 5 cm) i osłonę na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu ..... 175x270x180 1
2. ręcznik chłonny ..... 18x25 1
3. samoprzylepny organizator przewodów ..... 9x18 1
4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## 13. Pakiet 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do PCNL składające się z serwety o wymiarze 175x300cm z otworem o wymiarze 20x30cm oraz workiem do zbiórki płynów?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 11

1. **dotyczy Pakietu nr 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 niżej opisanego zestawu **nieznacznie** różniącego się od opisanego w SIWZ?

Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze od 55 g/m<sup>2</sup>- 60 g/m<sup>2</sup> wykonany z jednej strony z folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesiąkaniem, z drugiej strony z chłonnej włókniny polipropylenowej, odporny na rozdzieranie, zawierający

- serwetę 240cm x 150cm z przylepcem-1 szt,
- serwetę 180cm x 180cm z przylepcem-1 szt,
- serwetę 90cm x 75 cm z przylepcem - 2 szt,
- serwetę na stół instrumentalny 190cm x 150cm-1 szt,
- serwetę na stolik Mayo 145cm x **79cm**- 1 szt,
- serwetki do rąk-2 szt
- taśmę lepłą 9x50cm

Na opakowaniu znajdują się **4** samoprzylepne naklejki z min. informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Pakiet 11 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 11 poz.1 dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókniną polipropylenową, odporny na rozdzieranie, zawierający minimum: serwetę 240 x 150 z przylepcem-1 szt, serwetę 175cm x 175cm z przylepcem-1 szt, serwetę 90cm x 75 cm z przylepcem - 2 szt, wzmocnioną serwetę na stół instrumentalny 200cm x 150cm-1 szt, wzmocnioną po całości serwetę na stolik Mayo 150cm x 75 cm- 1 szt, serwetki do rąk- 4 szt

Na opakowaniu znajdują się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## 3. Pakiet nr 11 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego, (podstawowego) wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, zawierającego 4 ręczniki celulozowe o wymiarze 30x40cm. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### 4. Dotyczy Pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie zestawu uniwersalnego zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

#### Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm;

- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;

- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;

- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;

- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50

- 4 ręczniki 30 x 40"

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### 5. Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego zestawu z serwetą na stół Mayo w rozmiarze 80x142cm. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### 6. Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga serwety na stół Mayo z warstwą chłonną o wymiarach 85 x 75 cm składanej teleskopowo, co pozwala na aseptyczną aplikację?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### 7. Pakiet 11 : Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną .....	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....	175x175	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	140x190	1

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### Pytania do Pakietu nr 12

- Dotyczy:** Pakiet 12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 12 poz.1 Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału 56g/m<sup>2</sup>, posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>. W skład zestawu wchodzi minimum: 1. 1xwzmocniona serweta na stół narzędziowy od 150 x 200cm ze wzmocnieniem, 2.1x wzmocnione po całości obłożenie stolika Mayo 75 x 150 cm 3.1x wzmocniona serweta do zabiegów laparoskopii 250 x 175 x220 cm (okno 32 x 37cm), zintegrowana z kieszeniami oraz osłonami na kończyny dolne 4. 2x taśma lepna 9x51cm wykonana z włókniny 60g/m<sup>2</sup>, 5. 1xosłona z folii PE na przewody medyczne o wymiarach 13x 235cm 7. 4x ręczniki. Zestaw spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795, oraz posiada 4 etykiety samoprzylepne z datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy, kodem kreskowym.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



## 2. Pakiet nr 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do laparoskopii w którym serweta do zabiegów laparoskopii jest o min. wymiarach 260x300cm z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne. Zestaw posiada dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

## 3. **Dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie zestawu do laparoskopii zgodnie z poniższym opisem:

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni

- Osłona Mayo ze wzmocnieniem

- Kieszeń dwukomorowa wyposażona w kształtki (szywniki) do formowania wlotu

- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier

- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>

- Zgodność z normą PN-EN 13795

### **Skład**

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm;

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

- 1 samoprzylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15cm x 40cm;

- 1 włókninowa OP taśma 9 x 49cm;

- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/220cm x 260cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z otworem w kształcie trapezu wypełnionym folią chirurgiczną otoczonym padem chłonnym, 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## 4. **Pakiet 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy jednorazowego obłożenia pola operacyjnego do laparoskopii w skład, którego wchodzi:

-serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze 152x190cm

-obłożenie stolika Mayo 80x142cm

-serweta do zabiegów laparoskopii w rozmiarze 196/254x292cm z otworem 30x33cm zintegrowana z osłonami na kończyny

- serweta wykonana z dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup> z, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m<sup>2</sup>

- osłona z naciętą końcówką 13x240cm z tekturową podkładką do aplikacji i rozciągliwą taśmą lepną wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, sterylna, pakowana osobno

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

## 5. **Pakiet nr 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy jednorazowego obłożenia pola operacyjnego do laparoskopii w skład, którego wchodzi:

-serweta na stolik narzędziowy w rozmiarze 140x190cm

-obłożenie stolika Mayo 80x142cm

-serweta do zabiegów laparoskopii w rozmiarze 196/269x304cm z otworem 25x28cm zintegrowana z osłonami na kończyny

- serweta w części okrywającej pacjenta wykonana z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylene, polietylen, polipropylene) o gramaturze 66 g/m<sup>2</sup>

-osłona z naciętą końcówką 13x240cm z tekturową podkładką do aplikacji i rozciągliwą taśmą lepną wykonana z przezroczystej folii polietylenowej, sterylna, pakowana osobno.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

6. **Pakiet 12, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści obłożenie do laparoskopii, gdzie serweta na stolik Mayo ma wymiary 80x140cm, inne parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**7. Pakiet 12** Czy Zamawiający dopuści obłożenie do laparoskopii w składzie:

1. serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie .....	175/250x325	1
2. taśma samoprzylepna typu RZEP .....	2,5x30	1
3. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
4. ręczniki chłonne .....	18x25	4
5. osłona na kamerę (perforowana końcówka) .....	14x250	1
6. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Obłożenie o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup> oraz taśma lepna o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

### Pytania do Pakietu nr 13

**1. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego fartucha chirurgicznego zgodnie z poniższym opisem:

„Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m<sup>2</sup>. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk z rozmiarem. Kolor lamówki przy szyi w kolorze niebieskim. Rozmiary M- XXL. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**2. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jałowego fartucha chirurgicznego zgodnie z poniższym opisem:

„Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMMMS, pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3, gramatura min. 35 g/ m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m<sup>2</sup>, (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk z rozmiarem. Kolor lamówki przy szyi w kolorze fioletowym. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. Pakiet nr 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego fartucha chirurgicznego typu SMS zgodnego z EN13795 1-3, gramatura 35 g/ m<sup>2</sup>. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk na etykiecie ( norma i poziom wymagań standardowy) a kolor obszycia lamówki określa rodzaj wzmocnienia ( fartuch niewzmocniony- kolor fioletowy, fartuch wzmocniony- kolor niebieski ), rozmiar i długość umieszczona bezpośrednio na fartuchu. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Fartuch zawinięty w włókninę. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4. Pakiet nr 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, jałowego fartucha chirurgicznego typu SMS zgodnego z EN13795 1-3, gramatura 35 g/ m<sup>2</sup>, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m<sup>2</sup>. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk na etykiecie ( norma i poziom wymagań standardowy) a kolor obszycia lamówki określa rodzaj wzmocnienia ( fartuch niewzmocniony- kolor fioletowy, fartuch wzmocniony- kolor niebieski ), rozmiar i długość

umieszczona bezpośrednio na fartuchu. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Fartuch zawinięty w włókninę. Opakowanie folia-papier, wyposażone w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności. Dostępny w rozmiarach S/M-2XLL.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**5. Pakiet 13, poz. 1-2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w opakowaniu zawierającym na etykietach samoprzylepnych zamiast nazwy producenta jego oznaczenie, pozwalające na jednoznaczną identyfikację?

**Odpowiedź: Tak**

**6. Pakiet 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- nieposiadające nadruku odnośnie norm i poziomu wymagań standardowych
- bez kolorowego obszycia pozwalającego na identyfikację rozmiaru
- z dodatkowymi ręczniczkami do wytarcia rak?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**7. Pakiet 13, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących parametrach:

- nieposiadające nadruku odnośnie norm i poziomu wymagań standardowych
- bez kolorowego obszycia pozwalającego na identyfikację rozmiaru
- z dodatkowymi ręczniczkami do wytarcia rak?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**8. Pakiet 13, pozycja 1,2** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu owinięcia fartuchów w serwetę z papieru krepowego?

**Odpowiedź: Tak**

**9. Pakiet 13, pozycja 1,2** – Czy Zamawiający dopuści owinięcie fartuchów w serwetę z włókniny?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**10. Pakiet 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**11. Pakiet 13, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami dostępny w rozmiarach L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytania do Pakietu nr 14**

**1. dotyczy Pakietu nr 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 fartucha z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, spełniającego pozostałe wymagania zwarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**2. Pakiet nr 14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha operacyjnego, jednorazowego, jałowego, pełnobarierowego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min.35g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**3. Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch operacyjny o min. g 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4. **Pakiet nr 14 Fartuchy:** Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów zgodnych z opisem ale zapinanych przy szyi na przylepcorzepy, tj. jednocześnie taśmy wielokrotnego użycia umożliwiające zapięcie fartucha w dowolnym miejscu?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**5. Pakiet 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha operacyjnego o gramaturze 35g oraz zakończone klejonymi mankietami. Pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**6. Pakiet 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

7. **Pakiet 14, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści fartuch operacyjny o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytania do Pakietu nr 15**

1. **Pakiet nr 15, poz. 1-3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

**Pakiet nr 15, poz. 4**

1. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe typu Kocher o długości 13,9cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR o długości 15cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe IRIS proste o długości 11,5cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4. Czy Zamawiający dopuści, aby strzykawka i igły nie posiadały opakowań indywidualnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

5. Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 75cm z przylepnym otworem 6cm x 8cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

5. Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową nieprzylepną w rozmiarze 50cm x 60cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

6. Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym 195x130x35 mm na płyny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 15, poz. 5**

1. Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową o długości 13cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 15, poz. 6**

1. Czy Zamawiający dopuści barierową serwetę włókninową w rozmiarze 50cm x 70cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

2. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe o długości 13,9cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową o długości 13cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



4. Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**
5. Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym w rozmiarze 8cm x 10cm?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**
6. Czy Zamawiający dopuści żel w strzykawce 5ml?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**
7. Czy Zamawiający dopuści, aby ampułka z wodą destylowaną oraz żel były dołączone do zestawu osobno zapakowane?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 15, poz.8** Czy Zamawiający dopuści kieszeń z dwoma sekcjami o wymiarach: kieszeń lewa 15x30cm, kieszeń prawa 25x30cm, waga folii 65g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 15, poz.9** Czy Zamawiający dopuści kieszeń z sekcją o wymiarach 30x40cm, waga folii 65g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 15, poz.10**

1. Czy Zamawiający dopuści kieszeń z sekcją o wymiarach 50x60cm, waga folii 65g/m2?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**
2. Czy Zamawiający dopuści kieszeń z sekcją o wymiarach 30x40cm, waga folii 65g/m2?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet nr 15, poz.11**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tych pozycji do oddzielnego pakietu?  
**Odpowiedź: nie wyrażamy zgody**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kołnierz wykonany z włókniny typu sms o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytania do Pakietu nr 16**

1. Pakiet 16, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

2. Pakiet 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

3. Pakiet 16, poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

4. Pakiet 16, poz. 3-6

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Pakiet 16, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6. Pakiet 16, poz. 5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7. Pakiet 16, poz. 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

8. Pakiet 16, poz. 6

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 z pakietu 16. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź: Nie wydzielimy pozycji z pakietu.**

9. **Pakiet 16, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak**

10. **Pakiet 16, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z osłoną pakowane a'25szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytania do Pakietu nr 18**

1. **Pakiet 18 poz. 1** : Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby dreny wykonane były z tworzywa o twardości wyrażonej w międzynarodowej skali Shore A wyn. 74 ± 1?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. **Pakiet 18 poz. 1** : Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy produkty, tak jak obecnie stosowane, mają być pakowane podwójnie: wewnątrz w perforowaną folię dla lepszej ewakuacji tlenu etylenu używanego do sterylizacji oraz zewnątrz w opakowanie foliowo-papierowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi normami**

#### **Pytania do Pakietu nr 19**

1. Pakiet 19 poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie prześcieradeł w rozmiarach 80 x 170 cm oraz 80 x 210 cm? Jako czołowy dostawca wyrobów z celulozy, prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź: Dopuszczamy rozmiary. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania prześcieradła jednorazowego wykonanego z folii polipropylenowo – polietylowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**3. Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania nieprzemakalnego podkładu, który składa się z dwuwarstwowej celulozy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**4. Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 3, poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia kapci jednorazowych, wierzch włókninowy natomiast spód wykonany jest z białej gąbki. Pakowane po 10 par w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Jeśli nie prosimy o wydzielenie tych dwóch pozycji do odrębnego pakietu. Prośbę swoją motywujemy tym, iż pozwoli to na utworzenie pakietu z jednej grupy asortymentowej co umożliwi na startowanie w wymienionym przetargu większej liczbie oferentów.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie poz. 3, po. 4 z Pakietu nr 19.**

5. **Pakiet 19, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej, podfoliowane, o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

6. **Pakiet 19, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści podkład z celulozy podfoliowanej w rolce o szerokości 58cmx50m, perforowany co 38cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

7. **Pakiet 19, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści kapcie jednorazowe wykonane z: podeszwa - włóknina polipropylenowa 90g/m<sup>2</sup>, część górna: włóknina polipropylenowa 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak**

8. **Pakiet 19, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści kapcie jednorazowe wykonane z: podeszwa - kopolimer (EVA), część górna: polipropylen?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytania do Pakietu nr 20**

1. **Pakiet 20 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 20 poz.1 Jednorazowe, sterylne osłony na kończyny dolne o wymiarach 75x115cm pakowane po 2 szt. wykonane z dwuwarstwowego materiału składającego się z folii polietylenowej oraz absorbującej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**2. Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie osłony na kończynę zgodnie z poniższym opisem oraz z przeliczeniem ilości z 400 szt.(a'2) na 800 szt.(a'1):

„- Sterylny, jednorazowego użytku

- Materiał dwuwarstwowy (lamiant) o gramaturze 62g/m<sup>2</sup>, chłonny na całej powierzchni + OP taśma 10 x 50cm

- Opakowanie a'1 szt. typu folia-papier

- Trzy naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

- Zgodność z normą PN-EN 13795

- Rozmiar szer. 35 cm x 120 cm”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**



### 3. **Pakiet 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych osłon na kończyny w rozmiarze 75x120cm wykonanych z chłonnego i nieprzepuszczalnego bilaminatu pakowanych po 2 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4. **Pakiet 20, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny wykonane z trójwarstwowej włókniny SMS o wymiarach 70x120cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytania do Pakietu nr 21**

1. Dotyczy pakietu nr 21: poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie koszyka jak w opisie lecz 1.9Fr?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 2. **Pakiet 21 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy ekstraktory kamieni mają posiadać pętłowy uchwyt na kciuk i strzykawkowy system zamykania i otwierania koszyczka, pozwala to na optymalne i wygodne manewrowanie ekstraktorem?

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

### 3. **Pakiet 21 poz. 2**

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyczka w rozm. 1,5 Fr lub 2,2 Fr

**Odpowiedź: Dopuszczamy rozmiar 1,5Fr**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty Pak 21 poz 2 na: Ekstraktor kamieni, wykonany ze stali nierdzewnej znanego amerykańskiego producenta, helikalnie stręczone, 4 drutowy, z rozbieżnym uchwytem, sterylny, jednorazowego użytku, dł. 115 cm, rozmiar 2,5 Ch?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### **Pytania do Pakietu nr 22**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 22 w pozycji 1 dopuści liczniki igieł w kolorze czerwonym spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

2. **Pakiet 22, pozycja 1**– Czy Zamawiający dopuści pudełko w kolorze czerwonym?

**Odpowiedź: Tak**

### **Pytania do Pakietu nr 23**

1. **Pakiet nr 23 Torba, kieszeń:** Poz. nr 2 i 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania sterylnej, samoprzylepnej foliowej torby do przechwytywania płynów, posiadającej sito i zawór do podłączenia drenu, w rozmiarze 50cm x 70cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 2. **Pakiet 23 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby do cięcia cesarskiego 360° 91x76cm z folią operacyjną 38x36cm, posiadająca 2 uchwyty na przewody wykonana z folii polietylenowej o matowym wykończeniu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### 3. **Pakiet 23 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na płyny wykonanej z przezroczystego PE (polietylen) w rozmiarze 51x56cm z przylepcem 5x46cm, filtrem, portem wyjściowym i kształtowalnym paskiem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Pytania do Pakietu nr 25

#### 1. Pakiet 25 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony z naciętą końcówką 13x240cm z tekturową podkładką do aplikacji i rozciągliwą taśmą lepną.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

### Pytania do Pakietu nr 26

1. **dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 26 poz. 1 elastycznej osłony na kończynę o wymiarach 32x120cm wykonanej z niebieskiej gumy syntetycznej, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej, jałowej, pakowanej po 1 sztuce z 2 taśmami mocującymi, w ilości 4 000 szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### 2. Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania osłony na kończę, która jest wykonana z dwuwarstwowego chłonnego laminatu o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, pakowane a'1, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. z 2000 szt. (a'2) na 4000 szt.(a'1)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. **Pakiet nr 26 Serwetki:** Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podfoliowanej osłony na kończynę wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 35 g/m<sup>2</sup>, pakowanej pojedynczo, w rozmiarze 35cm x 120cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. **Pakiet nr 26 Serwetki:** Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, sterylnej, 75cm x 90cm z otworem okrągłym 7cm i przylepcem wokół otworu?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

5. **Pakiet nr 26 Serwetki:** Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej chirurgicznej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, sterylnej, w rozmiarze 50cm x 50cm lub 45cm x 75cm?

**Odpowiedź: Dopuszczamy rozmiar 50 cm x 50 cm.**

#### 6. Pakiet 26 poz.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 75x120cm o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### 7. Pakiet 26 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> z otworem owalnym 5x8cm. Reszta warunków SIWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

#### 8. Pakiet 26 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 45x50cm.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

9. **Pakiet 26, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści osłony na kończyny wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia PE i włóknina, łączna gramatura 56g/m<sup>2</sup>) w rozmiarze 35x120cm, w zestawie z taśmą samoprzylepną 10x50cm, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### Pytania do Pakietu nr 27

1. **Pakiet 27 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do odsysania pola operacyjnego z końcówką zakrzywioną z regulacją siły ssania dł. 210 cm, w opakowaniu zbiorczym 50 szt.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

2. **Pakiet 27 poz. 2** Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny za sztukę, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

3. **Pakiet 27, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 50 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 78 opakowań ?

**Odpowiedź: Tak**

4. **Pakiet 27, pozycja 2**– Czy Zamawiający dopuści opakowanie pojedyncze z podaniem ceny za 1 sztukę z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3900 sztuk ?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytania do Pakietu nr 29**

1. **Pakiet 29, poz. 3**

Czy Zamawiający miał na myśli zestaw opatrunkowy mający w swym składzie rękawice niepodrowane wywijane mankietem na zewnątrz w rozmiarze M? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

2. **Pakiet 29, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów zawierający w swym składzie tufery kule z gazy 17 nitkowej 20 x 20 cm w ilości 6 sztuk zamiast 5 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

3. **Pakiet 29, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do dezynfekcji pola zawierający w swym składzie tufery kule z gazy 17 nitkowej 20 x 20 cm w ilości 5 sztuk zamiast 6 sztuk? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

4. **Pakiet nr 29, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści serwetę 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm?

**Odpowiedź: Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ.**

5. **Pakiet nr 29, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 120ml na płyn dezynfekcyjny?

**Odpowiedź: Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ**

6. **Pakiet nr 29, poz. 4** : Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 120ml na płyn dezynfekcyjny?

**Odpowiedź: Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ**

7. **Pakiet nr 29, poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 20-nitkowej?

**Odpowiedź: Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ**

8. **Pakiet nr 29, poz. 5** Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia?

**Odpowiedź: Tak, pozostałe zgodnie z SIWZ**

9. **Pakiet 29, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową laminowaną, o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 75x90cm?

**Odpowiedź: Tak**

10. **Pakiet 29, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową laminowaną, o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź: Tak**

11. **Pakiet 29, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody medyczne o rozmiarze 14x250cm, inne parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Tak**

12. **Pakiet 29, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody medyczne o rozmiarze 16x250cm, inne parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytania do Pakietu nr 33**

1. Pytanie do Pakietu 33 Elementy i dreny – laryngologia. Czy w punkcie 16 Zamawiający dopuści: Mikro-penseta chirurgiczna, ząbki 1x2, długość 12 cm – 2 szt?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

#### **Pytania do Pakietu nr 35**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Pak 35 poz 1 na: Klipsy tytanowe znanego amerykańskiego producenta rozmiar M (średnie) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uźebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, przekrój w kształcie serca odporniejszy na krzyżowanie się ramion oraz poprawiający stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,68 mm, rozwartość ramion: 3,02 mm, długość zamkniętego klipsa 5,89mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w Pak 35 poz 2 na: Aplikator klipsów medium znanego amerykańskiego producenta, szczęki pod kątem 20 stopni, długość 203mm (8")?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 37**

1. **Dotyczy:** Pakiet 37 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 37 poz. 1 prześcieradło na stół operacyjny wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy gramaturę min. 35 g/m2.**

#### **Pytania do Pakietu nr 38**

1. **Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kompletu pościeli o gramaturze 30g/m2.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. **Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania prześcieradła 210cm x 160cm.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

3. **Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania prześcieradła 210cm x 160cm.

**Odpowiedź: Dopuszczamy**

4. **Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania bluzy ocieplającej o minimalnej gramaturze 45 g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. **Dotyczy Pakietu nr 38 poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie maty sterylnej w rozmiarze 72cm x 37cm, pochłania płyny oparte na wodzie takie jak sól fizjologiczna, mocz i krew, absorpcja 6l wody / 2,4l NaCl, Rdzeń złożony z celulozy i poliakrylanu sodu, pokrycie : polipropylene nietkany.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

6. Pakiet 38, poz. 2

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g /m<sup>2</sup> (+/-5)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

7. Pakiet 38, poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

8. Pakiet 38, poz. 3

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 22 g /m<sup>2</sup> (+/-5) i wymiarach 130 cm x 210 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

9. Pakiet 38, poz. 1-3

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu 38. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź: Nie wydzielimy poz. 1-3 z Pakietu nr 38.**

10. **Pakiet 38, pozycja 2, 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewek o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Tak**

11. **Pakiet 38, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

**Odpowiedź: Tak**

#### **Pytania do Pakietu nr 39**

1. **Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 1, poz. 2**

Czy dla rozmiarów XS – L długość koszuli ma wynosić min. 120cm? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, na to, że jeśli potencjalny pacjent ma wzrost 160 cm, to koszula o długości min. 120cm może być za długa. Prosimy zatem Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu tak, aby koszule o roz. XS – L miały min. długość 90 cm.

**Odpowiedź: Dopuszczamy długość min. 110 cm.**

2. **Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup> nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze białym, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, różowym. Zgodnie z normą EN 13795( na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

3. **Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania wykonanego z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

4. **Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o możliwość dopuszczenia ubrań w kolorze zielonym, niebieskim oraz różowym.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**5. Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ubrania w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

**6. Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 3**

Prosimy o możliwość zaferowania ubrań w rozmiarach S-XXL.

**Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**7. Dotyczy Pakietu nr 39 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania ochraniaczy na buty w rozmiarze min. 39 x 13 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**8. Pakiet 39, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie koszuli o długości min. 111cm w rozmiarach S, M, L, XL i XXL?

**Odpowiedź: Minimalna długość koszuli 110 cm**

**9. Pakiet 39, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie koszuli o długości min. 112,5cm w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL?

**Odpowiedź: Minimalna długość koszuli 110 cm**

**10. Pakiet 39, pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ubrań w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**11. Pakiet 39, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie sukienki w rozmiarach S, M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 42**

**1. Pakiet.42.zał.1.**

Czy zamawiający dopuści zestaw z optyką artroskopową o następujących parametrach: kąt widzenia 30 °, średnica 4,0 mm, długość 175 mm oraz światłowód uniwersalny o średnicy 3,5 mm i długości 300 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**2. Pakiet 42.zał.1.**

Czy zamawiający dopuści płaszcz rozmiar 6mm, długość robocza 13 cm z szybkozłączem, dwa zawory, obrotowy oraz obturator półostry, do zastosowania z płaszczem artroskopowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**3. Pakiet 42.zał.1.**

Czy zamawiający dopuści kosz do mycia i sterylizacji 1 optyki -szer. 59 mm, dł. 287 mm, wys. 54mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**4. Pytanie do Pakietu nr 42 - Optyka do artroskopii.** Czy optyka oferowana w punkcie 1 ma być kompatybilna z płaszczami artroskopowymi firmy Karl Storz, które są na wyposażeniu bloku operacyjnego?

**Odpowiedź: Tak, optyka z pozycji nr 1 ma być kompatybilna z płaszczami artroskopowymi firmy Karl Storz, które są na wyposażeniu bloku operacyjnego.**

**5. Pytanie do Pakietu nr 42** Czy oferowany światłowód ma być kompatybilny ze źródłem światła firmy Karl Storz, bez żadnych dodatkowych adapterów?

**Odpowiedź: Światłowód ma być dostosowany do pracy z Karl Storz.**

**6. Czy ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia – Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na 14 dni roboczych co pozwoliłoby Wykonawcy na rzetelne wykonanie umowy?**

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zmianę terminu dostawy w Pakiecie nr 42 na max 14 dni roboczych.**

#### Pytania do Pakietu nr 44

1. Dotyczy Pakietu nr 44: poz. 5 i 10 wydzielenie.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

2. dotyczy Pakietu nr 44 poz. 1-4 prosimy o zgodę na dopuszczenie klipsów pakowanych po 20 lub 50 magazynków w opakowaniu zbiorczym w zależności od rozmiaru, klipsy kompatybilne z klipsownicami jakimi dysponuje Zamawiający.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

3. Czy zamawiający wymaga aby klipsy średnio/duże były pakowane po 4 i 6 szt klipsów w magazynku do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie wymaga.**

#### Pytania do projektu umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §7 pkt. 1.2) z 0,5% wartości Towarów objętych Zamówieniem na 0,2%?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w §7 pkt. 1.3) z 2% wartości Towarów objętych Zamówieniem na 0,5%?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

3. Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

4. Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na tym etapie nie jest w stanie precyzyjnie określić minimalnego zapotrzebowania przedmiotu umowy. Treść § 1 ust. 2 nie ulega zmianie.**

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania

umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,1% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do



wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

10. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 10 pkt. 2) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

11. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 1) 0,1 % wartości brutto, **niezgodnego z wymaganiami towaru**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnego z wymaganiami towaru**;
- 2) 0,5 % wartości **brutto** Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w:
  - a) § 3 ust. 2,
  - b) § 3 ust. 10 pkt 1,
  - c) § 3 ust. 10 pkt 2**jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie/ wadliwych Towarów**;
- 3) **0,5 %** wartości **brutto** Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy przypadek niezrealizowania dostawy Towarów w terminie, w tym również w przypadku odmowy przyjęcia dostawy Towarów zgodnie z § 3 ust. 9, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego niezgodnie z zamówieniem**;
- 4) 10 % **niezrealizowanej części** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

#### Pytania do SIWZ

##### Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. **Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dot. grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdziału nr 23 SIWZ. Rozdział 23 otrzymuje brzmienie:

#### Rozdział 23

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów**

1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):

	Kryterium	Waga
<b>Kryterium 1:</b>	<b>Cena</b>	<b>60 %</b>
<b>Kryterium 2:</b>	<b>Termin dostawy</b>	<b>40 %</b>

**Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena zaoferowana w badanej ofercie}} \cdot 60,00 \text{ pkt.}$$

**Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:**

**Pakiety od 1 do 41 oraz od 43 do 44**

Zaoferowany termin dostawy	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni	0 pkt
4 dni	20 pkt
3 dni	40 pkt.

**Pakiet nr 42**

Zaoferowany termin dostawy	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
14 dni	0 pkt
13 dni	20 pkt.
12 dni	40 pkt.

- a) Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.
- b) Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni, i nie dłuższy niż 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia. **Pakiety od 1 do 41 oraz od 43 do 44**

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 12 dni , i nie dłuższy niż 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia. – **Pakiet nr 42**

- c) Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., oferty z terminem dostawy 4 dni otrzymają - 20,00 pkt., a oferty z terminem dostawy 5 dni –0,00 pkt. **Pakiety od 1 do 41 oraz od 43 do 44**

Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 12 dni otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., oferty z terminem dostawy 13 dni otrzymają - 20,00 pkt., a oferty z terminem dostawy 14 dni –0,00 pkt. **Pakiet nr 42**

- d) Zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 3 dni lub dłuższego niż 5 dni będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. - **Pakiety od 1 do 41 oraz od 43 do 44**

Zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 12 dni lub dłuższego niż 14 dni będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. – **Pakiet nr 42**

- e) **Uwaga:** W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze. - **Pakiety od 1 do 41 oraz od 43 do 44**

**Uwaga:** W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 14 dni roboczych. – **Pakiet 42**

- f) *Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3,4 itd.).*

- g) *Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.*

- h) W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.

3. **Oceną oferty** będzie **suma** punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów w danym pakiecie.

4. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu.

5. **Uwaga:** przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

6. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

2. **Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 42 poprzez:**

- a) dopisanie w pozycji 1 „kompatybilna do narzędzi używanych na bloku operacyjnym typu Karl Storz”  
b) dopisanie w pozycji 4: „ do źródła światła Karl Storz”

W załączeniu do pisma zmieniony Formularz Szczegółowy Oferty Pakietu nr 42.

3. Zmianie ulega treść Formularza Ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ). Formularz Ofertowy ze zmianami stanowi załącznik do niniejszego pisma.

#### 4. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 19.08.2019r. na dzień 23.08.2019r..

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulegają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Rozdział 22 ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„Termin składania ofert – 23.08.2019 r. godz. 10 :00.”**

Rozdział 22 ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji) w dniu 23.08.2019 r. o godz. 10:30.****

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

#### **W Załączeniu do pisma:**

- Załącznik nr 1 do SIWZ : Formularz Szczegółowy Oferty - Pakiet nr 42 po zmianie
- Załącznik nr 2 do SIWZ : Formularz Ofertowy po zmianie

**Z up. Dyrektora**  
**Główny Specjalista ds. Analiz**  
*mgr Joanna Zaręba-Słoma*