

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.71.2019

**PAKIET NR 1**

Przedmiot zamówienia	Nazwa Model urządzenia	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
URZĄDZENIE DO PIEZOCHIRURGII W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I OTOLARYNGOLOGII			1 szt.					
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH</b>								
Lp.	FUNKCJA/PARAMETR:							
	wymagany:				oferowany:			
1.	zakres częstotliwości pracy 28-36 kHz							
2.	możliwość wyboru parametrów pracy w zależności od gęstości kości							
3.	dopuszczenie do pracy w warunkach sali operacyjnej							
4.	sterownik nożny							
5.	wężyki do chłodzenia z możliwością sterylizacji							
6.	rękojeść ze światłem LED i długim przewodem (min. 3 m - 2 sztuki							

7.	zestaw końcówek pracujących do cięcia kości, dł. 37-40 mm, w tym końcówki proste i odgięte (prawa i lewa) oraz zestaw do plastyki nosa	
----	--	--

- należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Wartość netto: ..... zł                      Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł                      Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.71.2019

**PAKIET NR 2**

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Nazwa Model urządzenia</b>	<b>Wytwórca</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VAT w %</b>	<b>Cena jedn. brutto</b>	<b>Wartość brutto</b>
<b>MIKROSILNIK DO CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I IMPLANTOLOGII</b>			1 szt.					
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH</b>								
<b>Lp.</b>	<b>FUNKCJA/PARAMETR:</b>							
	<b>wymagany:</b>				<b>oferowany:</b>			
1.	kątnica ze światłem LED							
2.	dopuszczenie do pracy w warunkach sali operacyjnej							
3.	możliwość zastosowania bezprzewodowego sterownika nożnego							
4.	precyzyjne nastawienie momentu obrotowego od 5 do 90 Ncm, w zależności od rodzaju stosowanej końcówki							
5.	zakres prędkości obrotowej silnika od 500 do 40.000 obr/min.							

6.	dotykowy wyświetlacz z możliwością zmiany parametrów	
7.	możliwość zapisu parametrów urządzenia podczas zabiegu na pamięci urządzenia	
8.	możliwość sterylizacji i termodezynfekcji silnika z kablem	

- należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Wartość netto: ..... zł                      Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł                      Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET NR 3

Przedmiot zamówienia	Nazwa Model urządzenia	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
SEPARATOR KOMÓRKOWY			1 szt.					
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH</b>								
Lp.	<b>FUNKCJA/PARAMETR:</b>							
	<b>wymagany:</b>				<b>oferowany:</b>			
1.	jeden program wirowania, ze zmianą pracy parametrów prędkości i przyspieszania podczas jednego cyklu							
2.	możliwość dekontaminacji wnętrza urządzenia							
3.	utrzymanie stałej temperatury wewnątrz urządzenia podczas wirowania							
4.	antystatyczny, antymagnetyczny rotor, obojętny dla składników krwi							
5.	możliwość pracy w warunkach Sali operacyjnej (cicha praca, do 60 dBa)							
6.	możliwość umieszczenia i separacji z 8 próbek jednocześnie							

7.	rotor nadający się do sterylizacji	
8.	kompatybilne próbówki szklane, z certyfikatem in vivo IIB	

- należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Wartość netto: ..... zł                      Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł                      Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

**Pakiet nr 4 – ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR 1**

Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w następującym zakresie:

- dla narzędzi o długości całk. 240 mm (wyłącznie) +/- 2 mm;
- dla narzędzi o długości całk. Powyżej 241 mm +/- 3 mm;
- dla narzędzi mikro i precyzyjnych długość nie może się różnić o więcej niż +/- 2mm;
- tolerancja pozostałych wymiarów +/- 2%.

Zaoferowane narzędzia chirurgiczne muszą posiadać możliwość:

- a) Mycia: maszynowego (termicznie/chemiczne – 60 °C lub i termicznie 93°C) i ultradźwiękowego,
- b) Dezynfekcji maszynowej, termicznej i chemicznej (termicznie/chemiczna - 60 °C lub i termiczna 93°C)
- c) Sterylizacji:
  - parą wodną w nadciśnieniu, czas ekspozycji 20 minut w temp. 121°C, czas ekspozycji 7 minut w temp. 134°C,
  - tlenkiem etylenu w temp. 37°C lub 55°C.

Lp.	Opis wyrobu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	Numer katalogowy	Wytwórca
1	Raspator sewall 200mm	1							
2	Elewator masing dwustronny 200mm	1							
3	Dźwignia obwegeser-freer 6mm 210mm	1							
4	Raspator cottle zakrz.ostry 195mm	2							
5	Raspator jansen 14mm 195mm	2							
6	Raspator obwegeser 6mm 180mm	1							

7	Raspator obwegeser 7mm 180mm	1							
8	Raspator obwegeser 9mm 180mm	1							
9	Raspator obwegeser 11mm 180mm	1							
10	Raspator farabeuf-collin zakrz.sze.11mm	1							
11	Raspator sedillot szer.18,0mm 185mm	1							
12	Osteotom masing 175mm zakrz.w lewo	1							
13	Osteotom masing 175mm zakrz.w prawo	1							
14	Osteotom fomon 5mm 170mm z prowadnicą	1							
15	Osteotom fomon 8mm 170mm z prowadnicą	1							
16	Osteotom do przegrody szer.4mm 185mm	1							
17	Osteotom 6mm proste 170mm	1							
18	Osteotom 6mm zakrz.lekki 170mm	1							
19	Osteotom 6mm zakrz.silny 170mm	1							



20	Osteotom 8mm proste 170mm	1							
21	Osteotom 8mm zakrz.lekki 170mm	1							
22	Osteotom 8mm zakrz.silny 170mm	1							
23	Pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 3 mm gładka rękojeść przekrój kołowy moletowana	1							
24	Pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 5 mm gładka rękojeść przekrój kołowy moletowana	1							
25	Pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 7 mm gładka rękojeść przekrój kołowy moletowana	1							
26	Pobijak dł. 160 mm końcówka średnicy 9 mm gładka rękojeść przekrój kołowy moletowana	1							
27	Szydło do żuchwy obwegeser 140mm	1							
28	Odgryzacz kostny typ ruskin dł. 150 mm 6" szczęki odgięte z przekładnią szerokość 3 mm długość 14 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi	1							
29	Odgryzacz kostny typ bohler lekko zakrzywiony szerokość ostrza 3 mm dł. 155 mm.	1							
30	Szczypce kostne marquardt 200mm	1							
31	Wyginacz drutu z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm okrągłe szczęki	1							

32	Kleszcze protetyczne do cięcia drutu napaw.ostrza	1							
33	Haczyki skórne mc'indoe 9mm sz.150mm	1							
34	Haczyki skórne mc'indoe 10mm sz.150mm	1							
35	Haczyk do skóry dwu zębny ostry typ freer dł.150mm.	1							
36	Haczyki skórne barsky 152mm	1							
37	Haczyk operacyjny typ mannerfelt modyfikowany 2 zębny ostry długość 155 mm 3,5x12 mm	1							
38	Hak operacyjny typ ragnell dwustronny długość 150 mm 5x3/14x6,3 mm	1							
39	Hak operacyjny typ farabeuf mały dwustronny długość125 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12mm oraz 22x10mm i 28x12 mm	1							
40	Hak operacyjny typ roux długość 165 mm dwustronny wymiary tyżek 19x22 mm drugiej 23x30 mm	2							
41	Linijka stalowa wyskalowana w mm i calach długość 150 mm	1							
42	Linijka stalowa wyskalowana w mm i calach długość 300 mm	1							
43	Linijka stalowa wyskalowana w mm i calach długość 500 mm	1							
44	Haczyk do skóry joseph 2-ostrz.3mm 165mm	1							

45	Haczyk do skóry joseph 2-ostrz.6mm 165mm	1							
46	Haczyk do skóry dwu zębny ostry typ joseph dł.165mm. Szerokość 8mm.	1							
47	Haczyk do skóry joseph 2 zab 10mm 165mm	1							
48	Hak policzkowy dockhorn 40x12mm 210mm	2							
49	Hak policzkowy dockhorn 55x14mm 210mm	2							
50	Przebikak kostny typ hajek-kofler śr.3,3mm długość trzonu do uchwytu 140mm.	1							
51	Przebijak kostny hajek-kofler 4,0mm r.3	1							
52	Przebijak kostny hajek-kofler 3,3mm r.2	1							
53	Dźwign.kost.schumacher mod.wagner 345mm	1							
54	Skrobaczka typ freer-yasargil dwustronna ostra dł. 185 mm.	1							
55	Osteotom typ lambotte dł. 125 mm szerokość 4 mm	1							
56	Osteotom typ lambotte szerokość 6 mm dł. 125 mm	1							
57	Osteotom typ lambotte szerokość 8 mm dł. 125 mm	1							

58	Osteotom typ lambotte szerokość 10 mm dł. 125 mm	1							
59	Osteotom typ lambotte dł. 125 mm szerokość 12 mm	1							
60	Osteotom typ lambotte dł. 125 mm szerokość 15 mm	1							
61	Osteotom obwegeser zakrz.11/235mm	1							
62	Osteotom lexer dług.220mm szerok.5mm	1							
63	Osteotom lexer dług.220mm szerok.7mm	1							
64	Osteotom lexer 220mm 10mm szerok.	1							
65	Osteotom lexer 220mm 15mm szerok.	1							
66	Osteotom lexer 220mm 20mm szerok.	1							
67	Osteotom lexer 220mm 25mm szerok.	1							
68	Osteotom lexer 220mm 30mm szerok.	1							
69	Szczypce kostne marquardt 200mm	1							
70	Kleszcz chrzestn. Typu bricher-ganske dł 200 mm	1							

71	Hak tkanki miękkiej typ obwegeser 41x11mm 215mm	2							
72	Hak tkanki miękkiej typ obwegeser 42x11 215mm	2							
73	Trzymacz brody (retraktor) typ obwegeser dł.155mm	1							
74	Cyrkiel d.pom.skóry castroviejo 75mm	1							
75	Cyrkiel d.pom.skóry 170mm	1							
76	Haczyk galazk.d.trzym.cz.miękkich 220mm	1							
77	Kleszcze do cięcia drutu twardego dł. 115 mm 4 1/2" ostrza napawane twardym metalem maksymalna średnica drutu 0,7 mm końce ramion złączone	1							
78	Kleszcze protetyczne do cięcia ligatur	1							
79	Trzymacz brody (retraktor) typ obwegeser dł.155mm	1							
80	Hak (retraktor) rowkowy (szczelinowy) do progenii typ obwegeser dł.165mm szerokość 8mm.	1							
81	Hak (retraktor) rowkowy (szczelinowy) do progenii typ obwegeser dł.165mm szerokość 8mm.	1							
82	Hak (retraktor) rowkowy (szczelinowy) do progenii typ obwegeser dł.165mm szerokość 10mm.	1							
83	Kleszcze repozyc. rowe-muehlbauer 240mm	1							

84	Kleszcze repozyc. rowe-muehlbauer 240mm	1							
85	Kleszczyki do kości typ dingmann dł 185mm szczęki zabkowane zakończone kocherem	1							
86	Osteotom fomon 5mm 170mm z prowadnicą	1							
87	Osteotom fomon 8mm 170mm z prowadnicą	1							
88	Osteotom obwegeser zakrz.11/235mm	1							
89	Osteotom obwegeser 8mm 220mm	1							
90	Osteotom obwegeser 12mm 220mm	1							
91	Osteotom obwegeser 16mm 220mm	1							
92	Osteotom lexer dlug.220mm szerok.7mm	1							
93	Osteotom lexer 220mm 10mm szerok.	1							
94	Osteotom lexer 220mm 15mm szerok.	1							
95	Osteotom lexer 220mm 20mm szerok.	1							
96	Osteotom obwegeser zakrz.11/235mm	1							

97	Suwmiarka neurochirurgiczna zakres pomiarowy do 150 mm długość całkowita 125 mm	1							
98	Retraktor inge do laminektomii 170mm	1							
99	Lusterko ustne rhodium śr.22mm	1							
100	Uchwyt do lusterek ustnych 120mm	1							
101	Kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar oczek min. 8 mm. Kosz z nóżkami, wymiary 406x253x106 mm +/- 5mm wyposażony w regulowane w min. 3 pozycjach rączki	1							
102	Wkład do kosza, wymiary 196x252x34 mm	1							
103	Silik. Uchwyty na narzędzia , wymiary 74x22mm	4							
104	Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera	1							
105	Pokrywa srebrna o wymiarach 470x281x152mm do wanny kontenera wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. Wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej	1							
106	Tabliczka identyfikacyjna, znamionowa dostosowana wielkością do kontenerów, z możliwością opisu do 13 miejsc w czerwonym kolorze	4							

Wartość netto: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/*



**Pakiet nr 5 – ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR 2**

Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w następującym zakresie:

- dla narzędzi o długości całk. 240 mm (wyłącznie) +/- 2 mm;
- dla narzędzi o długości całk. Powyżej 241 mm +/- 3 mm;
- dla narzędzi mikro i precyzyjnych długość nie może się różnić o więcej niż +/- 2mm;
- tolerancja pozostałych wymiarów +/- 2%.

Zaoferowane narzędzia chirurgiczne muszą posiadać możliwość:

- d) Mycia: maszynowego (termiczno/chemiczne – 60 °C lub i termiczne 93°C) i ultradźwiękowego,
- e) Dezynfekcji maszynowej, termicznej i chemicznej (termiczno/chemiczna - 60 °C lub i termiczna 93°C)
- f) Sterylizacji:
  - parą wodną w nadciśnieniu, czas ekspozycji 20 minut w temp. 121°C, czas ekspozycji 7 minut w temp. 134°C,
  - flenkiem etylenu w temp. 37°C lub 55°C.

Lp.	Opis wyrobu	Ilość zamawiana	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Stawka VAT	Numer katalogowy	Wytwórca
1	Szpatułka językowa typ hartmann 150mm	1							
2	Szpatułka językowa typ tobold 160mm	1							
3	Skrobaczka kostna ( raspator ) typ molt, dwustronna ostra dł.180 mm	1							
4	Ergoperio raspator freer 190mm	1							
5	Nożyczki do ciecía drutu typ harvey długość 125 mm ostrza ząbkowane końce ostrzy tępe tepe	1							
6	Nożyczki protetyczne do ciecía koron , drutu i blachy typ beebe odgięte dł. 110 mm 4 3/8" końce tępe szerokie blaty	1							

7	Nożyczki protetyczne do cięcia koron , drutu i blachy typ beebe odgięte dł. 110 mm 4 3/8" końce ostre jedno ostrze ząbkowane	1							
8	Hak operacyjny typ kocher 60x25 mm długość 230 mm	1							
9	Nożyczki preparacyjne super ostre typ jameson odgięte delikatne długość 150 mm końce tępo tępe	1							
10	Nożyczki preparacyjne super ostre typ metzenbaum proste długość 145 mm końce tępo tępe	1							
11	Nożyczki preparacyjne super ostre typ metzenbaum odgięte długość 145 mm końce tępo tępe	1							
12	Pinceta anatomiczna typ gerald prosta 230 mm delikatna	1							
13	Pinceta atraumatyczna prosta delikatna długość 200 mm z twardą wkładką	1							
14	Kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar oczek min. 8 mm. Kosz z nóżkami, wymiary 243x253x106 mm +/- 5mm wyposażony w regulowane w min. 3 pozycjach ręczki.	1							
15	Mata silikonowa 248x237mm perforowana język	1							
16	Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x135 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	1							

17	Pokrywa srebrna o wymiarach 300x281x152mm do wanny kontenera wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. Wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	1							
18	Tabliczka identyfikacyjna, znamionowa dostosowana wielkością do kontenerów, z możliwością opisu do 13 miejsc w czerwonym kolorze	4							

Wartość netto: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET NR 6

Przedmiot zamówienia	Nazwa Model urządzenia	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
Lampa zabiegowa			1 szt.					
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH</b>								
Lp.	<b>FUNKCJA/PARAMETR:</b>							
	<b>wymagany:</b>				<b>oferowany:</b>			
1.	bezcieńowa,							
2.	statywowa,							
3.	mobilna,							
4.	oprawa wyposażona w uchwyt do pozycjonowania lampy							
5.	natężenia oświetlenia minimalne 60 000 luksów w odległości 1m							
6.	regulacja natężenia oświetlenia min. 50-100% realizowana płynnie							
7.	głębokości ostrości minimum 130cm							

8.	średnica oświetlonego pola minimum 150mm	
9.	trwałość źródła światła minimum 40 000h	
10.	zużycie energii maksymalnie 40W,	
11.	liczba diod w kopule minimum 15 – max 20	
12.	temperatura barwowa 4.5..K +/- 200K lub regulowaną temperaturą barwową w zakresie min. od 3500 do 500K w min. sześciu kolorach	
13.	współczynnik oddania barw: Ra min.95	

- należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Wartość netto: ..... zł                      Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł                      Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET NR 7

Przedmiot zamówienia	Nazwa Model sprzętu	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
Fotel diagnostyczno-zabiegowy			1 szt.					
Taboret medyczny tapicerowany			2 szt.					
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH</b>								
Lp.	<b>FUNKCJA/PARAMETR:</b>							
	<b>wymagany:</b>				<b>oferowany:</b>			
<b>Pozycja 1 : Fotel diagnostyczno-zabiegowy</b>								
1.	Trzysekcyjny fotel regulowanej elektrycznie wysokości leża, sekcji pleców, z pozycją Trendelenburga i i tapicerowanym zagłówkiem							
2.	Funkcje elektryczne realizowane z panelu nożnego							
3.	Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na stabilnej podstawie bez żadnych widocznych przewodów i kabli z gładką pokrywą							

4.	Nośność minimum 190 kg	
5.	Leże minimum 3 sekcyjne+ zagłówek: sekcja nóg (dodatkowo profilowana), siedzisko, sekcja pleców	
6.	Zagłówek regulowany, pokryty materiałem łatwym do dezynfekcji	
7.	Kozetka tapicerowana bezszwowo, wysokiej jakości materiałem łatwo zmywalnym, antybakteryjnym o właściwościach trudnopalnych	
8.	Długość całkowita rozłożonego fotela z zagłówkiem 1690 x 630 mm (+/- 10 mm)	
9.	Regulacja wysokości: 460 - 860 mm $\pm$ 30 mm	
10.	Sekcja pleców o wymiarach 630 x 630 mm (+/- 10 mm) z regulowanym zagłówkiem	
11.	Kąt nachylenia sekcji pleców -15 <sup>o</sup> +85 <sup>o</sup> (+/- 5 <sup>o</sup> ), regulacja elektryczna	
12.	Profilowana sekcja nóg o wymiarach 630 x 340 mm (+/- 10 mm)	
13.	Kąt nachylenia sekcji nóg +15 <sup>o</sup> -85 <sup>o</sup> (+/- 5 <sup>o</sup> ), regulacja wspomagana sprężyną gazową.	
14.	Fotel z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej – funkcja kozetki	
15.	Fotel wyposażony w dwa niezależne systemy: transportowy i stacjonarny do bezpiecznego i stabilnego posadowienia stołu w czasie wykonywania procedur medycznych	
16.	System transportowy oparty na 4 kołach	
17.	Uchwyt na rolkę jednorazowego prześcieradła	
18.	System stacjonarny oparty na 4 stopach z funkcją poziomowania gwarantujący bezpieczne posadowienie nawet przy nierównościach podłogi	

19.	Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie dopuszcza się rozwiązania z pojedynczym systemem opartym tylko na kołach lub tylko na stopach	
20.	Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. t.j. 2010.107.679 z późn. zm.	
21.	Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE	
<b>Pozycja nr 2 – Taboret medyczny tapicerowany</b>		
1.	Taboret medyczny z tapicerowanym siedziskiem typu siodełko	
2.	Podpora nóg typu obręcz	
3.	Pięcioramienna, chromowana podstawa, 5 kół jezdnych	
4.	Regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 42,5 - 56 cm	
5.	Nośność 150 kg	
6.	Możliwość dopasowania koloru tapicerki taboretu do koloru fotela	

- należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.



Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Wartość netto: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto : ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/*