

Pakiet 1 – Zawory biopsyjne

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Zawór elastyczny na kanał biopsyjny do endoskopów firmy Olympus			700 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 2 – Igły do hemostazy

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 23 G - 25 G, długość ostrza igły max 6 mm, dł. robocza: 1550, 2300mm			400 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 3 – Akcesoria do odsysania treści i odzyskiwania polipów

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Urządzenie do odsysania treści, współpracujące z endoskopami „Olympus”, jednorazowego użytku.			40 szt.					
2.	Siatka do odzyskiwania polipów			50 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 4 – Balony do poszerzania

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przetyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana przewodnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub 8.5 - 9.5 - 10.5 mm lub 11 - 12 - 13 mm lub 13,5 - 14,5 - 15,5 mm, lub 16 - 17 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; atraumatyczna końcówka; długość przewodnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; 1 sztuka w opakowaniu;</p> <p>Bank balonów długości 180 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 – 7 – 8 mm - 1 sztuka ➤ 8,5 - 9,5 - 10,5 mm - 1 sztuka ➤ 11 - 12 - 13 mm - 1 sztuka ➤ 13,5 - 14,5 - 15,5 mm - 1 sztuka ➤ 16 - 17 - 18 mm - 1 sztuka 			30 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	➤ 18 - 19 - 20 mm - 1 sztuka								
2.	<p>Balony do poszerzania przetyku w achalazji: wymagana długość balonu 10 cm; wymagane średnice balonów: 30, 35 i 40 mm; długość robocza: 90 cm; z markerami na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu; w komplecie z przewodnikiem</p> <p>Bank balonów</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 30 mm - 1 sztuka ➤ 35 mm - 1 sztuka ➤ 40 mm - 1 sztuka 			24 szt.					
3.	<p>Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, 6mm, oraz 8mm do wyboru zamawiającego, długość balonu 20 mm, 30mm, oraz 40mm; do wyboru zamawiającego, do przewodnicy 0,035 mm.</p> <p>Bank balonów</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dł. 40 mm średnica 4mm - 1 sztuka ➤ Dł. 40 mm średnica 6mm - 1 sztuka ➤ Dł. 30 mm średnica 8mm - 1 sztuka 			20 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

4.	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych. Nie zawiera lateksu, obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm, sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu.			70 szt.					
----	---	--	--	---------	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł
Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 5 – Protezy do dróg żółciowych

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z nitinolu, posiadający złote znaczniki radiologiczne na środku i na końcach - Długość całkowita protezy 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm oraz 120mm w zależności od rodzaju protezy - średnica: 8 i 10 mm w zależności od rodzaju protezy - dostępny w wersji pokrywalnej, niepokrywalnej, oraz pokrywanej z perforacją w powłoce - długość aplikatora 180 cm - posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora - znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze <p>Wymagany bank stentów samorozprężalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ długość 4 cm pokrywane śr 10 mm – 1 szt. 			80 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ długości 6 cm śr 10 mm niepokrywane - 2 szt. ➤ długości 6 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt. ➤ długości 6 cm śr 10 mm perforowane - 2 szt.. ➤ długości 8 cm śr 10 mm niepokrywane - 2 szt. ➤ długości 8 cm śr 10 mm pokrywane - 2 szt. ➤ długości 8 cm śr 10 mm perforowane - 2 szt. ➤ długości 10 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt. ➤ długości 10 cm śr 10 mm niepokrywane 1 szt. ➤ długości 10 cm śr 10 mm perforowane 1 szt. 								
2.	<p>Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych; wprowadzana przezskórnie; niepokrywana, pokrywana, oraz niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby. Posiadająca złote znaczniki radiologiczne. Długość całkowita 60mm, 80mm, 100mm, 120mm. Średnica 10mm, aplikator o długości 60cm. 1 sztuka w opakowaniu;</p> <p>Wymagany bank stentów samorozprężalnych:</p>			20 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ długości 6 cm śr 10 mm niepokrywane - 1 szt. ➤ długości 6 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt. ➤ długości 8 cm śr 10 mm niepokrywane - 1 szt. ➤ długości 8 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt. ➤ długości 10 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt. ➤ długości 10 cm śr 10 mm niepokrywane - 1 szt. ➤ długości 10 cm śr 10 mm do wnęki wątroby - 1 szt. ➤ długości 12 cm śr 10 mm do wnęki wątroby - 1 szt. ➤ długości 12 cm śr 10 mm niepokrywane - 1 szt. 								
3.	<p>Jednorazowa, niepokrywana proteza samorozprężalna; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 22mm oraz 24mm, średnica kołnierzy 28mm oraz 30mm; długość całkowita protezy 80mm, 110mm, oraz 140mm. 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm. Posiada podwójny system kontroli punktu, po</p>			12 szt.					

	<p>przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 szt. w opakowaniu</p> <p>Wymagany bank stentów samorozprężalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ długości 11 cm śr 22 mm - 1 szt. ➤ długości 14 cm śr 22 mm - 1 szt. ➤ długości 11 cm śr 24 mm - 1 szt. ➤ długości 14 cm śr 24 mm - 1 szt. 								
4.	<p>Jednorazowa proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość całkowita 60mm, 100mm oraz 140mm; średnica części środkowej 22mm, średnica kołnierzy 28mm; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze</p> <p>Wymagany bank stentów</p>			8 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	<p>samorozprężalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ długości 6 cm śr 22 mm - 1 szt. ➤ długości 10 cm śr 22 mm - 1 szt. ➤ długości 14 cm śr 22 mm - 1 szt. 								
5.	<p>Jednorazowa proteza dojelitowa samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu (through-the-scope TTS), długość całkowita 80mm, 110mm, 140mm, oraz 170mm. Średnica 24mm; średnica kołnierzy 30mm; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; lasso do repozycjonowania; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr;</p> <p>Wymagany bank stentów samorozprężalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ długości 8 cm śr 24 mm - 1 szt. ➤ długości 11 cm śr 24 mm - 1 szt. ➤ długości 14 cm śr 24 mm - 1 szt. ➤ długości 17 cm śr 24 mm - 1 szt. 			10 szt.					

Wartość netto pakietu: zł
Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 6 – Kosze awaryjne i protezy trzustkowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Koszyk do usuwania złogów z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji jednorazowego użytku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z funkcją awaryjnej litotrypsji, skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do osłonki. - Z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złogu wewnątrz kosza - W stalowym panczerzu - Trapezoidalny; czteroramienny - Współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0,035" - Kompatybilny w kanale endoskopu o średnicy 3.2 mm - Wymagane rozmiary kosza: 2 x 4 cm 2.5 x 5 cm i 3 x 6 cm - Współpracujący z wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji <p>Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2x4 cm 2 szt. ➤ 2,5 x5cm 2 szt. ➤ 3x6 cm 1 szt. 			35 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

2.	Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 4, 5 Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujące z przewodnikiem 0,035" ; dostępne z zastrzoną końcówką dystalną w protezach 5 Fr; dostępne długości: od 2 do 18 cm.			20 szt.				
----	---	--	--	---------	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł
 Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
 Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 7 – Tusz do tatuażu

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Tusz do tatuażu (zaznaczania) zmian w jelicie grubym, sterylne, w „nabojach” jednorazowych			100 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 8 – Szczypce jednorazowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły z okienkiem do gastroskopów dł. robocza 1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2,8mm, pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			500 szt.					
2.	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły z okienkiem do gastroskopów dł. robocza 1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			150 szt.					
3.	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą do kolonoskopów z okienkiem dł. robocza 2 300 mm, przeznaczone do kanału roboczego śr. 2,8-3,2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			400 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 9 – PEG

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu (nie innego materiału), z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean. 1 opakowanie = 2 zestawy</p> <p>BANK</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 zestawy 20 Fr ➤ 1 zestaw 24 Fr 			150 zestawów					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

2.	Zestawy wymienne do gastrostomii wprowadzane przez otwór(przetokę) po założonym PEG w rozmiarach 18 i 24 Fr wykonany z silikon zestaw wyposażony z balonem 20-30 ml. Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia.			20 zestawów					
----	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 10 – Akcesoria do ECPW wielorazowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3 mm i 7 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm i 30mm przy nosku 3mm oraz długość cięciwy 20mm przy nosku 7mm; długość narzędzia 1950mm;</p> <p>Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenie odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2</p>			24 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	<p>zatyczki uszczelniające MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem MH-263, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035" (0,89mm).</p> <p>BANK 2 sztuki</p>								
2.	<p>Wielorazowy 4- drutowy kosz standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złogów z dróg żółciowych, drut koszyka TWARDY i MIĘKKI, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm</p> <p>BANK 5 sztuk</p>			60 szt.					
3	<p>Rękojeść do szczypczyków chwytających, oraz do papilotomów (wielorazowego użytku).</p>			4 szt.					
4.	<p>Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosa 0,14mm; posiadająca 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035"), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia</p>			10 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	wprowadzanie szczoteczki do prowadnicy na całej jej długości. 1 sztuka w opakowaniu.								
5	Cewnik wielorazowy do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,025" oraz 0,035". Końcówka standardowa, krótka zwężana, długa zwężana, oraz z metalową końcówką do wyboru zamawiającego. Długość robocza 195 cm.			10 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie:

.....
 /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 11 – Ustniki

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu.			5 000 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 12 – PEG typu PUSH

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Zestaw do długotrwałego żywienia dożoładkowego. Zakładany przezskórną metodą Push pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Bez lateksu i DEHP.			20 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 13 – Testy urazowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Szybkie testy do wrywania infekcji bakterii H.pylori mokre			3 000 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 14 – Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p><u>Igły do nakłucia przezskórnego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> średnica od 18G do 22G długość 200 mm przezroczysta nasadka luer-lock 			20 szt.					
2.	<p><u>Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> dren żółciowy o średnicy 8F i 12F, dł. 45 cm kateter z teflonu 5F/29 cm z odpowiednim sztyletem dwa rodzaje przewodników w zestawie: sztywny i miękki, z różnego typu zakończeniami komplet rozszerzaczy kranik z łącznikiem do pojemników do drenażu 			15 szt.					
3.	<p><u>Zestaw rozszerzaczy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 3 rozszerzacze w zestawie: 6F, 8F, 10F długość 20 cm 			15 szt.					
4.	<p>1) Przewodniki sztywne typu amplatz</p> <p>Przewodnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE</p> <p>Średnice: 0,035" oraz 0,038"</p> <p>Długości: 75/145/180/260 cm</p>			15 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	Końcówki: miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J Prosta: 1 cm lub 3,2 cm dł								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 15 - Akcesoria potrzebne do wykonania zabiegu drenażu przezskórnego.

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Prowadniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> •średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032" 0,035", 0,038" • różne długości końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm •końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia •rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej • powłoka hydrofilna na całej długości • w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej •opcja z kształtowalną końcówką •kompatybilne z każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym <p>długości 50, 80, 120 ,150, 180 cm, 220cm,</p>			20 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 16 - Polipektomia

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny oraz półksiężycowaty; średnica pętli 10, 15,20, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm, 0,40 mm, 0,47 mm oraz 0,48mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8mm oraz 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm oraz 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.			120 szt.					
2.	Pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm, oraz 15mm do wyboru zamawiającego. Pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części			100 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

	wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach;								
3.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu owalne oraz szczęki aligatora z igłą oraz bez do wyboru zamawiającego łyżeczki o powiększonej objętości, uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska w zależności od długości, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm do wyboru zamawiającego, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.			100 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie:

.....
 /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 17 - Zestawy do opaskowania żyłaków i mukozektomii

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Ligator wielopodwiazkowy do endoskopowego podwazywania zyłakow przeżyku, w sklad wchodzi: magazynek spustowy z plecionym sznurkiem zapadkowym o dlugosci 122 cm oraz wpuszczonymi w niego gumkami, zawierajacy 4, 6 i 10 lateksowych opasek (ilosc opasek do wyboru Uzytkownika) zamontowanych w sposob nieograniczajacy pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiekszonym polu widzenia, przedostatnia opaska przezroczysta sygnalizujaca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. Zestaw zawiera: magazynek z gumkami, sznur zapadkowy, precyzyjny uchwyt, cewnik ładujacy do przeciągania sznurka i adapter irygacyjny do ptukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6 - 11,3 mm (4,6 i 10 opasek) oraz 9,5 - 13 mm (4 i 6 opasek). Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia.</p>			120 szt.					

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2019

2.	<p>Ligator wielopodwiązkowy do mukozektomii z pętlą</p> <p>Wyrób przeznaczony do wykonywania endoskopowej resekcji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zestaw do prostej w wykonaniu endoskopowej resekcji błony śluzowej. W zestawie magazynek z opaskami i pętla hexagonalna 1,5x2,5cm. Łatwe przygotowanie ligatora. Sześć lateksowych opasek do usuwania dużych zmian. Miękka, pleciona pętla mini heksagonalna równo tnie i doskonale zachowuje kształt nawet przy powtarzaniu resekcji. Pętlę można przeprowadzić przez rączkę ligatora, co pozwala na szybką resekcję podwiązanej tkanki bez konieczności wyjmowania endoskopu lub rozmontowywania całości. Ligatur na zewnętrzną średnicę endoskopu 9,5-13mm i 11-14mm (do wyboru Użytkownika) Przeznaczone jedynie do jednorazowego użytku.</p>											10 szt.						
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/