

Białystok, dn. 18.12.2019 r.

Numer pisma: DA.ZP.242.72.23.2019

**Wszyscy zainteresowani**

**Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów endoskopowych**, oznaczenie postępowania **DA.ZP.242.72.2019**.

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) **informuje o wyniku postępowania** o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę akcesoriów endoskopowych**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.72.2019** – w zakresie **Pakietów nr 2 i 9**.

#### **I. Wybór najkorzystniejszej oferty**

**Pakiet nr 2:** Endoelektronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

**Pakiet nr 9:** Boston Scientific Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

#### **Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w Pakietach nr 2 i 9:**

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

#### **II. Streszczenie i porównanie złożonych ofert**

##### **PAKIET NR 2**

Do pakietu wpłynęło pięć ofert. Ocena złożonych ofert:

<b>Nr oferty</b>	<b>Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy</b>	<b>Cena oferty (wartość brutto)</b>	<b>Termin dostawy (dni robocze)</b>
1	POLYMED Tomasz Idźkowski ul. Żeromskiego 45 01-882 Warszawa	12 528,00 zł	3 dni
6	Boston Scientific Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa	43 200,00 zł	3 dni
9	SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź	15 984,00 zł	do 3 dni

11	Endoelektronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Borkowa 12 05-840 Brwinów	12 096,00 zł	3 dni
13	Varimed Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U 50-442 Wrocław	19 008,00 zł	3 dni
<b>Ocena oferty nr</b>	<b>Łączna ilość punktów:</b>	<b>W kryterium „Cena”:</b>	<b>W kryterium „Termin dostawy”:</b>
1	97,93 pkt.	57,93 pkt.	40 pkt.
6	56,80 pkt.	16,80 pkt.	40 pkt.
9	85,41 pkt.	45,41 pkt.	40 pkt.
11	100 pkt.	60 pkt.	40 pkt.
13	78,18 pkt.	38,18 pkt.	40 pkt.

#### PAKIET NR 9

Do pakietu wpłynęły trzy oferty. Ocena złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty (wartość brutto)	Termin dostawy (dni robocze)
6	Boston Scientific Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 22 00-133 Warszawa	45 900,00 zł	3 dni
7	„HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa ul. Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź	54 000,00 zł	3 dni
9	SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź	45 360,00 zł	do 3 dni
<b>Ocena oferty nr</b>	<b>Łączna ilość punktów:</b>	<b>W kryterium „Cena”:</b>	<b>W kryterium „Termin dostawy”:</b>
6	100 pkt.	60 pkt.	40 pkt.
7	91 pkt.	51 pkt.	40 pkt.
9	Oferta odrzucona		

#### III. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem

W prowadzonym postępowaniu w zakresie Pakietów nr 2 i 9 nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

#### IV. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania wraz z uzasadnieniem

Oferta Wykonawcy **SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty (ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź)** zostaje odrzucona w **Pakiecie nr 9** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta Wykonawcy SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty (ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź) złożona do Pakietu nr 9 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie spełniania przez oferowane towary wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz Szczegółowy Oferty). Zamawiający w Pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 wymagał „Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu (nie innego materiału), z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii)”. Próbką oferowanego wyrobu w poz. 1 złożona przez Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, iż nie ma możliwości usunięcia zestawu przez powłoki brzuszne bez wykonywania endoskopii (z powodu zbyt twardego, niepodatnego grzybka). Tym samym zaoferowany wyrób nie spełnia wymogów określonych w SIWZ. Ponadto zaoferowany zestaw nie jest wykonany z jednolitego materiału, tj. z innego materiału wykonana jest sonda PEG, a z innego wykonany jest grzybek PEG. Wobec powyższego oferta Wykonawcy w Pakiecie nr 9 podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**V. Informacja o przewidywanym terminie zawarcia umowy w Pakietach nr 2 i 9**

Przewidywany termin podpisania umów: **24.12.2019 r.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
mgr Joanna Zaręba-Słoma