

Białystok, dn. 18.11.2019r.

Numer pisma: DA.ZP.242.73.2.2019

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę elektrod, żeli i papierów diagnostycznych oraz materiałów zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.73.2019**.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści SIWZ:**  
-----

**Dotyczy Pakietu nr 1**

**Pytanie 1:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści średnicę 1,5 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 2:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści średnicę 2,5mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 3:**

Pakiet nr 1, pozycje nr 2 i 3 – Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 1 pozycje nr 2 i 3 i utworzy z nich osobny pakiet?

**Odpowiedź: Brak zgody.**

**Pytanie 4:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści elektrody o  $f_i = 30$  mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 5:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 36x42 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 6:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści elektrody okrągłe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 7:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści elektrody z podkładem: gąbka PE, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 8:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści elektrody z podkładem: papier mikroporowaty, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 9:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający oczekuje elektrod pakowanych na sztuki, czy komplety (tj. 2 sztuki w opakowaniu)?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 2 sztuk w opakowaniu.**

**Pytanie 10:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 4 - Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były w pełni przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużycie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga elektrod współpracujących z aparatem.**

**Pytanie 11:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 50x89 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 12:**

Pakiet nr 1, pozycja nr 5 – Czy zamawiający dopuści elektrody z podkładem: papier mikroporowaty, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 13:**

Pakiet nr 1 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ww elektrod z zakończeniem standardowym DIN 1,5 mm, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 14:**

Pakiet nr 1 poz. 1 - W związku z tym, że ww elektrody są pakowane po trzy sztuki wobec tego prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje 12 000 szt. elektrod tj ok. 4000 op. Czy też 12 000 kompl. elektrod po 3 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 12 000 szt. elektrod tj. ok. 4000 op.**

**Pytanie 15:**

Pakiet nr 1 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie ww elektrody dla dzieci o średnicy 30 mm, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 16:**

Pakiet nr 1 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie ww elektrody okrągłej , reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 17:**

Pakiet nr 1 poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie ww elektrody okrągłej na bazie pianki , reszta parametrów bez zmian

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 18:**

Pakiet nr 1 poz. 2,3 - Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 19:**

Pakiet nr 1 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie elektrody TENS o wymiarach 45x80mm. W pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 20:**

Pakiet nr 1 poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie elektrody TENS o wymiarach 45x80mm. W pozostałych parametrach bez zmian.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 21:**

Pakiet nr 1 poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający ww pozycji oczekuje 220 szt. elektrod czyli 110 op. czy też 220 opakowań po 2 szt. czyli 440 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 220 opakowań po 2 szt. Czyli 440 szt.**

**Dotyczy Pakietu nr 2**

**Pytanie 1:**

Pakiet 2, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 210mmx150mmx333 skł. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 2:**

Pakiet 2, pozycja 24 - Prosimy o doprecyzowanie jakiej długości papieru Zamawiający oczekuje – 20m czy 30m?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru o długości 20 m.**

**Pytanie 3:**

Pakiet 2 pozycja 19 i 20 - Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane elektrody oraz papier były w pełni przetestowane do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru współpracującego z aparatem.**

**Pytanie 4:**

Pakiet nr 2 poz.13,14,15 - Prosimy o dopuszczenie ww papieru kompatybilnego o takich samych właściwościach, z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

**Pytanie 5:**

Pakiet nr 2 poz.18 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prawidłowego rozmiaru ww papieru do EKG o wymiarze 210mmx150mmx400 skł.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 6:**

Pakiet nr 2 poz.18 - Prosimy o dopuszczenie ww papieru BTL o rozmiarze 210x150x200 z przeliczeniem wymaganych ilości tj 163 skł.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 7:**

Pakiet nr 2 poz. 21 - Prosimy o dopuszczenie ww papieru Biotronic o rozmiarze 112x125x200 składek z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 15 bl.

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 8:**

Pakiet nr 2 poz. 24 - Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający ww pozycji oczekuje papieru w rolce czy składance , ponieważ prawidłowy papier do tego aparatu jest w składance.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru w składance.**

**Pytanie 9:**

Pakiet nr 2 poz. 24 - Prosimy o dopuszczenie ww papieru Medtronic o rozmiarze 110x150x200 .

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

**Pytanie 10:**

Pakiet nr 2 poz.28 - Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 150x90x160. W pozostałych parametrach bez zmian

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

### **Dotyczy Pakietu nr 3**

**Pytanie 1:**

Pytanie 1 Dotyczy pakiet nr 3, pozycja 1, Zestaw wielogodzinny 8H:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania:

Zestaw wielogodzinny z gwarancją sterylności do 8 godzin o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z:

1) Wkładu/Strzykawki (2 szt.):

Pojemność: 200 ml

Objętość resztkowa: 1,5 ml

2) Systemu rurki:

Strona ciśnieniowa:

Średnica wewnętrzna: 2,0mm/1,5mm

Strona CM (długość 260 mm, objętość napełnienia 0,6 ml)

Strona NaCl (długość 460 mm, objętość napełnienia 1,3 ml)

Strona ssąca:

Średnica wewnętrzna: 2,7 mm

Strona CM zielona (długość 1000 mm, objętość napełnienia 5,8 ml)

Komora kroplowa z wężykiem

Strona NaCl biała (długość 1000 mm, objętość napełnienia 6,2 ml)

Komora kroplowa z ostrzem (objętość napełnienia – 10 ml)

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

### **Pytania do SIWZ**

**Pytanie 1:**

SIWZ rozdział 15 pkt.6 ppkt.2)

Prosimy o zmniejszenie ilości próbek do Pakietu nr 1 poz.1 z 12 szt. ( 4 op. po 3 szt.) na 2 op. po 3 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytania do Projektu Umowy**

**Pytanie 1:**

Pytanie dotyczy pakietu 3 i 4, załącznik nr 5, wzór umowy

W załączniku nr 5 we wzorze umowy § 4 ust. 6 Zamawiający uwzględnił zapis:

„Płatności za dostarczony Towar, będą dokonywane za każdą należycie wykonaną dostawę przedmiotu Umowy według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, na konto bankowe Wykonawcy”

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Uzasadnienie: Krótszy termin płatności wpłynie pozytywnie na ceny wyrobów.

**Odpowiedź: Brak zgody.**

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

---

➤ **Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.11.2019 r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zmianie ulegają zapisy SIWZ:

- Zapis w Rozdziale 23 ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2019 r. o godz. 09:00.”**

- Zapis w Rozdziale 24 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 r. o godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego:**

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, Sala Konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji)”.*

➤ **W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców zapis w Rozdziale 15 pkt.6 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Próbki asortymentu oferowanego w Pakiecie nr 1:

– Pakiet nr 1 poz. 1 – 6 szt.

- Pakiet nr 1 poz. 2, 3 – 12 szt.

– Pakiet nr 1 poz. 4 – 1szt.

Próbki są wymagane w celu potwierdzenia przez Zamawiającego, czy zaoferowane wyroby w złożonej przez Wykonawcę ofercie przetargowej do przedmiotowego postępowania spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ, porównując próbki z treścią Formularza Szczegółowego Oferty. Każda próbka powinna być oznaczona numerem pakietu oraz pozycji, której dotyczy.

➤ **Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 Formularz Szczegółowy Oferty w Pakiecie nr 2**

W Załączeniu do pisma Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Szczegółowy Oferty do Pakietu nr 2 – po zmianie.

Wykonawcy składający ofertę do przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu nr 2 zobowiązani są do złożenia oferty na Załączniku nr 1 do SIWZ po zmianie.

Załączniki do pisma:

- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet nr 2 – po zmianie

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz

*mgr Joanna Zareba-Słoma*

