

Białystok, dnia 25.03.2020 r.

Nr pisma: DA.ZP.242.68.105.2019

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz akcesoriów i narzędzi chirurgicznych, oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2019.

**ZAWIADOMIENIE  
O DOKONANIU POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT  
ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
W ZAKRESIE PAKIETU NR 6**

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w zakresie Pakietu nr 6:

- dokonano anulowania wyboru najkorzystniejszej oferty (pismo nr: DA.ZP.242.68.85.2019 z dnia 27.02.2020),
- powtórzono czynność badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty;

W związku z powyższym Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w Pakiecie nr 6 w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę Wykonawcy:

**Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa**

**Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: cena - 60%, termin dostawy - 40 %.

**1. Streszczenie i porównanie ofert w zakresie Pakietu nr 6:**

**Pakiet nr 6:** Ocena złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Wartość brutto oferty	Termin dostawy (dni robocze)	Ocena oferty w kryterium:		
				Cena	Termin dostawy	Punkty łącznie:
35	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	5 508,00 zł	3 dni	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.
37	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lubin	3 024,00 zł	3 dni	<b>Oferta odrzucona</b>		
38	KD-Medical Polska Sp. z o.o. ul. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	4 968,00 zł	3 dni	<b>Oferta odrzucona</b>		

## 2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania w zakresie Pakietu nr 6:

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

## 3. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania w zakresie Pakietu nr 6:

- Oferta Wykonawcy: **J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin**, zostaje odrzucona w Pakiecie nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający pismem z dnia 27.02.2020 r. Wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. do uzupełnienia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 potwierdzający spełnienie wymagania określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty tj.: koniec drenu wyposażony w zastawkę bezwrotną zapobiegającą się cofaniu krwi do zestawu". Wykonawca w złożonym na wezwanie piśmie nie wykazał spełnienia przez oferowany wyrób powyższego warunku. Zaznaczył jedynie, że Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy wyraził zgodę na dopuszczenie filtra hydrofobowego na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu. Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie nie zrezygnował z wymogu opisanego w Załączniku nr 1 jakim jest wyposażenie końca drenu w zastawkę bezwrotną zapobiegającą się cofaniu krwi do zestawu.

Zamawiający dopuścił następujące parametry: „komorę wolną od PVC i ftalanów, z dodatkowym łącznikiem Y, długość drenu 180 cm, Posiadający filtr Auto Air Stop i filtr hydrofobowy". Złożona przez Wykonawcę próbka nie posiada na końcu drenu zastawki bezwrotnej zapobiegającej cofaniu się krwi do zestawu oraz nie posiada łącznika Y.

W związku z powyższym zaoferowany wyrób w Pakiecie nr 6 nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i oferta podlega odrzuceniu.

- Oferta Wykonawcy: **KD-Medical Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice** - została odrzucona w Pakiecie nr 6, (uzasadnienie prawne i faktyczne - pismo nr: DA.ZP.242.68.73.2019 z dnia 18.02.2020 r.).

## 4. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Przewidywany termin podpisania umowy w zakresie Pakietu nr 6: **07.04.2020r.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz

*mgr Joanna Zaręba-Słoma*