

Białystok, dn. 20.02.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.6.2.2020

Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.6.2020.

Korekta odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 1 do Pakietu nr 13, która została udzielona pismem numer DA.ZP.242.6.1.2020 z dnia 18.02.2020 (str. 4 pisma).

Odpowiedź udzielona poniżej jest obowiązująca.

Treść pytania:

Do zadania 13 punkt 3 - Przedłużający cewnik prowadzący typu "child in mother".

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13, w punkcie 3 przedłużającego cewnika prowadzącego typu „child in mother” do zabiegów teleskopowych, dającego większe podparcie dla cewnika 6Fr, dostępnego w rozmiarze jedynie 5Fr (0,059”), kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6Fr (min. 0,071”), o długości całkowitej 120cm, z końcówką prostą, wykonaną z miękkiego, atraumatycznego materiału na długości 12cm, z wewnętrznym pokryciem śliskim PTFE, wzmocniony metalowym zbrojeniem, zachowującym niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika. Konieczne użycie długiego przewodnika lub przedłużacza, wprowadzanego przez całą długość cewnika (OTW), lub ewentualnie, czy Zamawiający wydzieli z zadanie 13 punkt 3 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Wyrazymy zgodę zaoferowanie wyrobu o wskazanych w pytaniu parametrach.

Nie wyrazymy zgody na wydzielenie.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zareba-Stoma