

Białystok, dn. 04.06.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.28.5.2020

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę elementów zużywalnych i akcesoriów na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz OIT oraz dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.28.2020.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający informuje, że w Formularzu Szczegółowym Oferty w zakresie Pakietu nr 61 doszło do omyłki pisarskiej w rozmiarze igły.

Jest: 16 G x 30 mm

Powinno być: 15G x 42 mm

Zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz**

mgr Joanna Zaręba-Słoma