

Białystok, dn. 20.08.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.43.1.2020

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic jednorazowego użytku, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.43.2020.

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice grubości wynoszącej na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, na mankiecie $0,05 \pm 0,01$ mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice grubości wynoszącej na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,07 \pm 0,01$ mm, powierzchnia zewnętrzna teksturowana?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Słoma