

Białystok, dn. 29.10.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.48.5.2020

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę
zużywalnego sprzętu medycznego**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.48.2020**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 5

Pytanie 1: Zamawiający w Pakiecie nr 5 złożył zamówienie na taśmy do mocowania serwet, sterylne, do zastosowania z obłożeniami wielorazowymi, W ofercie posiadamy niesterylne, wodorozpuszczalne włókninowe taśmy lepne o wymaganym w SIWZ wymiarze. Taśmy łatwo się mocuje do serwet, są spieralne i podlegają sterylizacji w temp. 1340C.

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści włókninowe niesterylne taśmy wodorozpuszczalne o wym. 10x50cm z możliwością sterylizacji w temp. 1340C? Taśmy są zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC, posiadają Deklarację Zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

**Z up. Dyrektora
Asystent Dyrektora**


Danuta Dakowicz