



**PL-BY-UA
2014-2020**

**Załącznik nr 1.8 do SIWZ- Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020**

Pakiet nr 8:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że meble i wyposażenie jest nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1: WYPOSAŻENIE STANOWISKA PIEŁĘGNIARSKIEGO - 1 komplet (stół do pakietowania - 2 szt., taboret medyczny - 10 szt.)

NAZWA OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA:

PRODUCENT:

TYP:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Parametr wymagany | Oferowane parametry techniczne (opis) |
|-------------|---|--------------------------|--|
| 1. | Stół do pakietowania o dł. 1140mm wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK | |
| 2. | 1xblat prosty, wymiary blatu: 1060x600 mm | TAK | |
| 3. | 6x wysuwany kosz o wymiarach 575x280x260 mm, | TAK | |
| 4. | 1x uchwyt do prowadzenia, 2x szyna instrumentalna 25x10 mm, stanowiąca stały element konstrukcji | TAK | |
| 5. | Stół wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm (szare), w tym dwa z blokadą | TAK | |
| 6. | Wymiary całkowite: 1140x600x900 mm [szerokość x głębokość x wysokość] | TAK | |
| 7. | Taboret medyczny wykonanie: | | |
| 8. | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję | TAK | |
| 9. | Podstawa z kształtownika giętego, ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9, pięcioramienna, wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą | TAK | |

| | | | |
|------------|---|-----|--|
| 10. | Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią ręczną | TAK | |
| 11. | Wymiary: średnica podstawy: 600 mm średnica siedziska: 350 mm wysokość siedziska: 715-965 mm | TAK | |

B. FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|-----------|---|----------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Wyposażenie stanowiska pielęgniarstwa (1 kpl.) | | | | | | |
| a) | stół do pakietowania | 2 szt. | | | | | |
| b) | taboret medyczny | 10 szt. | | | | | |

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie: