



**PL-BY-UA
2014-2020**

**Załącznik nr 1.7 do SIWZ- Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020**

Pakiet nr 7:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1: Dozownik tlenu - 20 szt.

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA:

PRODUCENT:

TYP:

L.p.	Wymagane warunki / parametry techniczne	Parametr wymagany	Oferowane parametry techniczne (opis)
1.	Zasilanie tlenem przez złącze DIN	TAK	
2.	Wyposażony w zawór bezpieczeństwa	TAK	
3.	Ciśnienie zredukowane 0,45-0,5 MPa	TAK	
4.	Regulacja w systemie kopułkowego rotametu z zakresem regulacji 0-17 l/min	TAK	
5.	Wielorazowy nawilżacz tlenu z metalowym złączem do wążów tlenowych	TAK	
6.	W komplecie króciec metalowy do bezpośredniego podłączenia wążów tlenowych tzw. suchy tlen	TAK	
7.	Możliwość podłączenia pojemników jednorazowych	TAK	
8.	Mocowanie bezpośrednio do gniazda zasilającego DIN - 10 szt	TAK	
9.	Mocowanie do szyny medycznej poziomej 10X25 z elastycznym przewodem zasilającym dł 1,5 m ze złączem DIN- 10 szt	TAK	

B. FORMULARZ CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT (%)	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	Dozownik tlenu	20 szt.					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie: