



**PL-BY-UA
2014-2020**

**Załącznik nr 1.2 do SIWZ- Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020**

Pakiet nr 2:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

POZYCJA NR 1: Stanowisko monitorowania pacjenta - 1 kompl.

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA:

PRODUCENT:

TYP:

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI

| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Proszę opisać) |
|-------------|---|--------------------------|---|
| 1. | Stanowisko monitorowania pacjenta: oprogramowanie stacji pracy zdalnej typu „work station” o funkcjonalności centrali monitorującej współpracujące z centralami monitorującymi typu Benevision CMS w szpitalu oraz sprzęt komputerowy niezbędny do uruchomienia oprogramowania. | TAK | |
| 2. | Funkcja podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe dynamiczne i wartości monitorowanych parametrów) współpracująca z monitorami pacjenta typu Benevision N 15/17/22 zainstalowanymi w szpitalu. | TAK | |
| 3. | Możliwość jednoczesnego monitorowania co najmniej 15 urządzeń (monitorów pacjenta) podzielonych na dwóch ekranach komputerowych o wielkości przekątnych co najmniej 23 cali. | TAK | |
| 4. | Możliwość dowolnego konfigurowania układu ekranu bez interwencji serwisu w tym rozmieszczenia poszczególnych monitorów. | TAK | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 5. | Ekran monitorów z funkcją dotykową o powierzchni umożliwiającej dezynfekcję. | TAK | |
| 6. | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. Drukarka przystosowana do wydruków co najmniej 80000 stron miesięcznie. | TAK | |
| 7. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska (UPS) min. 20 min. | TAK | |
| 8. | Niezbędne akcesoria w tym klawiatura i mysz komputerowa pracujące bezprzewodowo. | TAK | |
| 9. | Stanowisko przygotowane do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) oraz wysyłania danych pomiarowych i krzywych monitorowanych pacjentów | TAK | |
| 10. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w stacji monitorowania i w monitorach pacjenta. | TAK | |
| 11. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego. | TAK | |
| 12. | Komputer klasy desktop zapewniający sprawną pracę oprogramowania monitorującego, obsługujący dwa monitory dotykowych o przekątnej co najmniej 22 cale. Wyposażony w dysk pamięci typu SSD co najmniej 256 GB i minimum 8GB pamięci RAM. | TAK | |

POZYCJA NR 2: Stanowisko monitorowania pacjenta - 1 kompl.

NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA:

PRODUCENT:

TYP:

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI

| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Proszę opisać) |
|-------------|---|--------------------------|---|
| 1. | Stanowisko monitorowania pacjenta: oprogramowanie stacji pracy zdalnej typu „work station” o funkcjonalności centrali monitorującej współpracujące z centralami monitorującymi typu Benevision CMS w szpitalu oraz sprzęt komputerowy niezbędny do uruchomienia oprogramowania. | TAK | |
| 2. | Funkcja podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe dynamiczne i wartości monitorowanych parametrów) współpracująca z monitorami pacjenta typu Benevision N 15/17/22 zainstalowanymi w szpitalu. | TAK | |
| 3. | Możliwość jednoczesnego monitorowania co najmniej 30 urządzeń (monitorów pacjenta) | TAK | |
| 4. | Możliwość dowolnego konfigurowania układu ekranu bez interwencji serwisu w tym rozmieszczenia poszczególnych monitorów. | TAK | |
| 5. | Ekran monitora o wielkości przekątnej co najmniej 27 cali | TAK | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 6. | Komputer klasy desktop zapewniający sprawną pracę oprogramowania monitorującego. Wyposażony w dysk pamięci typu SSD co najmniej 256 GB i minimum 8GB pamięci RAM. | TAK | |
| 7. | Niezbędne akcesoria w tym klawiatura i mysz komputerowa pracujące bezprzewodowo. | TAK | |
| 8. | Stanowisko przygotowane do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) oraz wysyłania danych pomiarowych i krzywych monitorowanych pacjentów | TAK | |
| 9. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w stacji monitorowania i w monitorach pacjenta | TAK | |
| 10. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszenie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu stanowiska. | TAK | |

B. FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|-----|---|----------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 1. | Stanowisko monitorowania pacjenta - licencja i komputer | 1 kompl. | | | | | |
| 2 | Stanowisko monitorowania pacjenta - licencja i komputer | 1 kompl. | | | | | |

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie: