

Białystok, dnia 15.10.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.55.3.2020

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenie laboratorium w sprzęt do wykonywania testów na obecność koronawirusa w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.55.2020.**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1843) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 3

1. Dotyczy Pakietu Nr 3, pozycja Nr 2: - czy dopuszczają Państwo zmienną prędkość do 2850 obrotów na minutę przy spełnieniu pozostałych wymagań, ponieważ prędkość 3000 obrotów na minutę jest w wybranym modelu urządzenia możliwa do osiągnięcia tylko przy zasilaniu 60 Hz, co w polskich warunkach nie jest możliwe do osiągnięcia ze względu na częstotliwość 50 Hz w sieci energetycznej ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Słoma