

Białystok, dn. 17.10.2014r.

Nr pisma: DA-ZP-252-64-13/14

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak sprawy: DA-ZP-252-64/14.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, o wyniku oceny ofert złożonych w Pakiecie nr 25 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.**

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

PAKIET NR 25

Oferta najkorzystniejsza:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena
21	POLMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz	231 558,00 zł

Pozostały Wykonawca, który złożył ofertę do Pakietu nr 25:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena
19	Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11 A, 12-230 Biała Piska	231 352,00 zł

Uzasadnienie wyboru: na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -cena 100 %.

2. Informacja o odrzuconej ofercie:

- Oferta nr 19: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11 A, 12-230 Biała Piska zostaje odrzucona w Pakiecie nr 25, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający zgodnie z udzieloną odpowiedzią (pismo nr: DA-ZP-252-64-1/14 z dnia 19.09.2014r.) wymagał dla Pakietu nr 25, poz. 2a), spełnienie następującego wymogu: „Strzykawki mają być wskazane przez producenta pomp”. Wykonawca dla pomp infuzyjnych prod. Kwapisz, Braun, Ascor, Drager zaoferował strzykawkę trzyczęściową j.u. do pomp / 007 111 wytwórcy: Margomed. Komisja po sprawdzeniu instrukcji użytkowania ww. pomp stwierdziła, iż strzykawki produkcji “Margomed” nie występują w wykazie strzykawk dopuszczonych do stosowania w pompach produkcji: Kwapisz, Braun oraz Drager. Zamawiający przyjął, że zaoferowane wyroby w Pakiecie nr 25 nie spełniają wymagań określonych w siwz.

3. Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Termin zawarcia umowy zostaje określony na dzień: **28.10.2014r.**

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w pakietach nieuwzględnionych niniejszym pismem nastąpi w późniejszym terminie.

Główny Specjalista
ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń
Z up. Dyrektora