

Białystok, dn. 22.06.2015r.

Nr pisma: DA-ZP-252-25-6/15

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **zakup rezonansu magnetycznego realizowanego w ramach projektu: „Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych (Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013)**, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-25/15.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje sprostowania zapisów SIWZ.

W punkcie 8.3.6 Załącznika nr 1 do siwz (Formularz Szczegółowy Oferty) nastąpiła omyłka pisarska w znaku graficznym.


**Jest :**

8.3.6.	Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE): maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji	$\leq 256$ ; <u>podać wartość [n]</u>	Bez punktacji	
--------	---	--	---------------	--

**Powinno być:**

8.3.6.	Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE): maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji	$\geq 256$ ; <u>podać wartość [n]</u>	Bez punktacji	
--------	---	--	---------------	--

Zamawiający informuje, iż powyższe sprostowanie jest obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy ją traktować, jako jedynie obowiązującą. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora  
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa  
  
Małgorzata Strankowska

