

Białystok, dn. 27.07.2015r.

Nr pisma: DA-ZP-252-32-2/15

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony **na dostawę sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Neurologii i Pododdziału Udarowego realizowanego w ramach projektu: „Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych (Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013)**, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-32/15.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi.

Korekta udzielonych odpowiedzi

Zamawiający dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy nr 28 (pismo nr DA-ZP-252-32-1/15 z dnia 24.07.2015r.):

Treść pytania:

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem elektrycznym z panelu centralnego bez wyświetlacza?

Treść odpowiedzi Zamawiającego przed zmianą:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Treść odpowiedzi Zamawiającego po zmianie:

Odpowiedź: Dopuszczamy łóżko z panelem centralnym bez wyświetlacza. Pozostałe wymagania dotyczące sterowania zgodnie zapisami siwz lub zmianą siwz – jeżeli nastąpiła w zakresie powyższego parametru.

Zamawiający informuje, iż powyższe sprostowanie jest obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy ją traktować, jako jedynie obowiązującą. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Główny Specjalista
ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń

Z up. Dyrektora

