

Białystok, dnia 30.07.2015 r.

Numer pisma: DA-ZP-252-42-3/15

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do endoskopii, znak postępowania DA-ZP-252-42/15.

Zamawiający - Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białystoku działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi.

#### Korekta udzielonych odpowiedzi

Zamawiający dokonuje korekty udzielonej odpowiedzi na pytania Wykonawców ( pismo nr DA-ZP-252-42-1/15 z dnia 30.07.2015r.):

**Treść pytania i odpowiedzi Zamawiającego przed zmianą:**

Formularz Szczegółowy Oferty:

**Pakiet nr 3**

1. **pakiet 3 poz.9:** W związku z tym, że nasadki mają różną średnicę prosimy o podanie z jakimi konkretnie endoskopami firmy Olympus powinny być kompatybilne zaofertowane nasadki?

**Odpowiedź:** GIF Q-165, GIF Q-180.

- a) Czy Zamawiający wymaga nasadek jedno- , czy wielorazowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nasadek jednorazowego użytku.

- b) Czy Zamawiający wymaga nasadek prostych, czy skośnych, z rowkiem, czy bez rowka?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nasadek prostych z rowkiem i bez rowka.

**Treść pytania i odpowiedzi Zamawiającego po zmianie:**

Formularz Szczegółowy Oferty:

**Pakiet nr 3**

1. **pakiet 3 poz.9:** W związku z tym, że nasadki mają różną średnicę prosimy o podanie z jakimi konkretnie endoskopami firmy Olympus powinny być kompatybilne zaofertowane nasadki?

- c) Czy Zamawiający wymaga nasadek jedno- , czy wielorazowych?

- d) Czy Zamawiający wymaga nasadek prostych, czy skośnych, z rowkiem, czy bez rowka?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nasadek jednorazowego użytku prostych współpracujących z endoskopami GIF Q-165, GIF Q-180.

Zamawiający informuje, iż powyższe sprostowanie jest obowiązujące dla wszystkich wykonawców i należy ją traktować, jako jedynie obowiązującą. Inne zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora

Główny Specjalista  
dla SIWZ

*K. Kulesza-Huryń*  
mgr Krystyna Kulesza-Huryń