

Białystok, dn. 18.12.2015r.

Nr pisma: DA-ZP-252-100-1/15

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych i niemedycznych oraz wyposażenia *realizowanego w ramach projektu: „Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych (Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013)*, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-100/15.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytania i odpowiedzi:

Pytania dotyczy Pakietu nr 3

1. Pytanie dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 1 regał medyczny o wymiarach 200x220x45 czy zamawiający dopuści regał złożony z dwóch elementów o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 200 x 110 x 45?
Odpowiedź: Dopuszczamy regał złożony z dwóch elementów o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 200 x 110 x 45. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

2. Z uwagi na długi rozmiar regału i problem z jego wniesieniem, manewrowaniem między pomieszczeniami, proponujemy wykonanie dwóch regałów o wymiarach (wysxdłxszer w mm) 2000x1100x450 mm.

Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie ?

Odpowiedź: Dopuszczamy regał złożony z dwóch elementów o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 2000 x 1100 x 450 mm. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

3. Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że nośność wskazana w pakiecie 3 dotyczy całego regału?

Odpowiedź: Tak.

Pytania do Pakietu nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z pkt.1 o nośności 100 kg ?
Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z pkt. 3 o wymiarach (wysxdłxszer w mm): 985x690x700 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy wózek transportowy o wymiarach (wys. x dł. x szer. w mm): 985x690x700 mm . Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.



3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pkt.3 kosz z przegródkami o wymiarach (wysxdłxsz w mm): 110x560x470 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy kosz z przegródkami o wymiarach (wysxdłxsz w mm): 110x560x470 mm Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z pkt. 4 o wymiarach (wysxdłxsz w mm): 985x690x700 mm (bez wyposażenia) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z pkt. 5 o wymiarach (wysxdłxsz w mm): 985x690x700 mm (bez wyposażenia) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z pkt. 6 o wymiarach (wysxdłxsz w mm): 910-1050x505x425 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnej specyfikacji wózka z pkt. 7, gdyż przedstawiony opis budzi duże wątpliwości odnośnie sposobu wykonania. Prosimy o sprecyzowanie jak ma wyglądać wózek, co jest częścią korpusu a co akcesoriami (umiejscowienie szuflad).

Odpowiedź: Zaoferowany wózek ma spełniać opis przedmiotu zamówienia określony w SIWZ. Zamawiający nie stawia nowych wymagań.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

9. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 1 – Wózek transportowy – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach: wys. platformy 92,5 x dł. 105 x szer. 56 cm; konstrukcja ze stali chromowanej, odporna na środki dezynfekcyjne i temperaturę; dwa koła stałe oraz dwa koła obrotowe z hamulcem; nośność 200 kg?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach: dł. 126 x szer. 61 cm; wysokość platformy 30 cm; konstrukcja aluminiowa, odporna na środki dezynfekcyjne i temperaturę; dwa koła stałe oraz dwa koła obrotowe z hamulcem; 4 x zderzak z tworzywa; nośność 300 kg?

Odpowiedź: Dopuszczamy, pod warunkiem, że wózek transportowy jest wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka.

10. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 2 – Wózek – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający blat z wysokiej jakości tworzywa z obrzeżem, odporny na środki dezynfekcyjne i temperaturę; jedna taca z tworzywa sztucznego – płytka, dwie tace wysuwane z tworzywa sztucznego – głębokie; tace wysuwane na specjalnych



zintegrowanych z korpusem wózka prowadnicach; cztery obrotowe koła, w tym dwa z hamulcami; z boku wózka uchwyt?



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy wózek o ww. parametrach. Wymiary wózka mają być zgodne z siwz lub modyfikacją jeżeli nastąpiła.

11. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 3 – Wózek medyczny – 1 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny o wymiarach: wys. 100 x szer. 91 x gł. 61 cm; blat z wysokiej jakości tworzywa z obrzeżem, odporny na środki dezynfekcyjne i temperaturę; cztery obrotowe koła, w tym dwa z hamulcami; z boku wózka uchwyt; 2 x płytki szuflady, 1 x płytki wyjmowana taca z przegródkami (wys. 10 x dł. 60 x szer. 40 cm), przegródki w tacy co 15 cm?



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 4 – Wózek medyczny – 1 szt.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny o wymiarach: wys. 108 x szer. 72 x gł. 62 cm; blat z wysokiej jakości tworzywa z obrzeżem, odporny na środki dezynfekcyjne i temperaturę; cztery obrotowe koła, w tym dwa z hamulcami; blat posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty; dodatkowo wysuwany blat roboczy; 3 x średnia szuflada; 1 x głęboka szuflada; wieszak infuzyjny; uchwyt na pojemnik na zużyte igły; uchwyt na opakowanie jednorazowych rękawiczek; pojemnik na odpady?






Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

13. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 5 – Wózek medyczny – 1 szt.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny o wymiarach: wys. 108 x szer. 72 x gł. 62 cm; blat z wysokiej jakości tworzywa z obrzeżem, odporny na środki dezynfekcyjne i temperaturę; cztery obrotowe koła, w tym dwa z hamulcami; blat posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty; dodatkowo wysuwany blat roboczy; 1 x płytką szuflada, 1 x średnia szuflada, 2 x głęboka szuflada; pojemnik na odpady; tworzywowy pojemnik wielofunkcyjny; uchwyt na pojemnik na zużyte igły; uchwyt na opakowanie jednorazowych rękawiczek?



Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 6 – Wózek medyczny (typ asystor) – 1 szt.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny (typ asystor), podstawa chromowa na kółkach; wys. 80 x dł. 50 x szer. 50 cm; duża odporność na ścieranie i zarysowania; odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i temperatury; pięć obrotowych kół, w tym dwa z hamulcem; 3 x płytką szuflada?





Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

15. Dotyczy: Pakiet nr 6, poz. nr 7 – Wózek na leki – 1 szt.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek na leki, o wymiarach: wys. 100 x szer. 91 x gł. 61 cm; blat z wysokiej jakości tworzywa z obrzeżem, odporny na środki dezynfekcyjne i temperaturę; cztery obrotowe koła, w tym dwa z hamulcami; z boku wózka uchwyt; 2 x szuflada o wys. 10 cm każda; jedna kasetka z 8 pojemnikami (każdy pojemnik dzielony na 4 części); jedna kasetka z 12 pojemnikami (każdy pojemnik dzielony na 4 części); zamek centralny; kasety zamykane niezależnie?



Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 7

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kosz medyczny o wymiarach (wysxdłszer w mm): 1050x415x580mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy kosz medyczny o wymiarach (wysxdłszer w mm): 1050x415x580mm. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kosz medyczny o wymiarach (wysxdłszer w mm): 1050x860x580mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy kosz medyczny o wymiarach (wysxdłszer w mm): 1050x860x580mm. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kosz medyczny o wymiarach (wysxdłszer w mm): 710x400x510mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy kosz medyczny o wymiarach (wysxdłszer w mm): 710x400x510mm. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.



Pytania do Pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pkt. 1 stół na narzędzia o wymiarach (wysxdłxszxer w mm): 920/1370x640x450 mm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w pkt. 1 stół na narzędzia z podstawą w kształcie litery T z trzema kółkami o średnicy 50 mm, wyposażone w blokadę ?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Pozostałe warunki opisu przedmiotu postępowania pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół na narzędzia o wymiarach (wysxdłxszxer w mm): 1240x1260x680 mm ?

Odpowiedź: Zaoferowany wyrób ma spełniać wymagania siwz lub modyfikacji jeżeli nastąpiła.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Główny Specjalista
ds. Analiz


mgr Krystyna Kulesza-Huryń

Z up. Dyrektora

