

Białystok dn. 04.08.2016 r.

## Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawu do 24-godzinnego monitorowania EKG oraz monitorowania ciśnienia tętniczego metodą Holtera**, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-32/16.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

---

### Wykonawca 1

#### Zapytanie do części A

Pytanie do pozycji 1:

Czy zamawiający dopuści rejestrator zasilany dwoma akumulatorkami/bateriami AA?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie do pozycji 2:

Czy zamawiający dopuści rejestrator zasilany dwoma akumulatorkami/bateriami AA?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie do pozycji 3:

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie do holtera EKG z analizą w trybie retrospektywnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Pytanie do pozycji 4:

Czy zamawiający dopuści rejestrator ciśnienia tętniczego z wykrywaniem błędnych pomiarów jednak bez powtarzania pomiaru?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie do holtera ciśnienia z możliwością podziału na 4 podokresy podziałowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie do holtera ciśnienia bez obliczania mediany i SD dla ciśnienia skurczowego, posiadający za to indeks dzień/noc, procentowy czas podwyższonych wartości czy wpływ hiperbaryczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy zamawiający wyodrębni holter ciśnienia jako oddzielną pozycję, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności oraz uzyskanie lepszych warunków zakupu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

---

## Wykonawca 2

Czy Zamawiający dopuści rejestratory EKG z kartą pamięci CF? Karty są standardem przyjętym wcześniej na rynku niż karty SD, są wciąż używane i produkowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

Czy Zamawiający dopuści rejestratory EKG do zapisu 12 kanałowego z 10 elektrod w czasie do 24 godzi z opcją zapisu 2 kanałów do 7 dni?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający wymaga by rejestratory ciśnienia krwi posiadały walidację BHS w klasie A/A, które potwierdzają dokładność i powtarzalność pomiarów? Obecna specyfikacja dopuszcza rozwiązania które nie mają żadnych dokumentów potwierdzających dokładność i powtarzalność pomiarów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga by rejestratory ciśnienia krwi posiadały walidację BHS w klasie A/A.

---

### Wykonawca 3

Pytanie dotyczy załącznika nr 6 - umowa

Czy zamawiający dopuszcza w załączniku nr 6 - umowa, par.9 pkt.6 zmianę zapisu z:

"W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancji, czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy **nie może przekroczyć 48 godzin**; za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu."

na:

"W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancji, czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy **nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze**; za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu."

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.

---

### Wykonawca 4

Czy Zamawiający dopuści rejestrator 3 kanałowy z możliwością dopisania imienia i nazwiska pacjenta do zapisu EKG po wczytaniu badania. Rejestrator posiada identyfikację pacjenta w rejestratorze, automatycznie przyporządkowany numer badania do konkretnego pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający dopuści i czy będzie wymagał podglądu zapisu EKG na wyświetlaczu rejestratora 3 kanałowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.



Czy Zamawiający dopuści rejestrator 3/12 kanałowy z możliwością dopisania imienia i nazwiska pacjenta do zapisu EKG po wczytaniu badania z dużym czytelnym wyświetlaczem z interaktywnym rejestrem zdarzeń pacjenta w rejestratorze z wyświetlaniem przykładowych opisów czynności pacjenta (bieg, spacer, ćwiczenia)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator 3/12 kanałowy o wadze z bateriami 180g.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator 3/12 kanałowy zasilany 2 bateriami AA (w zestawie akumulatorki z ładowarką).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w rejestratorze 12 kanałowym przewodów pacjenta do zapisu 3 i 12 kanałów

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system Holtera bez automatycznej analizy prospektywnej. Analiza prospektywna jest analizą bardzo czasochłonną i przez znakomitą większość lekarzy zupełnie pomijana i niewykorzystywana (system trzeba nauczyć analizy). Znacznie większą korzyść daje Użytkownikowi standardowe opracowywanie badania zgodnie z analizą retrospektywną (wzorce przedstawione przez system), natomiast dużo większe znaczenie ma prędkość analizy zapisu. W oferowanym przez nas systemie czas analizy automatycznej wynosi ok. 7 sek. co przy większej ilości rejestratorów ma podstawowe znaczenie dla lekarza opisującego badania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesne oprogramowanie do rejestratora 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego z podziałem na 4 podokresy pomiarowe. W zamian przekazemy Państwu rejestrator z możliwością wykonania 30 pomiarów z PWA z możliwością dokupienia dowolnej ilości pomiarów. Oferowane rejestrator posiada walidacje ESH, AAMI i BSH. Rejestrator posiada możliwość monitorowania pacjenta z obrębie oddziału a wyniki są widoczne np. w dyżurce lekarskiej lub pielęgniarskiej. Posiada również możliwość przesyłania danych pomiarów przez telefon.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

---

### **Wykonawca 5**


Czy zamawiający zgodzi się aby zgłosić ofertę tylko na holter ciśnieniowy pozycja nr 4 w przetargu DA-ZP-252-32/16?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

---

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
  
mgr Krystyna Kulesza-Huryń