

Białystok, dnia 04.11.2016r.

Nr pisma: DA-ZP-252-38-3/16

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego i drobnego sprzętu medycznego, znak sprawy: DA-ZP-252-38/16.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje korekty odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielonych przez Zamawiającego pismem nr DA-ZP-252-38-2/16 z dnia 02.11.2016r. w zakresie pakietu nr 2 poz. 3.

Dotyczy Pakietu nr 2 (pkt 8)

Treść pytania:


8. Pakiet 2 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były wykonane z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan , tak jak obecnie stosowane przez Zamawiającego. Taka budowa cewnika zapewnia lepszą drożność przy zachowaniu maksymalnego komfortu dla chorego.

Udzielona odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź powinna brzmieć: Dopuszczamy, nie wymagamy aby cewniki były wykonane z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na powyższe pytanie udzielone niniejszym pismem jest obowiązująca.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń