

Białystok, dn. 21.11.2016r.

Nr pisma: DA-ZP-252-61-1/16

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu laryngologicznego**, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-61/16.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

**1. Załącznik nr 1.2 do siwz - Pakiet nr 2**

**W punkcie 1 Załącznika nr 1.2 do siwz (Pakiet nr 2) – Formularz Szczegółowy Oferty było zapisane:**

1.	Mikroskop wyposażony w pięcioramienna podstawę na kółkach, gwarantującą stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach.	
----	---	--

**Punkt 1 Załącznika nr 1.2 do siwz (Pakiet nr 2) – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianie otrzymuje brzmienie:**

1.	Mikroskop wyposażony w podstawę na kółkach, gwarantującą stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach.	
----	--	--

**2. Załącznik nr 1.3 do siwz - Pakiet nr 3**

**W punkcie 12 Załącznika nr 1.3 do siwz (Pakiet nr 3) – Formularz Szczegółowy Oferty było zapisane:**

12.	Gniazdo po połączenia światłowodu typu SMA 905	
-----	--	--

**Punkt 12 Załącznika nr 1.3 do siwz (Pakiet nr 3) – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianie otrzymuje brzmienie:**

12.	Gniazdo do połączenia światłowodu typu SMA 905	
-----	--	--

### 3. Załącznik nr 1.6 do siwz - Pakiet nr 6

W punkcie 1 Załącznika nr 1.6 do siwz (Pakiet nr 6) – Formularz Szczegółowy Oferty było zapisane:

1.	System Shaver i wiertarki przeznaczony do operacji w obrębie zatok przynosowych, podstawy czaszki, krtani i gardła, w tym do operacji migdałów metodą wewnątrz – kapsułową, z obsługą wiertarki szybkoobrotowej do 85 000 RPM	
----	---	--

Punkt 1 Załącznika nr 1.6 do siwz (Pakiet nr 6) – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianie otrzymuje brzemień:

1.	System Shaver i wiertarki przeznaczony do operacji w obrębie zatok przynosowych, podstawy czaszki, krtani i gardła, w tym do operacji migdałków metodą wewnątrz – kapsułową, z obsługą wiertarki szybkoobrotowej do 85 000 RPM	
----	--	--

W punkcie 2 Załącznika nr 1.6 do siwz (Pakiet nr 6) – Formularz Szczegółowy Oferty było zapisane:

2.	Shaver wyposażony w technologię biopolarną i monopolarną przekazywaną bezpośrednio do ostrzy. Moduł elektrochirurgiczny zintegrowany w konsoli.	
----	---	--

Punkt 2 Załącznika nr 1.6 do siwz (Pakiet nr 6) – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianie otrzymuje brzemień:

2.	Shaver wyposażony w technologię bipolarną i monopolarną przekazywaną bezpośrednio do ostrzy. Moduł elektrochirurgiczny zintegrowany w konsoli.	
----	--	--

W punkcie 2 Załącznika nr 1.6 do siwz (Pakiet nr 6) – Formularz Szczegółowy Oferty było zapisane:

5	Konsola shavera wyposażona w ekran dotykowy , wielokolorowy	
---	---	--

Punkt 2 Załącznika nr 1.6 do siwz (Pakiet nr 6) – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianie otrzymuje brzemień:

5	Konsola shavera wyposażona w ekran.	
---	-------------------------------------	--

### 4. Formularz Oferowy

W punkcie 8 Formularz Ofertowego było zapisane:

Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 7A do siwz - Pakiet nr 1; Załącznik nr 7B – Pakiet nr 2 i Pakiet nr 3) oraz ewentualne zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.



**Po zmianie punkt 8 Formularza Ofertowego otrzymuje brzmienie:**

Oświadczamy, że postanowienia zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz ewentualne zmiany zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**UWAGA; Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.


**Jednocześnie Zamawiający publikuje ujednolicone wersje zmodyfikowanych dokumentów:**

Załącznik nr 1.2 – Formularz Szczegółowy Oferty - Pakiet nr 2

Załącznik nr 1.3 – Formularz Szczegółowy Oferty - Pakiet nr 3

Załącznik nr 1.6 – Formularz Szczegółowy Oferty - Pakiet nr 6

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
  
mgr Krystyna Kulesza-Huryń