

Białystok, dnia 16.12.2016 r.

Numer pisma: DA-ZP-252-67-1/16

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do OB, sprzętu laboratoryjnego oraz tuszu do oznakowania materiałów histopatologicznych, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-67/16.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania i odpowiedzi

Pytania do Pakietu nr 1

1. Dot. Pakiet 1 część I Wymagania Zamawiającego pkt 2 – Zamawiający zapisał iż „igły typu motylek do 70 mm”. Zapewne chodziło o długość drenu. Dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 26, 29-31 igieł typu motylek z długością drenu do 80 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

2. Dot. Pakiet 1 część I Wymagania Zamawiającego pkt 10 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zaoferowania aparatu do OB, nie starszego niż 2013. Rok produkcji urządzenia dzierżawionego nie ma znaczenia dla Zamawiającego, gdyż Wykonawca gwarantuje jego sprawność i niezawodność o ile jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy inny rok produkcji od wymaganego w SIWZ, Wykonawca musi wskazać rok produkcji oferowanego aparatu.

3. Dot. Pakiet 1 część I Wymagania Zamawiającego pkt 13 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Monitora 19" Acer LCD V193WLA.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Dot. Pakiet 1 część I Wymagania Zamawiającego pkt 13 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy Zamawiający miał na myśli UPS (400 VA) a nie USB (400VA).

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 2

1. **Dotyczy pakiet 2 pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści inną ilość próbek w opakowaniu – 500 sztuk?

Odpowiedź: Ilość próbek została określona w SIWZ. Wartość oferty dla Pakietu nr 2 powinna zostać określona dla wymaganej w SIWZ ilości. Zamawiający nie określił w siwz wielkości opakowania. Wykonawcy zatem mogą zaoferować próbki w różnych wielkościach opakowań.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 wymaga próbek stealnych typu Falcon, z zakrętką o wymiarach 17x120mm?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Pytania do Pakietu nr 3

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 wymaga kamer typu Fast Read z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul. do analizy 10 różnych próbek moczu o wymiarach kamery 83 x 39mm, wykonane z materiału o najwyższej jakości – akrylu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 4

1. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 c pojemnika o pojemności 155 ml przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 a pojemnika o pojemności 366 ml przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 b pojemnika o pojemności 520 ml przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 c pojemnika o pojemności 850 ml przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 d pojemnika o pojemności 1,2 l przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 e pojemnika o pojemności 2,3 l przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 f pojemnika o pojemności 5,6 l przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 g pojemnika o pojemności 10,6 l przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanego z białego PP z wciskaną szczelną pokrywką, oraz plombą ułatwiającą otwarcie pojemnika, oraz zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem. Pojemnik z umieszczoną na stałe etykietą, miejscem do opisu oraz odpowiednim oznakowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 5

1. Czy Zamawiający wymaga zielonego tuszu do znakowania materiałów tkankowych o pojemności 59 ml, co jest poprawnym przeliczeniem pojemności producenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Projektu umowy –Załącznik nr 5A

1. Dot. Umowa §3 ust. 14 - Zamawiający zapisał iż termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Zważywszy na fakt, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień częściowych w terminie 5 dni) bez zbędnego składowania produktów, taki zapis jest bezzasadny. Dodatkowo nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają ponad 24 m-czny termin ważności (dot. Pakiet 1, część I), a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce, prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił **minimum 6 miesięcy**. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Dot. Umowa § 2 ust. 1 pkt 3 – Zamawiający zapisał iż: „Towar i Sprzęt są fabrycznie nowe (...)”. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: Towar i Sprzęt są fabrycznie nowe – nie dotyczy oferowanych w dzierżawę urządzeń w Pakiecie nr 1 (...)”.

Odpowiedź: § 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Towar jest fabrycznie nowy. Towar i Sprzęt odpowiadają standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materialnych, fizycznych i prawnych oraz, że Towar jest kompatybilny ze Sprzętem.”

3. Dot. Umowa § 7 ust. 3 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w § 7 ust. 3 Umowy, poprzez dopisanie, że „(...) wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania (...), przy zamówieniu jednorazowym powyżej 150,00 zł. netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł. koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną modyfikację zapisów § 7 ust. 3.

4. Dot. Umowy § 10 ust. 1 pkt 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w Umowie § 10 ust. 1 pkt 1 z: „0,1% wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...)” na zapis: „w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...)”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.


5. Dot. Umowy § 10 ust. 1 pkt 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w Umowie § 10 ust. 1 pkt 2 z: „0,1% wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...)” na zapis: „w wysokości 1% wartości brutto brakującego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...)”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

6. Dot. Umowy § 10 ust. 1 pkt 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w Umowie § 10 ust. 1 pkt 3 z: „0,1% wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...)” na zapis: „w wysokości 1% wartości brutto reklamowanej części dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (...)”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń