

Białystok, dnia 21.03.2017r.

Nr pisma: DA-ZP-252-11-1/17

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu okulistycznego, znak sprawy: DA-ZP-252-11/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PAKIET NR 1: Lampa szczelinowa:

1. Podpunkt 2 : Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy z powiększeniem w zakresie 10x, 16x, 25x ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Podpunkt 3: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy z regulacją kompensacji refrakcji badającego w zakresie +/- 6D

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. Podpunkt 5: Czy zamawiający dopuści również lampę z możliwością tylko płynnej regulacji?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

4. Podpunkt 6: Czy zamawiający dopuści również lampę bez decentracji szczeliny?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

5. Podpunkt 9: Czy zamawiający dopuści lampę z filtrami: beczcerwienny, kobaltowy, absorbujący ciepło?

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem, że zaoferowana lampa będzie posiadać również filtry wymagane w Załączniku nr 1.1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet nr 1, pkt. 9.

6. Podpunkt 13: Czy zamawiający dopuści lampę bez zintegrowanego zasilacza w obudowie statywu?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

7. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści lampę szczelinową typu Zeiss z 3 powiększeniami: 10X, 16X, 25X, regulacją kompensacji: +/-6D, okularem 13stopni, bez filtra żółtego?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

1. Dotyczy umowy &2 pkt. 3-5

W przypadku lampy szczelinowej ze stolikiem nie istnieje możliwość zapewnienia kompatybilności sprzętu z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami Zamawiającego. Urządzenie nie posiada oprogramowania, do jego działania potrzebne jest jedynie zasilanie z gniazdka elektrycznego. Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna, że lampa szczelinowa ze stolikiem nie podlega wymaganiom zawartym w w/w punktach?

Odpowiedź: Zapis w § 2 pkt 3-5 nie odnosi się do treści powyższego pytania. Zamawiający uznał, że doszło do omyłki pisarskiej i pytanie powinno dotyczyć § 3.

§ 3 ust. 3 – 5 projektu umowy otrzymują brzmienie:


§ 3

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wzajemną kompatybilność Sprzętu oraz do dołożenia wszelkich koniecznych starań w celu zapewnienia kompatybilności Sprzętu z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami Zamawiającego - **jeżeli dotyczy.**
4. Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z określonymi instalacjami Zamawiającego po ich montażu i uruchomieniu, w szczególności w przypadku zaferowania całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ - **jeżeli dotyczy.**
5. W przypadku zakłóceń lub niemożności uruchomienia określonych instalacji, w szczególności wskutek dostarczenia całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. składających się na Przedmiot Umowy równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej ich wymiany oraz montażu innych, nowych zapewniających prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z instalacjami, urządzeniami i wyposażeniem Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwości w funkcjonowaniu Sprzętu - **jeżeli dotyczy.**

2. Dotyczy umowy &14

Zwracamy uwagę, że &14 umowy Zamawiający zawarł zapisy, które dwukrotnie każą Wykonawcę. Dla przykładu Wykonawca otrzyma karę za niedostarczenie dokumentów wymienionych w &8 pkt 2 zarówno tą opisaną w &14 pkt 1.1 jak i opisaną w &14 punkt 1.1.5. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby w punkcie 1 podpunkt 2-6 paragrafu 14 pozostały te kary, które nie zostały wymienione w podpunkcie 1 punktu 1 paragrafu 14 umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do siwz – Projekt umowy.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń