



Projekt „Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” w ramach Programu Interreg V-A Lithuania-Poland (nr projektu: LT-PL-1R-042)

Załącznik nr 1.5 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-15/17

Pakiet nr 5

Stanowisko do pielęgnacji noworodka – 15 szt

I.p.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2016/2017	

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowany* (podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru)
1.	Wymiary zewnętrzne stolika (mm): 1400 x 580 x 900	
2.	Wymiary szafki (mm): 1100 x 580 mm	
3.	Wysokość od podłoża do blatu (mm) 900 mm	
4.	Stół posiada: 8 szuflad – 2 rzędy szuflad, po 4 w każdym rzędzie, rozdzielone wolną przestrzenią z 2 półkami, z boku szafki	
5.	Wymiar blatu: 1400 x 580 mm	
6.	Stół zbudowany w całości z płyty meblowej, front płyta MDF lakierowane według palety RAL	
7.	Możliwość wyboru kolorystyki stolika, według palety RAL	
8.	8 szuflad jednakowej wielkości, typu metabox	

9.	Stolik wyposażony w 8 szuflad na prowadnicach kulowych	
10.	Stoły posiada 8 nóg z możliwością poziomowania	
11.	Możliwość wyboru wysokości ustawienia półki w otwartej przestrzeni	
12.	Stolik wyposażony w materacyk	
13.	Możliwość wyboru kolorystyki materaca, według palety RAL	
14.	Ogrzewacz noworodkowy – promiennik podczerwieni, wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury powietrza, oraz w system alarmowy.	
15.	Ogrzewacz noworodkowy na stelażu montowanym do tylnej części stolika	
16.	Kosz na odpady z tworzywa z pokrywą wahadłową w obudowie drucianej stalowej, umieszczony na boku stolika pod wydłużoną częścią blatu	
17.	Stolik wyposażony także w elektroniczną wagę dla noworodków	
18.	Waga dwuzakresowa do ważenia niemowląt do 10/20 kg, kołyska z tworzywa sztucznego (polistyren) łatwego do dezynfekcji i demontażu, zasilanie sieciowe 230V AC/11V AC (baterie 6 x AA), wyświetlacz LCD, złącze RS 232	
19.	Gwarancja na całość urządzenia minimum 24 miesiące	

*należy podać oferowany parametr

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT
			netto	brutto	netto	brutto	%
1.	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	15 szt					
RAZEM							

..... dnia

.....
*/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela /*