

Białystok, dn. 12.04.2017r.

Numer pisma: DA-ZP-252-26-2/17

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej oraz Pracowni Diagnostyki Cytologicznej, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-26/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania i odpowiedzi

Pytania do Pakietu nr 1

Pozycja 1: Procesor tkankowy typu zamknięty

1. **Punkt 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie procesora próżniowego tkankowego typu zamkniętego wyposażonego w System zarządzania odczynnikami (SZO), który umożliwi użytkownikowi monitorowanie wykorzystania odczynników na liczbę kaset, cykli i dni. System Zarządzania Odczynnikami (SZO), pozwala na zapewnienie zoptymalizowanego zużycia odczynników oraz najlepsze efekty przepajania. System Zarządzania Odczynnikami jest kontrolowany przez ostrzegawcze wartości progowe, które oznaczają konieczność wymiany odczynnika. Dla każdego odczynnika można zapisać taką wartość, w zależności od jego zastosowania. W urządzeniu wolno stosować uniwersalne odczynniki, zgodnie z lokalnymi i regionalnymi wymaganiami akredytacyjnymi które są powszechnie stosowane w tego typu procesorach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Punkt 5.** Prosimy o dopuszczenie procesora próżniowego tkankowego typu zamkniętego wyposażonego w zewnętrzny układ zasilania awaryjnego (UPS) pozwalający na dokończenie rozpoczętego procesu obróbki tkanek w przypadku zaniku zasilania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 2: Kompletna stacja do zatapiania preparatów

3. **Punkt 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Kompletniej stacji do zatapiania preparatów z dwoma zbiornikami do przechowywania kasetek - każdy ze zbiorników mieści po 54 kasetki?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pozycja 3: Mikrotom rotacyjny manualny

4. **Poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie mikrotomu rotacyjnego manualnego z Systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniemi zmian co 2°.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pozycja 4: Mikrotom rotacyjny półautomatyczny

5. **Poz. 4.** Prosimy o dopuszczenie mikrotomu rotacyjnego półautomatycznego z Systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniemi zmian co 2°.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

6. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie składania ofert na poszczególne urządzenia wymienione w pakiecie 1: Pozycja 1: Procesor tkankowy typu zamknięty; Pozycja 2: Kompletna stacja do zatapiania preparatów; Pozycja 3: Mikrotom rotacyjny manualny; Pozycja 4: Mikrotom rotacyjny półautomatyczny; Pozycja 5: Łażnia wodna z blatem grzewczym; Pozycja 6: Barwiarka automatyczna, co umożliwi Zamawiającemu złożenie większej ilości ofert, a co za tym idzie, pozwoli uzyskać korzystniejszą ofertę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Nie dopuszcza się składania ofert nie obejmujących wszystkich pozycji danego pakietu.

7. **Pakiet nr 1** Proszę o wydzielenie z pakietu 1 punktu 5 - łaźnia wodna z płytą grzewczą.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 z Pakietu nr 1.

8. Pozycja nr 2

Pyt. 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie ze zbiornikiem na parafinę o pojemności 3,3l. ?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pyt. 2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z miejscem na 6 pęset bez podgrzewania?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie bez podświetlanej powierzchni roboczej?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt. 4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na metalowe foremki do zatapiania o wymiarach:

15x15x7 , 24x24x7, 37x37x7?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

9. Pozycja nr 3

Pyt.1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z uchwytem na nożyki jednorazowe z precyzyjną regulacją kąta nachylenia w zakresie 0-80°C ?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

10. Pozycja nr 4

Pyt.1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z uchwytem na nożyki jednorazowe z precyzyjną regulacją kąta nachylenia w zakresie 0-8°C ?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

11. Pozycja nr 5

Pyt 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie bez podświetlania powierzchni wody?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pyt 2.Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z możliwością zakresu temperatury płyty grzewczej do 60°C?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pyt 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o powierzchni roboczej min 23 cm?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na urządzenie o minimalnej długości powierzchni roboczej 23 cm.

12. Pozycja nr 6

Pyt 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z liczbą 20 stacji na odczynniki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z możliwością programowania czasu zanurzenia w każdej stacji od 0-59:59min?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pyt 3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie bez dodatkowego UPS ale wraz z budowaną baterią która zabezpiecza i umożliwia ukończenie reakcji. Jest to najnowszej generacji urządzenie które likwiduje potrzebę dodatkowego UPS.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

13. Dotyczy Pakietu nr 1

Pozycja 1

Pytanie do punktu nr 5

1.Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wyłącznie urządzenie posiadającego dedykowany, wbudowany system zasilania baterijnego UPS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wbudowaną baterię.

2.Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający oczekuje urządzenia z oprogramowaniem w języku polskim.

Odpowiedź: Dopuszczamy oprogramowanie w języku angielskim.

14. **Dotyczy Pakietu nr 1**

Pozycja 2

1. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający oczekuje urządzenia będącego wyrobem medycznym w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. Tylko urządzenia będące wyrobami medycznymi zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno dla użytkownika jak i badanego materiału.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia będącego wyrobem medycznym.

Pytanie do punktu 7

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga zatapiarki posiadającej wbudowany i w pełni zintegrowany z urządzeniem system oświetlenia wraz z możliwością regulacji stopnia intensywności oświetlenia powierzchni roboczej z panelu urządzenia.

Odpowiedź: Dopuszczamy brak regulacji intensywności oświetlenia.

Pytanie do punktu 9

3. Czy zamawiający dopuści metalowe foremki do zatapiania materiału o następujących wymiarach:

- 15 x 15 x 6 mm
- 24 x 24 x 6 mm
- 37 x 24 x 6 mm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

15. **Dotyczy Pakietu nr 1**

Pozycja 3

1. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie miało możliwość późniejszej integracji z systemem transportu skrawka na powierzchni wody do zintegrowanej podświetlanej łaźni wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

16. **Dotyczy Pakietu nr 1**

Pozycja 4

1. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie miało możliwość późniejszej integracji z systemem transportu skrawka na powierzchni wody do zintegrowanej podświetlanej łaźni wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

17. **Dotyczy Pakietu nr 1**

Pozycja 5

Pytanie do punktu 4

1. Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z regulowanym zakresem temperatury wody od 30°C do 55°C?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

18. **Dotyczy Pakietu nr 1**

Pozycja 6

1. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający oczekuje urządzenia z oprogramowaniem w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia z oprogramowaniem w języku polskim.

Pytanie do punktu 9

2. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga wyłącznie urządzenia wyposażonego w dedykowany i wbudowany w urządzenie system podtrzymywania zasilania awaryjnego, pozwalający na dokończenie procesu barwienia.

Odpowiedź: Dopuszczalna jest wbudowana bateria.

19. **Doł. Pakiet 1 pozycja 1 punkt 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie próżniowego procesora tkankowego wyposażonego w system zarządzania i kontroli jakości odczynników informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika w oparciu o monitorowanie stanu odczynników (ilość przeprowadzonego materiału w poszczególnym odczynniku), zliczający ilość przeprowadzanych preparatów, ilość cykli, monitorujący na bieżąco stan urządzenia.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

20. **Doł. Pakiet 1 pozycja 2 punkt 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu regulacji temperatury płyty chłodzącej. Czy Zamawiający oczekuje zaproponowania płyty chłodzącej z regulacją temperatury do -20°C?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zakres regulacji minimum w zakresie 0-(-15)°C.

21. **Doł. Pakiet 1 pozycja 2 punkt 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wygodny bezdotykowy system wylewu parafiny z możliwością regulacji czułości czujnika bezdotykowego oraz z możliwością regulacji intensywności strumienia parafiny.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

22. **Doł. Pakiet 1 pozycja 2 punkt 9**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w foremki do zatapiania o wymiarach: 15x15x7mm; 24x24x7mm; 37x24x7mm.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

23. **Doł. Pakiet 1 pozycja 4 punkt 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie jakiego zakresu cięcia dla cienkich skrawków ze skokiem co 0,5um wymaga Zamawiający. Czy Zamawiający wymaga zaproponowania mikrotomu z możliwością regulacji grubości cięcia dla zakresu od 0,5-10um w skokach co 0,5um?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na minimalny zakres regulacji grubości 0,5-10 um.

24. Dot. Pakiet 1 pozycja 5 punkt 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z możliwością regulacji temperatury płyty grzewczej w zakresie 20-65°C.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

25. Dotyczy: Rozdział 9 pkt a) – termin realizacji dla pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do wydłużenia terminu realizacji zamówienia z 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do 56 dni kalendarzowych od podpisania umowy? Prośbę swą motywujemy faktem, iż zamawiany towar z pakietu nr 1 jest sprowadzany bezpośrednio od producenta zza granicy na specjalne zamówienie klienta. Wykonawca nie chcąc dopuścić do opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas nie zależnych prosi o wydłużenie terminu do 56 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Z góry dziękujemy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytania do projektu umowy

1. Dotyczy Pakietu nr 1

Pozycja 1

Czy Zamawiający w ramach §1 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy wymaga wykonania dodatkowego podłącza prądu oraz odciągu wentylacyjnego przed instalacją sprzętu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający wymaga wykonanie wszelkich innych usług i dostaw wszystkich innych rzeczy koniecznych dla należytego wykonania Umowy, w tym podłączenie do istniejącej instalacji.

Pozycja 6

Czy Zamawiający w ramach §1 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy wymaga wykonania dodatkowego podłącza prądu, wody, odpływu oraz odciągu wentylacyjnego przed instalacją sprzętu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy, Zamawiający wymaga wykonanie wszelkich innych usług i dostaw wszystkich innych rzeczy koniecznych dla należytego wykonania Umowy, w tym podłączenie do istniejącej instalacji.

2. Dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów projektu umowy w §4 ust. 5 pkt 1) na:

„...1) uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy w związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę dopodpisania protokołu odbioru. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;...”

Zapis dotyczący szkód wykonanych bez bezpośredniego związku z wykonywaniem umowy jest zbyt daleko idący. Ewentualne szkody wyrządzone bez związku z wykonywaniem umowy powinny być

rozpatrywane jako szkody wynikające z odpowiedzialności cywilnej sprawcy powstania szkody, nie powinny one rzutować na dalszą realizację umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na modyfikację 4 ust. 5 pkt 1).

3. *Dotyczy projektu umowy*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów projektu umowy w §8 ust. 2 pkt 3) na:

„...3) karty gwarancyjne gwaranta lub karty gwarancyjne...”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę. §8 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie „karty gwarancyjne gwaranta lub karty gwarancyjne producenta”

4. *Dotyczy projektu umowy*

Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby Wykonawca zaraz po wystawieniu faktury VAT przesłał ją na adres poczty elektronicznej Zamawiającego? Usprawni to proces zarówno Zamawiającemu jak i Wykonawcy, a ponadto pozwoli Zamawiającemu na wcześniejszym etapie zweryfikować poprawność jej zestawienia.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5. *Dotyczy projektu umowy*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów projektu umowy w §11 ust. 6 o dodanie zapisu:

... po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia elementu/ sprzętu zastępczego...”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na modyfikację §11 ust. 6.

6. *Dotyczy projektu umowy*

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów projektu umowy w §11 ust. 8 na:

„...Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu Sprzętu na nowy.....”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na modyfikację §11 ust. 8.

7. *Dotyczy projektu umowy*

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie od sformułowania zawartego w §13 poprzez wykreślenie określenia „ex tunc” lub wprowadzenie zapisów dotyczących rozliczenia umowy po odstąpieniu za już wykonaną część umowy dostarczenie/ zainstalowanie części sprzętu.

Wykonanie dostarczenie/ zainstalowanie części sprzętu wiąże się z poniesieniem konkretnych kosztów przez Wykonawcę i po odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego należne staje się wynagrodzenie za dostarczony sprzęt.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

8. Dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów projektu umowy w §14 ust. 1

na::

„...1)0,2% wartości sprzętu/ pozycji brutto którego dotyczy, określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:...”

Prosimy o wykreślenie zapisu pkt 5) ze względu na występowanie kary umownej z tego tytułu w pkt 1).

Odpowiedź: W § 14 ust. 1 zostaje wykreślony pkt. 5).

9. Dotyczy projektu umowy

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §14 :

„ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 10 % wartości Umowy brutto, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Zmiana SIWZ:

Załącznik nr 6A do SIWZ:

1. zmianie ulega treść § 8 ust. 4:

z:

„Odbioru ze strony Zamawiającego dokona Lekarz Kierujący Oddziałem Neonatologii i Patologii z Intensywną Terapią lub osoba upoważniona oraz pracownik Działu Logistyki.”

Na:

„Odbioru ze strony Zamawiającego dokona Kierownik Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Pracowni Diagnostyki Cytologicznej lub osoba upoważniona oraz pracownik Działu Logistyki. „

2. Zmianie ulega §8 ust. 2 pkt 3):

z:

„karty gwarancyjne producenta”

na

„karty gwarancyjne gwaranta lub karty gwarancyjne producenta”

3. Zmianie ulega § 14 ust. 1:

z:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:
 - a) § 2 ust. 2 pkt 5,
 - b) § 3 ust. 5,
 - c) § 6 ust. 1,
 - d) § 8 ust. 2,
 - e) § 10 ust. 4;
 - f) § 11 ust. 2 – 4,
 - g) § 11 ust. 8;
- 2) 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3;
- 3) 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;
- 4) 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 w przypadku niezapewnienia kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5;
- 5) 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru;
- 6) 10 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy."

Na:


„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 0,2% wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:
 - a) § 2 ust. 2 pkt 5,
 - b) § 3 ust. 5,
 - c) § 6 ust. 1,
 - d) § 8 ust. 2,
 - e) § 10 ust. 4;
 - f) § 11 ust. 2 – 4,
 - g) § 11 ust. 8;
- 2) 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3;
- 3) 5 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;
- 4) 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 w przypadku niezapewnienia kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5;

- 5) 10 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy."
-

UWAGA; Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń