

Pakiet nr 9

Lampa do fototerapii niemowląt wraz z kombinezonem ochronnym

I.p.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2016/2017	

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowany* (podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru)
1.	<p>Lampa łóżeczkowa do stosowania przy leczeniu niemowląt bez konieczności używania okularków ochronnych ze światłem terapeutycznym nie wystających się poza lampę.</p> <p>WYPOSAŻENIE</p> <p>1. Plastikowa folia na ramę podtrzymującą dziecko – 1 szt. (jako dodatkowe wyposażenie)</p> <p>Kombinezon terapeutyczny wielorazowy</p> <p>- 2 szt. (100 % bawełna) – z możliwością prania w standardowych detergentach, temperatura prania 60 – 90 °C</p>	

*należy podać oferowany parametr

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT
			netto	brutto	netto	brutto	%
1.	Lampa do fototerapii niemowląt wraz z kombinezonem ochronnym	3 szt					
RAZEM							

..... dnia

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela /