

Białystok, dnia 07.04.2017r.

**Nr pisma: DA-ZP-252-27-1/17**

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu okulistycznego, znak sprawy: DA-ZP-252-27/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby biometr optyczny posiadał sondę ultradźwiękową do biometrii? (w zestawieniu parametrów technicznych jest określona, jako opcja, ale jednocześnie opisana jako wymagana i dodatkowo w opisie przedmiotu zamówienia biometr jest określony jako „biometr optyczny z biometrią ultradźwiękową”).


**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby biometr optyczny posiadał sondę ultradźwiękową do biometrii.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby biometr optyczny posiadał sondę ultradźwiękową do pachymetrii? (w zestawieniu parametrów technicznych jest określona, jako opcja, ale jednocześnie opisana jako wymagana).

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia, które mają angielskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu, itp.)? Do urządzeń załączone będą polskojęzyczne instrukcje obsługi w wersji papierowej i elektronicznej.

**Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę.

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
  
mgr Krystyna Kulesza-Huryń