

Białystok, dn. 21.04.2017r.

Numer pisma: DA-ZP-252-23-3/17

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-23/17.

**KOREKTA ODPOWIEDZI
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań oraz korektę odpowiedzi do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielonych przez Zamawiającego pismem nr DA-ZP-252-23-2/17 z dnia 20.04.2017r.:

Zamawiający koryguje treść udzielonych odpowiedzi na :

1. Pytanie nr 1 do Pakietu nr 1

Treść pytania:

dotyczące części nr 1 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści glukometr z hematokrytem mieszczącym się ze swoim zakresem w nowej normie ISO 15197:2015?

Odpowiedź udzielona: Dopuszczamy.

Powinna być: Zgodnie z SIWZ.

2. Pytanie nr 2 do Pakietu nr 1


Treść pytania:

dotyczące części nr 1 pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga, aby paski do glukometru miały górny zakres temperatury przechowywania minimum do 35 st. C?

Odpowiedź udzielona: Wymagamy.

Powinna być: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielone niniejszym pismem są obowiązujące.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń