

Białystok, dnia 30.05.2017r.

Nr pisma: DA-ZP-252-42-1/17

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu do sterylizacji, oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-42/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Prosimy o dopuszczenie wanienki a 30 L spełniającej wymogi SIWZ o wymiarach zewnętrznych 620 x 405 x 240 (mm).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 2

poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie wanienki a 3 L spełniającej wymogi SIWZ o wymiarach zewnętrznych 300 x 185 x 125 (mm).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

poz. 2

1. Prosimy o dopuszczenie wanienki a 5 L spełniającej wymogi SIWZ o wymiarach zewnętrznych 555 x 205 x 135 (mm).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie wanienki a 10 L spełniającej wymogi SIWZ o wymiarach zewnętrznych 400 x 300 x 180 (mm).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 3

1. Prosimy o dopuszczenie wanienki a 10 L spełniającej wymogi SIWZ o wymiarach zewnętrznych 400 x 300 x 180 (mm).

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 4

pozycja nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści wanienkę 4,5 litra bez zatrząsków. Wanienka spełnia wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 5

poz. a,b,c

1. Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny o zawartości siarczanów 0,034% oraz nie spełniający normy 11607-2? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy należy zaferować papier biały oraz zielony czy papier naprzemiennie pakowany biały i zielony?

Odpowiedź: W Pakiecie nr 5 poz. 1 a, b i c należy zaferować papier pakowany naprzemiennie.

poz. 2 a,b

1. Czy Zamawiający dopuści materiał do sterylizacji w kolorze niebieskim i zielonym o składzie: pulpa celulozowa > 50 % (użyty materiał nie pochodzi z recyklingu, nie zawiera chloru), włókna syntetyczne < 30%, spoiwo < 20%, dodatki oraz wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż 2,10 kN/m oraz w poprzek 0,90 kN/m?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści materiał do sterylizacji w kolorze zielonym o gramaturze 57 g/m²?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

poz. 2 a

1. Czy Zamawiający dopuści materiał opakowaniowy do sterylizacji pakowany A²⁵⁰ arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy materiał opakowaniowy do sterylizacji pakowany A²⁵⁰ arkuszy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać zaferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilości opakowań w taki sposób, aby możliwa była realizacja przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści materiał opakowaniowy do sterylizacji pakowany A'100 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy materiał opakowaniowy do sterylizacji pakowany A'100 arkuszy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać zaferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilości opakowań w taki sposób, aby możliwa była realizacja przedmiotu zamówienia.

poz. 3

Prosimy o wyłączenie powyższej pozycji z pakietu 5. Pozwoli to naszej firmie na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 6

poz. nr 1 i 2:

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie rękawów sterylizacyjnych do oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści rękawy posiadające pięciowarstwową folię oraz siłę zgrzewu 2,5 N/15mm dla wszystkich rozmiarów rękawów. Rękawy spełniają wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści rękawy nie spełniające normy 867-5?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

poz. 3-8:

Prosimy o wyłączenie powyższych pozycji z pakietu 6. Pozwoli to naszej firmie na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

poz. 1 h:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 38cm x 200m?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 8

poz. 1.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy naboje gazowe z tlenkiem etylenu 100g do sterylizatora gazowego typu SM STERWAC 5XL powinny być zgodne z instrukcją użytkownika sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora?

Odpowiedź: Naboje muszą być przeznaczone do sterylizatora wskazanego w SIWZ.

Pytania dotyczące wzoru umowy:

1. Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 1.1: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „0,1 % wartości brutto dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w....”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 1.2: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto zwiększonego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy słowa „ opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić w przypadku co najmniej dwukrotnego dostarczenia towaru ze zwłoką (czyli opóźnieniem zawinionym przez Wykonawcę), nie zaś w przypadku jakichkolwiek opóźnień, czyli także niezawinionych przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, *„mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”*. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

5. Czy Zamawiający zgodzi się, aby kara umowna określona w §6 ust. 1:


a) lit. a,b – naliczana była od wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

b) lit.c– naliczana była od wartości brutto dostawy niezrealizowanej w terminie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

6. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń