

Pakiet nr 43

Sonda USG - 1 szt

A. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

l.p.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2017	

*należy wypełnić

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany*
1.	Kompatybilna z aparatem firmy Toshiba Aplio 500	
2.	Sonda typu convex, elektroniczna	
3.	Szerokopasmowa 1,5 – 6,0 MHz	
4.	Wieloczęstotliwościowa do diagnostyki narządów jamy brzusznej, miednicy małej itp.	
5.	Kąt widzenia 70°	
6.	Doppler pulsacyjny	
7.	Doppler kolorowy, w tym Power Angio	
8.	Sonda 128 elementowa – wykonana w technologii cięcia kryształów, zwiększającej ogniskowanie wiązki wysyłanych impulsów ultrasonograficznych, odpowiadająca głowicom matrycowym.	

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta *lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia*.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT
			netto	brutto	netto	brutto	
I.	Sonda USG	1 szt.					
RAZEM:							

..... dnia

*/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela /*