

Pakiet nr 12

Ssaki próżniowe - 5 szt

L.p.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2017	

*należy wypełnić

A. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

L.p.	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1.	Regulator ssania na podciśnienie w zakresie (0-100)Kpa z zabezpieczeniem p/przelewowym i filtrem p/bakteryjnym, montowany na szynie o przekroju 25x10 mm, podłączany do gniazda próżni za pomocą wężyka o dł. 1m zakończonego wtykiem kątowym AGA	
2.	Dwa kompletne słoje zbiorcze (materiał PC) z pokrywami, nadające się do sterylizacji w temp. 134 °C	
3.	Uchwyty 2szt do montażu słoje na szynie o przekroju 25x10 mm	
4.	Węże silikonowe 2szt po 2m długości, PR-12/6, twardość 70Sh	

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do ofert materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregośkolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT
			netto	brutto	netto	brutto	
I.	Ssaki próżniowe	5 szt					
RAZEM:							

..... dnia

*/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela /*