

Białystok, dnia 28.06.2017r.

**Nr pisma: DA.ZP.242.49.1.2017**

**Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **stymulatorów serca**, znak sprawy: DA.ZP.242.49.2017.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

1. Część A: Stymulator serca jednojamowy z elektrodami:

Poz. 25) Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy z algorytmem automatycznie dostosowywującym energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min., ale zapewniający dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym impulsie?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

2. Część B: Stymulator serca dwujamowy DDDR z elektrodami:


Poz. 35) Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy z algorytmem automatycznie dostosowywującym energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min., ale zapewniający dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym impulsie?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

3. Część C: Stymulator serca dwujamowy VDDR:

Poz. 35) Czy Zamawiający dopuści stymulator serca dwujamowy VDDR z algorytmem automatycznie dostosowywującym energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min., ale zapewniający dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym impulsie?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
  
mgr Krystyna Kulesza-Huryń