

Białystok, dn. 07.08.2017r.

Numer pisma: DA.ZP.242.51.7.2017

Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych oraz preparatów dezynfekcyjnych, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.51.2017.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania do Pakietu nr 1

1. **Poz. 1b)** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gazy 7,6x10,2 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Poz. 1c)** - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru gazy 2,6x5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. **Poz. 2,3:** Czy zamawiający dopuści gąbki hemostatyczne kolagenowe z oczyszczonego kolagenu bydłowego. Materiał jałowy, apirogeny oraz wchłaniający. Pozwala na szybkie wstępne zaopatrzenie rany, co powoduje zatamowanie krwawienia w sposób mechaniczny. Tworzy sieć fibrynową zapewniając stabilizację wstępnego opatrunku. Gdy dojdzie do kontaktu kolagenu z krwią, płytki przywierają do siebie i uwalniają czynniki krzepnięcia, co razem z czynnikami w osoczu prowadzi do powstawania fibryny i ostatecznie do utworzenia skrzepu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Poz. 2a)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek hemostatycznych w jednym z poniższych rozmiarów:

- 2.5 x 5.0 cm,
- 5.0 x 8.0 cm,
- 8.0 x 10.0 cm?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie który z ww. rozmiarów opatrunków może zaoferować wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. **Poz. 2b)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek hemostatycznych w jednym z poniższych rozmiarów:

- 2.5 x 5.0 cm,
- 5.0 x 8.0 cm,
- 8.0 x 10.0 cm?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie który z ww. rozmiarów opatrunków może zaoferować wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. **Poz. 3a):** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek hemostatycznych w jednym z poniższych rozmiarów:

- 2.5 x 5.0 cm,
- 5.0 x 8.0 cm,
- 8.0 x 10.0 cm?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę o wskazanie który z ww. rozmiarów opatrunków może zaoferować wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści tampony neurochirurgiczne sterylne wykonane z niekłaczącej i nieodblaskowej włókniny bawełnianej 100%, kolor biały, czterowarstwowe, znacznik RTG w postaci przyklejonej nitki, nitka przytwierdzona do połowy. Pakowane po 25 saszetek w opakowaniu po 10 sztuk watek w każdej saszetce.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości tamponów wynikające z różnicy w wielkości opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Dopuszczamy

3. **Pakiet 2 poz. b)** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 25x25mm z możliwością docięcia śródoperacyjnego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. **Pakiet 2 poz. c)** Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20x40mm z możliwością docięcia śródoperacyjnego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 8

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8** dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki chirurgiczne z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Gramatura implantu 48 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm, roz. 6 x 11 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści siatkę chirurgiczną, polipropylenową z niebieskimi znacznikami wzmacniającymi siatkę i ułatwiającymi pozycjonowanie, niewchłaniałna, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 34g/m², grubość 0,35mm, wielkość porów 1,3mm, rozm. 6x9cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 11

1. Czy zamawiający w Pakiecie 11 nie dokonał omyłki pisarskiej, czy wskazane nici nie powinny być powleczone: mieszaniną kaprolaktanu glikolidu i **stearyoilomleczanu** wapnia (zamiast mieszaniną kaprolaktanu glikolidu i **searyoilomleczanu** wapnia).

Odpowiedź:

Doszło do omyłki pisarskiej: jest: „(..) mieszaniną kaprolaktanu glikolidu i **searyoilomleczanu** wapnia” ,
powinno być: „ (...)mieszaniną kaprolaktanu glikolidu i **stearyoilomleczanu** wapnia”

2. Czy zamawiający w Pakiecie 11 pozycja 13 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej 27mm (zamiast 30mm) pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy zamawiający w Pakiecie 11 pozycje 24 i 26 dopuści szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego powlekane mieszaniną wymienionych kwasów oraz stearynianem wapnia? Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. zgodnie z SIWZ, czas wchłaniania do 70 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. Pakietu nr 11 poz. 3,7,10 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytania do Pakietu nr 12

1. Czy zamawiający w Pakiecie 12 pozycja 3 i 8 dopuści igłę oznaczoną w katalogu jako: Igła okrągła 1/2 koła 37mm **wzmocniona** (zamiast: Igła okrągła 1/2 koła 37mm **gruba**), pragnę zaznaczyć, że jest to produkt obecnie używany przez zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w **pakiecie 12** szew z poli-p-dioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym przy 14 dniach 90%, 50% między 28-35 dniem, wchłanianie szwu 180-210 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1** igłę 2x65 mm w miejsce 2x60 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 6, 7, 9, 10** igłę 26 mm w miejsce 27 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1-3, 5-7, 9, 10** długość nici 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 10** igłę podwójną w miejsce pojedynczej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe, długowchłanialne, wykonane polidioksanonu? Zdolność podtrzymywania tkankowego w węźle po 2 tyg.75% pierwotnej siły a po 4 tyg. 65%-70%. Czas wchłaniania do 7 miesięcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Dot. Pakietu nr 12 poz. 6,7 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 26 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 13

1. Czy zamawiający w Pakiecie 13 pozycja 1 dopuści: Igła okrągła, wzmocniona 1/2 koła dł.37mm (zamiast: Igła okrągła, wzmocniona, 1/2 koła dł.37mm, czarna powlekana woskiem), oraz nić 75 cm, czarną powlekaną woskiem?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 14

1. **Pakiet 14 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści elastyczną, transparentną, polipropylenową siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych, składającą się z niewchłaniających monofilamentowych włókien polipropylenowych tkanych w strukturze 3D, pokrytych tlenkiem tytanu zapobiegającą powstawaniu zrostów. Siatka posiadająca właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej umocowania staplerem. Siatka posiadająca znacznik kierunkowy w kolorze niebieskim, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru. Rozmiar pora 3,3 x 2,3 mm, grubość 0,7 mm, gramatura siatki 65 g/m² w rozmiarze:
poz. 1a) 10cm x 15cm z możliwością docięcia,
poz. 1d) 30cm x 30cm z możliwością docięcia?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. **Pakiet 14 poz. 2 a,b,c,d** Czy Zamawiający dopuści lekką syntetyczną siatkę z polipropylenu monofilamentowego, gramatura 35g/m², grubość 0,42mm, rozmiar porów 4 mm² ?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

3. **Pakiet 14 poz. 2 c** Czy Zamawiający dopuści lekką syntetyczną siatkę z polipropylenu monofilamentowego, gramatura 35g/m², grubość 0,42mm, rozmiar porów 4 mm² w rozmiarze 25cm x 25cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

4. **Pakiet 14 poz. 2 d** Czy Zamawiający dopuści lekką syntetyczną siatkę z polipropylenu monofilamentowego, gramatura 35g/m², grubość 0,42mm, rozmiar porów 4 mm² w rozmiarze 35cm x 30cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

5. **Pakiet 14 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści lekką makroporową, polipropylenową, monofilamentową siatkę do plastyki przepuklin, gramatura 60g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

6. **Pakiet 14 poz. 3b** Czy Zamawiający dopuści lekką makroporową, polipropylenową, monofilamentową siatkę do plastyki przepuklin, gramatura 60g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm w rozmiarze 10cm x 16cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

7. **Pakiet 14 poz. 3d** Czy Zamawiający dopuści lekką makroporową, polipropylenową, monofilamentową siatkę do plastyki przepuklin, gramatura 60g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

8. dot. pakietu nr 14:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 14 następujących pozycji: 1a, 1b oraz 1c, utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu oraz dopuszczenie następujących produktów:

Poz. 1a: Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłaniałym hydrożelem (wchłaniały w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)

Siatka z balonem z termoplastycznego poliuretanu, fabrycznie przymocowanym do siatki pozwalającym na łatwe i maksymalnie płaskie rozłożenie siatki. Balon usuwalny po ostatecznym spójczeniu siatki. Siatka okrągła w rozmiarze 11,4cm.

Zestaw sterylny, jednorazowy zawiera: siatkę z balonem, narzędzie do zwijania siatki, strzykawkę do napełniania balonu, łącznik.

Poz. 1b: Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczone biowchłaniałym hydrożelem (wchłaniały w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboxymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)

Siatka z balonem z termoplastycznego poliuretanu, fabrycznie przymocowanym do siatki pozwalającym na łatwe i maksymalnie płaskie rozłożenie siatki. Balon usuwalny po ostatecznym spozycjonowaniu siatki. Siatka w kształcie elipsy w rozmiarze 10.2 x 15.2cm.

Zestaw sterylny, jednorazowy zawiera: siatkę z balonem, narzędzie do zwijania siatki, strzykawkę do napełniania balonu, łącznik.

Poz. 1c: Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczone biowchłaniałym hydrożelem (wchłaniały w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboxymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Siatka w kształcie elipsy w rozmiarze 20.3 x 25.4cm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie. Zgodnie z SIWZ.

9. dot. pakietu 14:

„Czy Zamawiający dopuści w poz.2a siatkę przepuklinową, polipropylenową, monofilamentową, lekką, makroporową, o delikatnej strukturze, z możliwością docinania, bez cech strzępienia, pakowaną po 3 sztuki, w rozmiarze 5 x 10cm;

W poz. 2b siatkę przepuklinową, monofilamentową, lekką, makroporową, o delikatnej strukturze, z możliwością docinania, bez cech strzępienia, pakowaną po 3 sztuki, każda w sterylnym opakowaniu, w rozmiarze 10 x 15cm;

W poz. 2c siatkę przepuklinową, monofilamentową, lekką, makroporową, o delikatnej strukturze, z możliwością docinania, bez cech strzępienia, pakowaną po 3 sztuki, każda w sterylnym opakowaniu, w rozmiarze 15 x 15cm;

W poz. 2d siatkę przepuklinową, monofilamentową, lekką, makroporową, o delikatnej strukturze, z możliwością docinania, bez cech strzępienia, pakowaną po 1 sztuce, w rozmiarze 30.5 x 30.5cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 15

1. Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający w Pakiecie 15 w pozycjach 9, 10, 11 oczekuje dostarczenia nici polibutesterowej, zgodnie z tym co jest napisane w kolumnie długość nici, a brak wzmianki o tym w opisie nad tabelą dotyczącą produktów tego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający w Pakiecie 15 pozycja 11 dopuści szew o długości 90 cm (zamiast 75 cm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. Pakietu nr 15 poz. 8-11,21-26 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

4. **Pakiet Nr 15, pozycja 1 – 7, 12-19** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tych pozycji.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 15 na wyłączenie pozycji od 1 do 7 i od 12 do 19 tj. szwów skórnych poliamidowych i utworzenie z nich odrębnego zadania? **UZASADNIENIE:** Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytania do Pakietu nr 16

1. **Pakiet 16 - Pozycja 4** : Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz 4 wyrazi zgodę na złożenie oferty na worek do ewakuacji pobranych próbek jednorazowego użytku długość trzonu 28,9cm; 7,5cm x 17cm - wyrażony w cm a nie calach prawie identyczny rozmiar?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pakiet 16 - Pozycja 5**: Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz 5 wyrazi zgodę na złożenie oferty na worek do ewakuacji pobranych próbek jednorazowego użytku długość trzonu 28,9 cm; 12,5cm x 20cm - wyrażony w cm a nie calach prawie identyczny rozmiar?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. **Pakiet 16 - Pozycja 6**: Czy Zamawiający w pakiecie 16 poz 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o wymiarach 13 x 23 cm (pojemność 1500 ml) z elastyczną metalową obręczą o średnicy trzonu 12mm (przechodzi przez trokar 12 oraz 15mm), długość trzonu 29,5cm, nie zawiera lateksu. (1 op.=5szt), ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 17

1. Dot. Pakietu nr 17 poz.1,2 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. Pakietu nr 17 poz. 6 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści monofilament syntetyczny – wchłaniający: okres podtrzymywania około 40% po 14 dniach, okres wchłaniania 90-120 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. Pakietu nr 17 poz.7,8 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny, pleciony, bezbarwny, szybkowchłaniający z kwasu glikolowego ? Okres podtrzymywania ok. 50% po 8-11 dniach, 0% po 21 dniach, Czas absorpcji do 42 dni

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Dot. Pakietu nr 17 poz. 7,8, 9-10 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytania do Pakietu nr 18

1. Dot. Pakietu nr 18 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, poliestrowy powlekany silikonem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 19

1. **Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, poz. nr 1-3**: Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, brak badań klinicznych o obkurczeniu siatki, siatka w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **dot. pakietu nr 19:**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 19 pozycji 4, 6, 8, utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu oraz dopuszczenie w ww. pozycjach następujących produktów:

Poz.4: Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczone biowchłanianym hydrożelem (wchłaniany w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboxymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG)
Siatka z balonem z termoplastycznego poliuretanu, fabrycznie przymocowanym do siatki pozwalającym na łatwe i maksymalnie płaskie rozłożenie siatki. Balon usuwalny po ostatecznym spójcyonowaniu siatki. Siatka w kształcie elipsy w rozmiarze 10.2 x 15.2cm.

Poz.6: Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczone biowchłanianym hydrożelem (wchłaniany w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboxymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Siatka w kształcie elipsy w rozmiarze 15.2 x 20.3cm.

Poz.8: Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczone biowchłanianym hydrożelem (wchłaniany w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboxymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Siatka w kształcie elipsy w rozmiarze 25.4 x 33.0cm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie. Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 20

1. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1** siatkę wchłanianą do czasowego wsparcia rany lub narządu o 50% zdolności podtrzymywania po 18 dniach i absorpcji w ciągu 60-90 dni, rozmiar oczek 0,75 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania do Pakietu nr 21

1. Czy zamawiający w Pakiecie 21 pozycja 32 dopuści instrument z wchłanianymi wkrętami o wysokości aktywnej 4,1 mm (zamiast 41mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pakiet Nr 21, pozycja 9** – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie tej pozycji.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytania do Pakietu nr 22

1. Dot. Pakietu nr 22 poz. 2-4,6-8,10,14,15,18,20,24-39,47,48 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie szwów bez powleczenia antybakteryjnego.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

2. Dot. Pakietu nr 22 poz.9 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

3. Dot. Pakietu nr 22 poz. 22,26,28,29,31,32,33,37,46 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Dot. Pakietu nr 22 poz.22,24-26,28,29,32,37, Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 30mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. Pakietu nr 22 poz.25 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzona).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Dot. Pakietu nr 22 poz.23,40,41 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Dot. Pakietu nr 22 poz.27,31,33 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 37mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Dot. Pakietu nr 22 poz.41 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 13mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 23

1. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 1, 2** długość nici 70 cm w miejsce 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza w **poz. 1, 2** igły odwrotnie tnące 3/8 koła kosmetyczne/plastyczne z ostrzem mikro-point? Igły kosmetyczne z poz. 1 i 2 o spłaszczonej części trzonowej igły dla zwiększenia stabilności w imadle.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 3** igłę 43 mm w miejsce 45 mm?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuszcza w **poz. 4** igłę 37 mm w miejsce 36 mm? Igły z poz. 3 i 4 z półkwadratowym przekrojem trzonu dla zwiększenia stabilności w imadle.

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. Pakietu nr 23 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści powlekany szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony z kwasu glikolowego? Efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 21 dni. Profil podtrzymywania tkankowego 50% po 8-11 dniach, 0% po 21 dniach. Okres wchłaniania do 42 dni. Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Dot. Pakietu nr 23 poz. 1,2 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Dot. Pakietu nr 23 poz.3,5 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 24

1. Dot. Pakietu nr 24 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny zbudowany z polidoksanonu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, profil podtrzymywania tkankowego: 14dni ok.75%, 28 dni ok.65%-70%, 43 dni ok.55-60%, okres wchłaniania 180-210dni? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. Pakietu nr 24 poz. 4-11,14,20-23 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu lub dopuszczenie szwów bez powleczenia antybakteryjnego.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

3. Dot. Pakietu nr 24 poz.12,13 Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytania do Pakietu nr 25

1. Dot. Pakietu nr 25 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew monofilamentowy, niewchłanialny wytworzony z włókna poliamidowego, szew charakteryzuje się obniżoną hydrofilnością? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 26

1. Dot. Pakietu nr 26 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nić plecioną z pojedynczych włókien jedwabnych, które przed wyplotem są poddawane specjalnej obróbce chemicznej, której celem jest usunięcie naturalnych wosków i klejów? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Dot. Pakietu nr 26 poz. 1,2,3,6 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. Pakietu nr 26 poz. 9 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 27

1. Dot. Pakietu nr 27 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew pleciony, niewchłaniający silikonem? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. Pakietu nr 27 poz. 4 Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 28

1. Dot. Pakietu nr 28 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłaniający z czystego polipropylenu? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. Pakietu nr 28 poz. 2,3,4 Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. Pakietu nr 28 poz. 15,16 Proszę o informację jaka długość igły wymagana jest dla w/w pozycji.

Odpowiedź: Długość igły 75 mm.

Pytania do Pakietu nr 29

1. Dot. Pakietu nr 29 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, o profilu podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, okres wchłaniania 90-120 dni? Szew bez powleczenia antybakteryjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Dot. Pakietu nr 29 poz. 2 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytania do Pakietu nr 33

1. Dot. Pakietu nr 33 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści siatka przepuklinowa monofilamentowa, polipropylenowa o parametrach grubości nici 0,15 mm, wielkość porów 1,2-1,4mm, grubość siatki 0,56 mm, gramatura 70 g/m²? Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 4 etykiety z możliwością wklejenia do protokołu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. dot. pakietu nr 33:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1b z pakietu nr 33, utworzenie odrębnego zadania dla tej pozycji oraz dopuszczenie następujących parametrów produktu:
Ultralekka siatka polipropylenowa, monofilamentna; o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie 3D, doskonale dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z niebieskim, przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropyleń monofilamentny o wadze 42 g/ m². Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna; w rozmiarze 7.9 x 13.4cm.”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie. Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu 34

1. Czy zamawiający dopuści wosk składający się z wosku pszczelego 75% parafiny stałej 15% i palmitynianu izopropylu 10%?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pakiet Nr 34, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie: mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu 35

1. Dot. Pakietu nr 35 poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy w Pakiecie nr 35 Zamawiający dopuści nici jedwabne powleczone silikonem?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy w Pakiecie nr 35 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 6/0 z 2 igłami odwrotnie tnącymi?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy w Pakiecie nr 35 poz. 2 Zamawiający dopuści nić 7/0 z 2 igłami o dł. 6,5mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy w Pakiecie nr 35 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 8/0 z 2 igłami o dł. 6,0mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu 37

1. Dot. Pakietu nr 37 Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici niewchłaniające, plecione, poliestrowe, powlekanie?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 39

1. Pakiet 39 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ust. Pzp oraz zapisami SIWZ pkt. 13 ppkt 3) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat o tym samym przeznaczeniu czyli alkoholowy środek w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, działający w tym samym czasie czyli higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek, chirurgiczna 1,5 minuty, posiadający pełne spektrum działania czyli B (w tym MRSA i Tbc,) F (C. albicans), V (Adeno, Polio, Noro), zarejestrowany również jako produkt biobójczy, różniący się

wyłącznie składem – produkt wyłącznie na bazie etanolu 80,08g/w 100 g produktu, bez zawartości innych substancji dodatkowych (proponowany preparat osiąga spektrum podane w SIWZ bez innych substancji co działa na korzyść użytkownika ponieważ nie podrażnia skóry rąk, a tym samym wykazuje lepsze właściwości), tak samo jak opisany w SIWZ nie zawiera substancji zapachowych, barwników, chlorheksydyny i QAC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy w pakiecie nr 39 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego w składzie alkohole alifatyczne (w tym alkohol etylowy 72 g/100g produktu) (mieszanina alkoholi alifatycznych powyżej 75 g), bez dodatkowych substancji czynnych, zawierającego w składzie kompozycję substancji pielęgnujących, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie mieszaninę dwóch alkoholi (w tym etanol 70g/100g produktu) oraz substancję dodatkową z innej grupy chemicznej? Preparat spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy zamawiający dopuści preparat, w którym stężenie etanolu jest wyrażone jako % objętościowo/objętościowy, który zgodnie z wytycznymi WHO jest na ogół przyjętym sposobem przedstawiania stężenia alkoholu w preparatach do dezynfekcji rąk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 39 i 41

1. Pakiet 39 i 41 – Prosimy o wyjaśnienia, że wykonawca ma stosować się do zapisów SIWZ rozdział C pkt I ppkt 1. W związku z powyższym wnosimy o odstąpienia od wymogu nieodpłatnego dostarczenia pompek ponieważ stanowią one koszt wykonawcy (cena zakupu lub cena wytworzenia) a co za tym idzie muszą zostać wliczone w cenę preparatu. Prosimy o konieczność wyliczenia ceny pompki w formularzu cenowym jako osobnej pozycji (jako wyrób niemedyyczny posiada 23% stawkę vat). Wyliczenie ceny pompki pozwoli zachować uczciwą konkurencję wśród wykonawców. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodę prosimy o uzasadnienie dlaczego nie możemy wliczyć kosztu, który ponosimy do ceny produktu.

Odpowiedź: Zamawiający zmieniając opis przedmiotu zamówienia odstąpił od wymogu dostarczenia pompek.

Pytania do Pakietu nr 41

1. Pakiet 41 – Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z art. 29 ust. 2 ust. Pzp oraz zapisami SIWZ pkt. 13 ppkt 3) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny preparat o tym samym przeznaczeniu czyli alkoholowy środek w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, działający w tym samym czasie czyli higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek, chirurgiczna 90 sekund, posiadający pełne spektrum działania czyli B (w tym MRSA i Tbc,) F (C. albicans), V (Adeno, Polio, Noro), zarejestrowany również jako produkt biobójczy, różniący się wyłącznie składem – produkt na bazie etanolu 57,6g oraz 10 g 1-propanolu/ w 100 g produktu, zawierające inne substancje pielęgnujące i nawilżające skórę niż Panthenol, o delikatnym zapachu i tak samo jak opisany w SIWZ nie zawiera barwników, chlorheksydyny i QAC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk szczególnie wrażliwych, o pH 5,0 neutralnym dla skóry. Preparat jest oparty na synergistycznym działaniu 2-propanolu, chlorku benzyloalkiloamoniowego oraz kwasu undecyloвого. Preparat nie zawiera jodu, chlorheksydyny, etanolu, kwasu mlekowego, fenolu i jego pochodnych. Chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie do 3 min. Preparat jest skuteczny wobec: B, Tbc, F (*C. albicans*), V (HBV, HIV, Rota, wirusy opryszczki). Preparat posiada pozytywną opinię kliniczną dopuszczającą do stosowania do dezynfekcji rąk personelu na oddziałach gdzie przebywają noworodki, niemowlęta i dzieci. Preparat zarejestrowany jest jako produkt leczniczy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści do oceny, alkoholowy preparat w płynie, zarejestrowany jako wyrób medyczny, zawierający w składzie etanol 96% (79,9g), substancje nawilżające oraz pochodne kwasu mlekowego i glicerolu, które chronią skórę przed wysuszeniem, o spektrum działania B (w tym MRSA), Tbc, F (*Candida albicans*), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, H1N1, Polio, Adeno, Rota, Noro)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Projektu umowy

1. Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 2 – Prosimy o zmianę zapisu umowy na określenie procentowej realizacji umowy ponieważ Zamawiający przystępując do postępowania zna w przybliżeniu okresowe zapotrzebowanie środków i ich zużycie ponieważ stosuje art.35 ust. 1 ust Pzp. Zastosowany zapis gwarantuje nam jako wykonawcom zakup tylko 1 opakowania. Przystępując do postępowania gwarantujemy bardzo krótki termin dostawy od 1 do 4 dni oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) oświadczamy, że dysponujemy towarem w odpowiedniej ilości. Proponujemy następujący zapis: „Podana ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, ale zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 70-80% ogólnej wartości umowy”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 8 – Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez pojęcie: „Zamawiający może również później, bez ograniczeń...”. Prosimy o sprecyzowanie zapisów ponieważ ww. przytoczony jest niejasny.

Odpowiedź: Chodzi o ograniczenie czasowe, czyli „...również później, bez ograniczeń czasowych”

3. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1, 2, 3 – prosimy o wyjaśnienie dlaczego kara umowa liczona jest od całości wartości zamówienia a nie od niedostarczonego towaru, szczególnie, że Zamawiający nie gwarantuje zgodnie z § 1 ust. 2 zakupu towaru w całości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 - w związku z powyższym pytaniem prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na "0,1 % wartości brutto zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia"?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 10.2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 0,1% wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w: a) § 2 ust. 2, b) § 3 ust. 2, c) § 3 ust. 10 pkt. 1, d) § 3 ust. 10 pkt. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto;**

- 2) **0,5 %** wartości **niezrealizowanej części** umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 lub ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto;**

- 3) 5 % **niezrealizowanej części** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku niezrealizowania w całości zwiększonych Zamówień złożonych w terminie i okolicznościach wskazanych w § 3 ust. 14;

- 4) 5 % **niezrealizowanej części** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w przypadku podjęcia działań wyraźnie zmierzających do naruszenia § 11 lub naruszenia § 11, kara umowna zostaje naliczona również w przypadku nieważności czynności prawnej Wykonawcy;

- 5) 10 % **niezrealizowanej części** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 6) 10 % **niezrealizowanej części** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy nieograniczona odpowiedzialność, o której mowa w § 2 ust. 3 wzoru umowy, oznacza odpowiedzialność na zasadach Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń umownych?
Treść § 2 ust. 3 wzoru umowy jest niezrozumiała i wymaga doprecyzowania.

Odpowiedź: Tak, nieograniczona odpowiedzialność, o której mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy oznacza odpowiedzialność na zasadach Kodeksu cywilnego.

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenia odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

12. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,1% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowna to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mogłby znaleźć

zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzi w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 5) i 6) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie wyrokiem Krajowa Izba Odwoławczej w dniu 21 lipca 2017r. (sygnatura akt KIO 1398/17) orzeka m. in., że:

„1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowo Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że w opisie preparatu w Pakiecie 39 dopuszczalne będzie zaoferowanie również preparatu w postaci cieczy, a w Pakiecie 41 – również w postaci żelu.”

W związku z nakazem w/w wyroku KIO Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w **Pakiecie 39** poprzez dopisanie „(...) **lub preparat w postaci cieczy**” oraz w **Pakiecie 41** poprzez dopisanie „(..) **lub w postaci żelu** (..)”. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Formularz Szczegółowy Oferty Pakietu 39 oraz Pakietu 41 z wprowadzonymi zmianami w załączeniu do niniejszego pisma.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń