

Białystok, dnia 11.10.2017r.

Nr pisma: DA.ZP.242.65.2.2017

Wszyscy zainteresowani

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i narzędzi do zespołów kręgosłupa, znak postępowania: DA.ZP.242.65.2017.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 1:

1. Czy zamawiający w pakiecie nr 1 „Implanty do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa” dopuści zestawu o poniższych parametrach:

1. Płyta szyjna
materiał – tytan,
 - długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 90 mm - 110 mm co 5 mm,
 - śruby samogwintujące i samonawiercające się (nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w min. dwóch średnicach,
 - automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki,
 - długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm,
 - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady,
 - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie,
 - płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm,
 - dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowe ustawienie wobec płytki,
 - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie,
 - w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów,
 - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową

2. Klatka międzytrzonowa

- materiał PEEK
- anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego
- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru
- obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji
- trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm
- wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia
- mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór

3. Substytut kostny

- uwodniony hydroksyapatyt w postaci pasty
- dostarczany w strzykawce o pojemności 1 cc

4. Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu tylnego

- śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o min. trzech średnicach z zakresu 3,5 mm – 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane nie więcej niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni,
- w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości
- śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż co 2 mm,
- możliwość kąтового ustawienia śruby względem pręta,
- śruby i haki o tulipanowym kształcie,
- montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym,
- implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry,
- pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia,
- pręty o gr. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
- w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone
- w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ”
- w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji
- możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 3

1. Czy zamawiający w pakiecie nr 3 „Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa Th-L” dopuści zestaw o poniższych parametrach:
- materiał tytan
 - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,
 - ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,
 - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,
 - system oparty na prętach o średnicach 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35mm
 - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym,
 - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)
 - śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm
 - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm,
 - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,
 - narzędzia w metalowej puszcze umożliwiającej ich sterylizację

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 4:

1. Czy zamawiający w pakiecie nr 4 – „Zestaw do wertebroplastyki” – dopuści zestaw o poniższych parametrach:
- Sterylny, jednorazowy zestaw zawierający:
- igłą dostępową o rozmiarze 13G lub 11G
 - dwa zbiorniki na cement, montowane bezpośrednio do igły, o pojemności 8ml każdy
 - pistolet podający posiadający 120cm przewód łączący dający klinicznie potwierdzoną redukcję ekspozycji na promieniowanie o 80%, przycisk natychmiastowo zatrzymujący wyptyw cementu, dźwignię do kontrolowanego podawania cementu – 0,2ml przy każdym pełnym naciśnięciu, dający możliwość obsługi systemu jedną ręką.
- Cement PMMA o wysokiej lepkości i gęstości, o objętości ok 16ml po wymieszaniu, pakowany razem z mikserem.
- Dodatkowa igła dostępową 13G lub 11G typu
- Igła biopsyjna kompatybilna z igłą dostępową.
- KOMPLET: 1 zestaw z igłą, zbiornikami i pistoletem do podawania cementu, 1 cement z mikserem, 1 igła dostępową lub 1 igła biopsyjna

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 zestaw do werrebroplastyki o poniższych parametrach:

Sterylny jednorazowy zamknięty system zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu.

Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów.

Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji kontrastującej (siarczany baru) w proszku wynosi 30% wagi.

Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu , siarczany baru, nadtlenek benzoylu) oraz ampułkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-toluidyny, hydrochinon) . Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda - ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm oraz 15G/12cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Dotyczy Pakietu nr 5

Poz. 1:

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie raspatora Cobb o dł. 250 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 2:

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie raspatora Cobb o szer. 25 mm i dł. 250 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 3:

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 40 st. (ten sam kąt co 130 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej), rozwarcie szczęk 13 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 4:

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 40 st. (ten sam kąt co 130 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej), rozwarcie szczęk 13 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 5:

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 40 st. (ten sam kąt co 130 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej), rozwarcie szczęk 13 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 6:

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 40 st. (ten sam kąt co 130 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej), rozwarcie szczęk 13 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 7:

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 40 st. (ten sam kąt co 130 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej), rozwarcie szczęk 13 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 10:

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 30 st. (ten sam kąt co 150 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej).

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 12:

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o kącie zagięcia 30 st. (ten sam kąt co 150 st. - inny sposób pomiaru kąta - od strony prawej do lewej a nie od strony lewej do prawej).

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 13:

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o dł. 230 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 14:

Lp.14 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania odgryzacza o szer. 4, 6 czy 8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaofiarowania odgryzacza o szer. 8 mm.

Poz. 15:

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie o szer. 12 mm i dł. 200 mm, lub dłuta Stille o szer. 10 mm i dł. 200 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy zaofiarowanie osteotomu Stille o szer. 12 mm i dł. 200 mm.

Poz. 17:

Lp.17 Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 200 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 18:

Lp.18 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania skrobaczki o szer. 5czy 6,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobu o szer. 5 mm.

Poz. 19:

Lp.19 Prosimy o dopuszczenie disektora o dł. 250 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 20:

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki Volkmann o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 21:

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki Volkmann o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 22:

Lp.22 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki Volkmann o dł. 220 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 23:

Lp.23 Prosimy o dopuszczenie disektora prostego o dł. 200 mm lub bagnetowego o dł. 210 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 24:

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie pęsety Gruenwald o dł. 195 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 26:

Lp.26 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania haczyka o szer. 2,0,2,5, 3,0, 3,5 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Poz. 27:

Lp.27 Prosimy o dopuszczenie haczyka o głębokości 7 mm.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Poz. 28:

Lp.28 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie ssaka o śr. 2,5 mm i dł. roboczej 150 mm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Poz. 29:

Lp.29 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie ssaka o dł. roboczej 150 mm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Poz. 32:

Lp.32 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Poz. 33:

Lp.33 Prosimy o dopuszczenie wanny kontenera o wym. 590x290x90 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 34:

Lp.34 Prosimy o dopuszczenie kosza perforowanego o wym. 540x253x70 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 35:

Lp.35 Prosimy o dopuszczenie maty o wym. 260x250 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 36:

Lp.36 Prosimy o dopuszczenie pokrywy kontenera aluminiowej, czerwonej o wym. 590x290 mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 37:

Lp.37 Prosimy o dopuszczenie tabliczki z możliwością wygrawerowania 16 znaków.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Poz. 38:

Lp.38 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

1. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 30 roboczych dni od daty złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 30 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytania dotyczące projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, (dot. § 3 ust. 3) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 10) których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w Nowym Tomysłu pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:....., NIP:....., REGON:.....,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____ - osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczętka i podpis

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniur. pomiędzy:

.....
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka zobowiązuje się oddać Klientowi do używania (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki..... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wdzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniemniezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od do r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

- W Załączniku nr 5A do siwz - Projekt umowy, w §3 zostaje dodany ust. 26 w brzmieniu:

„Zamawiający wykorzysta w pierwszej kolejności towar z najkrótszym terminem ważności”.

- W Załączniku nr 5B do siwz - Projekt umowy, w §3 ust. 7 zostaje dodany zapis w brzmieniu:

„Zamawiający wykorzysta w pierwszej kolejności towar z najkrótszym terminem ważności”

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 13 i 22 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 1) 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy brutto;

- 2) **0,5 %** wartości brutto Towarów objętych opóźnieniem, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia Wykonawcy w przypadku uchybienia terminom określonym w:
a) § 3 ust. 2, b) § 3 ust. 3, c) § 3 ust. 7,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Towarów objętych opóźnieniem;
- 3) **0,5 %** wartości brutto Towarów objętych opóźnieniem, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia Wykonawcy w przypadku uchybienia terminom określonym w:
a) § 3 ust. 10, b) § 3 ust. 13, c) § 3 ust. 15, d) § 3 ust. 22 pkt 1, e) § 3 ust. 22 pkt 2;
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Towarów objętych opóźnieniem;
- 4) 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części umowy**, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
- 5) 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części umowy**, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

**Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analitycznych**

mgr Joanna Zaręba-Słoma