

Nr pisma: DA.ZP.242.65.16.2017

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i narzędzi do zespołów kręgosłupa, znak postępowania: DA.ZP.242.65.2017.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE NR 4

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i narzędzi do zespołów kręgosłupa, znak postępowania: DA.ZP.242.65.2017 w Pakiecie nr 4.

1. Streszczenie i porównanie złożonych ofert (dotyczy Pakietu nr 4):

Do Pakietu wpłynęły 2 oferty. Ocena złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty	Termin dostawy	Ocena oferty w kryterium:		
				Cena	Termin dostawy	Punkty łącznie:
2	Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	110 073,60 zł	12 godzin w dni robocze	Oferta odrzucona		
3	Stryker Polska Sp. z o. o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa	120 960,00 zł	24 godziny w dni robocze	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.

2. Informacja o odrzuconej ofercie w Pakiecie nr 4:

- Oferta Wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl zostaje odrzucona w Pakiecie nr 4 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w Pakiecie nr 4 wymagał zestawu umożliwiającego przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem, w skład którego wchodzi „sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania (...)”. Zamawiający wymagał wyrobu z zasilaniem elektrycznym mieszalnika i podajnika. Wykonawca zaoferował wyrób, który wymaga ręcznego wykonania opisanych powyżej czynności. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że zaoferowany wyrób w Pakiecie nr 4 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Informacja o unieważnieniu postępowania w Pakiecie nr 4:

Działając w oparciu o art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w Pakiecie nr 4:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Postępowanie zostaje unieważnione w Pakiecie nr 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Do Pakietu nr 4 zostały złożone dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty o wartości: 120 960,00 zł brutto przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia - 107 279,86 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia w zakresie Pakietu nr 4 do ceny oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym postępowanie w Pakiecie nr 4 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

A
Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Łącznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke