

Załącznik nr 1.3 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty
Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.76.2017

Pakiet nr 3
APARAT EKG - 1 SZT

Lp.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2017	

**Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-
UŻYTKOWYCH**

L.p.	Opis wymaganych parametrów	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe, nie było przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji itp.	
2	Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg	
3	Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz	
4	Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3,5 godz. ciągłego monitorowania oraz rejestracji	
5	Ochrona przed impulsem defibrylacji	
6	Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli)	
7	Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim.	
8	Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem	
9	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR	
10	Detekcja stymulatora serca	
11	Impedancja wejściowa >50 [MΩ]	
12	CMRR >110 dB	
13	Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał	
14	Detekcja pików rozrusznika serca	

	Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał	
15	Filtr zakłóceń sieciowych	
16	Filtr zakłóceń mięśniowych	
17	Filtr anty-dryftowy	
18	Sygnal EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym	
19	Formaty wydruku: 3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1	
20	Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej	
21	Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO	
22	Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s	
23	Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka	
24	Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem	
25	Wydruk w trybie monitorowania rytmu	
26	Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim	
27	Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg	
28	Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu	
29	Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML	
30	Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP	
31	Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia	
32	Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki)	
33	Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przysawkowe oraz klipsowe, papier termiczny	

34	Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta	
----	--	--

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urzędnia**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		VAT
			netto	brutto	netto	brutto	%
1.	Aparat EKG	1 szt					
RAZEM							

..... dnia

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela /