

Pakiet nr 8

Promiennik ciepła – 8 szt

I.p.	Opis	
1.	Wytwórca	
2.	Nazwa – model/typ	
3.	Kraj pochodzenia	
4.	Rok produkcji 2017	

Część A: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
1.	Automatyczna regulacja temperatury powietrza	TAK	
2.	Ręczna regulacja mocy grzania	TAK	
3.	Alarm zbyt niskiej temperatury i alarm zbyt wysokiej temperatury	TAK	
4.	Próg działania alarmu +/- 0, 8° C	TAK	
5.	Alarm awarii czujnika ERR	TAK	
6.	Zakres automatycznej regulacji temperatury 34-38(39) °C z dokładnością do 0,2° C	TAK	
7.	Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1° C	TAK	
8.	Ręczna regulacja mocy grzania 0-(700-800)W skokowo co 5%maksymalnego zakresu	TAK	
9.	Zegar do oceny wg skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min	TAK	

10.	Moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700-800 W	TAK	
11.	Oświetlenie luminescencyjne o mocy równoważnej 2x100W światła żarowego	TAK	
12.	Promiennik mocowany do ściany z równoległe umieszczonym źródłem podczerwieni.	TAK	
13	Trójkolorowy wyświetlacz zmieniający barwę w zależności od różnicy temperatury mierzonej i ustawionej	TAK	
14.	Kolor obudowy promiennika dopasowany do kolorystyki blatu pielęgnacyjnego wymagane elementy w kolorze RAL po uzgodnieniu z użytkownikiem	TAK	
15.	Wymiary min. Szerokość 680 mm Wysokość 360 mm Długość 545 mm	TAK	
16.	Klasa wyrobu IIb	TAK	

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta **lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia**.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa sprzętu	Ilość	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto w PLN	Podatek w %	Wartość brutto w PLN	Cena jednostkowa brutto w PLN
1.	Promiennik ciepła (zgodny z parametrami określonymi w części A) (nazwa, model)	8 szt					

Wartość:

netto:PLN (słownie:)

brutto:PLN (słownie:)

.....dnia

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /