

Białystok, dnia 17.11.2017 r.

Numer pisma: DA.ZP.242.96.1.2017

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym lampy RTG, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.96.2017.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy część A pkt 100

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, w którym interfejs użytkownika będzie oparty o zestaw piktogramów z angielskimi opisami ale wszystkie nazwy procedur oraz dane pacjenta będą w języku polskim?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 2

Dotyczy część A pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, w którym zakres regulacji prądu generatora będzie w przedziale od 10mA do 640mA?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz
mgr Joanna Zaręba-Słoma